

LOTTO SISTEMA AUTOMATICO PER LA COLORAZIONE DI GRAM

1. Oggetto della fornitura

Sistema automatico macchina-reagenti per la colorazione di Gram comprensivo di tutto il materiale di consumo occorrente e necessario per l'esecuzione completa del test riportato nella Tabella "Specifiche test".

2. REQUISITI MINIMI

	Sistema strumentazione	Riferimento documentazione tecnica Riportare pag. e riga del documento
1	Sistema e reattivi chiusi e pronti all'uso per evitare contaminazioni	
2	Capacità rotore ≥ 12 vetrini	
3	Intervento tecnico e/o specialistico in situ entro massimo 8 ore lavorative dalla chiamata	
4	Formazione di tutti gli operatori coinvolti nel settore con rilascio di attestato	

3. Tabella Specifiche Test

Sono richiesti i reagenti, controlli e quanto necessario per eseguire la colorazioni di vetrini::

	Test	Test/anno
1	Coloranti per Gram-vetrini	10.000

Base d'asta: 8.000euro/anno IVA esclusa

COLORAZIONE GRAM - LOTTO 1

	CRITERIO QUALITATIVO	Riferimento documentazione tecnica Riportare pag. e riga del documento di riferimento
1	Operatività del sistema:secondi /per intero rotore	
2	Possibilità di impostare il numero di vetrini per ciclo dosando il colorante in proporzione:	
3	Possibilità di variare il n. di programmi di decolorazione	
4	Processo di colorazione mediante nebulizzazione dei reagenti	
5	Concentrazione di Cristal Violetto tale da non rientrare tra i preparati pericolosi (R45)	
6	Controllo interno di funzionalità dei nebulizzatori	
7	Contenitori per lo scarico dei rifiuti integrato ed ermeticamente chiuso	
8	Fornitura d'incubatore a 80°C	
9	Tempi di intervento tecnico migliorativi rispetto a quanto richiesto come requisito minimo in ore. Il punteggio sarà calcolato sulla base del tempo più basso in ore offerto per l'intervento tecnico	
10	Modalità con cui verrà erogato il servizio di assistenza tecnica e manutenzione	
11	Modalità con cui verrà erogato il servizio di formazione e supporto specialistico	