



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 777 DEL 12 3 DIC. 2021

Oggetto: DGR 770 del 14/12/2016 "Assegnazione di fondi destinati all'acquisizione in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà od obsolescenza tecnologica comprensive di un fondo per acquisizioni in urgenza":

- Aggiudicazione definitiva alla società Siemens Healthcare S.r.l. per l'importo di € 767.000,00 IVA esclusa, della procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'acquisizione di un sistema angiografico digitale diretto di tipo biplano per le esigenze della U.O.S.D Radiologia Vascolare Interventistica. CIG 8616159755, Bando di gara G.U.R.I. n. 24 del 1.03.2021.

Esercizio _____ Conto _____

Centro di Costo _____

Sottoconto n° _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato

Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale

Data..... 10/12/21

Ingegneria Clinica e HTAdott.ssa Claudia Calesini

Estensore

Data 9/12/21 Firma C.C.

Responsabile del Procedimento

(Ing. Stefano Lazzari)

Data 9/12/21 Firma [Signature]

Il Responsabile U.O.S.D.

(Ing. Stefano Lazzari)

Data 9/12/21 Firma [Signature]Proposta n° 894 del 09.12.2021**PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO**[Signature]Data 20/12/2021[Signature]
IL DIRETTORE SANITARIO
Patrizia Magrini**PARERE DEL DIRETTORE****AMMINISTRATIVO****FAVOREVOLE**Data 17/12/2021[Signature]
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera.

<p>Esercizio 2021 Conto 1010120</p> <p><u>Macro 29 sub 1</u> <u>Finanziamento in c/capitale DGR 770/2016)</u></p> <p>Centro di Costo 1UOC090000</p> <p>Sottoconto n° 1010120501</p> <p>Budget:</p> <p>- Assegnato € _____</p> <p>- Utilizzato € _____</p> <p>- Presente Atto € 935.740,00</p> <p>- Residuo € _____</p> <p>Ovvero schema allegato <input type="checkbox"/></p> <p>Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/></p> <p>Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale</p>	<p>Esercizio 2021 Conto 509030</p> <p>Centro di Costo</p> <p>Sottoconto n° 509030203</p> <p>Budget:</p> <p>- Assegnato € _____</p> <p>- Utilizzato € _____</p> <p>- Presente Atto € 1.950,00</p> <p>- Residuo € _____</p> <p>Ovvero schema allegato <input type="checkbox"/></p> <p>Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/></p> <p>Il Direttore della UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale</p>
---	---



IL RESPONSABILE DELLA UOSD INGEGNERIA CLINICA E HTA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i.

PREMESSO che con deliberazione n. 126/DG F.F.del 12.02.2021 è stata indetta una procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da espletarsi sulla piattaforma degli Acquisti Telematici della Regione Lazio (S.TEL.LA), per l'acquisizione di un sistema angiografico digitale diretto di tipo biplano per le esigenze della U.O.S.D Radiologia Vascolare Interventistica, importo complessivo a base d'asta: € 900.000,00 + IVA, CIG 8616159755, da aggiudicarsi secondo il criterio previsto dall'art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che il bando di indizione di gara G.U.U.E. n. 2021/S 040-097427 è stato inviato all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali U.E. in data 22.02.2021 e pubblicato in data 26.02.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a Serie Speciale n. 24 del 1.03.2021 e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;

che la suddetta procedura è stata pubblicata sulla piattaforma S.TEL.LA, di cui al Bando Registro di Sistema n. PI027378-21;

ACCERTATO che entro la scadenza dei termini, stabilita alle ore 13:00 del giorno 16.04.2021, hanno presentato offerta le seguenti società:

	CONCORRENTE	P.IVA
1	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	IT12268050155
2	PHILIPS S.P.A.	IT00856750153
3	CANON MEDICAL SYSTEMS SRL A SOCIO UNICO	IT00897041000
4	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	IT03663500969

che con Ordinanza n. 12/DG del 24.06.2021 è stata nominata la Commissione Tecnica Giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute, permanendo gli adempimenti amministrativi in capo ad un Seggio di Gara presieduto dal Responsabile del Procedimento e da un segretario;

che la Commissione Tecnica Giudicatrice è risultata così composta:

Dr.ssa Paola Masala	Direttore F.F. U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri	Presidente
Dr. Antonio Bruni	Dirigente Medico U.O.S.D. Radiologia Interventistica	Componente
Dr. Simone Vagnarelli	Dirigente Medico U.O.S.D. Radiologia Interventistica	Componente
Sig.ra Flavia Angeloni	Assistente Amministrativo U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA	Segretario
Dott.ssa Laura Formato	Assistente Amministrativo U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA	Segretario Supplente

che il Seggio di Gara ha proceduto all'apertura ed all'esame della documentazione amministrativa, di cui agli atti di seguito elencati e allegati alla presente deliberazione di cui rappresentano parte integrante e sostanziale:

- ✓ verbale n. 1 del 29.04.2021 (All. n 1);
- ✓ verbale n. 2 del 14.06.2021 (All. n 2);

che a seguito dei suddetti lavori tutte le società concorrenti sono state ammesse alla fase di apertura della documentazione afferente l'offerta tecnica;

che la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'esame delle offerte verbalizzandone i lavori negli atti di seguito elencati e allegati alla presente deliberazione di cui rappresentano parte integrante e sostanziale;

- ✓ verbale n. 3 del 13.07.2021 (All. n 3);
- ✓ verbale n. 4 del 03.08.2021 (All. n 4);
- ✓ verbale n. 5 del 05.08.2021 (All. n 5);
- ✓ verbale n. 6 del 06.09.2021 (All. n 6);
- ✓ verbale n. 7 del 30.09.2021 (All. n 7);

che all'esito dell'attività espletata dalla Commissione giudicatrice, la classifica di gara, data dalla sommatoria del punteggio tecnico e del punteggio economico, è risultata essere la seguente:

Concorrente	Punteggio Tecnico	Importo Offerto €	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
Siemens Healthcare S.r.l.	56,62	767.000,00	30,00	86,62
PHILIPS S.p.A.	61,55	881.300,00	20,26	81,81
Canon Medical Systems S.r.l.	50,80	767.720,00	29,96	80,76
GE Medical Systems Italia S.p.A.	50,91	847.490,00	24,91	75,82

che in data 17.11.2021 la Commissione Giudicatrice ha trasmesso i verbali relativi ai propri lavori al RUP;

che a seguito dell'acquisizione della documentazione tecnico economica di gara, il Seggio di Gara, nella persona del RUP, ha effettuato la verifica dell'anomalia delle offerte, come meglio verbalizzato nell'atto di seguito indicato e allegato alla presente deliberazione di cui rappresenta parte integrante e sostanziale;

✓ verbale n. 8 del 22.10.2021 (All. n 8);

che l'operato della Commissione è da approvare in quanto legittimo nella forma e nella sostanza oltre che nell'iter logico procedurale;

che l'importo della fornitura valorizzato secondo la quotazione economica proposta in fase di gara, così come integralmente risultanti dall'Allegato n. 5 di gara "schema di Offerta economica" presentato dalla concorrente risultata prima in classifica SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. è pari ad € 767.000,00IVA esclusa;

che la società SIEMENS HEALTHCARE S.R.L ha provveduto a confermare l'offerta tecnico -economica oltre il termine di validità della stessa con nota protocollo di arrivo n. 41900 del 29.11.2021;

che stante l'urgenza da parte della U.O.S.D Radiologia Vascolare Interventistica di poter utilizzare il sistema angiografico diretto di tipo biplano, la presente procedura viene proposta in aggiudicazione definitiva nelle more degli esiti delle verifiche sulla società aggiudicataria;

che, pertanto, decorso il periodo di stand still, pari a n. 35 giorni dalla data di trasmissione della comunicazione di aggiudicazione di cui alla presente Deliberazione, ove nelle suddette more non siano state completate le verifiche di legge in capo al soggetto aggiudicatario, la stazione appaltante procederà a sottoscrivere il contratto di appalto e a dare avvio all'esecuzione del servizio ai sensi dell'art 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011, nonché ai sensi dell'art. 32, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che detto contratto si intenderà risolto di diritto, con efficacia ex tunc e senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa economica, qualora dagli accertamenti di legge dovesse emergere l'inidoneità dell'affidatario all'esecuzione dell'appalto;

che ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la presente aggiudicazione dovrà essere notificata all'aggiudicatario e a tutti i concorrenti;

RITENUTO

di dover procedere all'aggiudicazione definitiva della gara e all'affidamento della fornitura alla società Siemens Healthcare S.r.l. nelle more del completamento delle verifiche di legge, restando inteso che qualora dal completamento dagli accertamenti di legge dovesse emergere l'inidoneità dell'affidatario all'esecuzione dell'appalto, la presente aggiudicazione non verrà integrata di efficacia e la stazione appaltante non procederà alla sottoscrizione del contratto con l'attuale aggiudicatario;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare l'operato del Seggio di gara e della Commissione Giudicatrice nominata con Ordinanza n. 12/DG del 24.06.2021 e del RUP in relazione alla procedura di gara di cui alla delibera n. 126/DG F.F. del 12.02.2021 afferente la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per per l'acquisizione di un sistema angiografico digitale diretto di tipo biplano per le esigenze della U.O.S.D Radiologia Vascolare Interventistica, importo complessivo a base d'asta: € 900.000,00 + IVA, CIG 8616159755 ed in particolare il contenuto dei verbali delle sedute pubbliche e riservate allegati alla presente (allegati da 1 a 8) di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

- verbale n. 1 del 29.04.2021 (All. n 1);
- verbale n. 2 del 14.06.2021 (All. n 2);
- verbale n. 3 del 13.07.2021 (All. n 3);
- verbale n. 4 del 03.08.2021 (All. n 4);
- verbale n. 5 del 05.08.2021 (All. n 5);
- verbale n. 6 del 06.09.2021 (All. n 6);
- verbale n. 7 del 30.09.2021 (All. n 7);
- verbale n. 8 del 22.10.2021 (All. n 8);

- di aggiudicare in via definitiva la presente procedura alla società risultata prima in classifica SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.;

-di affidare pertanto, la fornitura di un sistema angiografico digitale diretto di tipo biplano per le esigenze della U.O.S.D Radiologia Vascolare Interventistica, importo complessivo a base d'asta: € 900.000,00 + IVA, CIG 8616159755 alla società SIEMENS HEALTHCARE S.R.L con sede legale in via Vipiteno n. 4 – 20128 Milano P.IVA 12268050155 per un importo pari ad € 767.000,00 IVA esclusa, così come risultanti dall'Allegato n. 5 di gara "schema di Offerta economica" presentato dalla società medesima del 15.04.2021;

-di stabilire che, decorso il periodo di stand still, pari a n. 35 giorni dalla data di trasmissione della comunicazione di aggiudicazione di cui alla presente Deliberazione, ove nelle more non siano state completate le verifiche di legge in capo al soggetto aggiudicatario, la stazione appaltante procederà a sottoscrivere il contratto di appalto e a dare avvio all'esecuzione del servizio ai sensi dell'art 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011, nonché ai sensi dell'art. 32, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e che detto contratto si intenderà risolto di diritto, con efficacia ex tunc e senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa economica, qualora dagli accertamenti di legge dovesse emergere l'inidoneità dell'affidatario all'esecuzione dell'appalto;

- di nominare il Dirigente della U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA Ing. Stefano Lazzari Responsabile Unico del Procedimento dei contratti derivanti dal presente atto;

Deliberazione n. del



- di confermare come Direttore esecuzione dei contratti afferenti ciascun lotto aggiudicato il Dott. Fabrizio D'Ambrosio, PO Manutenzione Apparecchiature elettromedicali, così come approvato con deliberazione n. 764 /DG del 13.10.2020;

- l'onere derivante dal presente provvedimento, ammontante ad € 935.740,00 IVA compresa, trova copertura sul conto 1010120501 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" Macro 29 Sub 1 del Bilancio di Esercizio 2021 (Finanziamento in conto capitale di cui alla DGR 770 del 14/12/2016);

- l'onere complessivo presunto di € 1.950,00 IVA inclusa, relativo alla pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.R.I. e sui quotidiani, trova riferimento sul conto 509030203 "Altri oneri diversi di gestione" del Bilancio di Esercizio 2021, nell'ambito della macro autorizzazione di spesa assegnata alla U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI che provvederà a registrare la spesa;

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.D.

Ing. Stefano Lazzari



IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il parere favorevole Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 8 pagine, compreso il frontespizio e di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione nonché di n. 8 allegati così composti:

- allegato 1 n. 2 pagine
- allegato 2 n. 1 pagine
- allegato 3 n. 3 pagine
- allegato 4 n. 2 pagine
- allegato 5 n. 2 pagine
- allegato 6 n. 8 pagine
- allegato 7 n. 4 pagine
- allegato 8 n. 2 pagine

Il Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Brutelli





PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI CARATTERE COMUNITARIO, BANDO G.U.R.I. V SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI – N. 24 DEL 1.03.2021, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE, LA FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO ED IL PIANO DI MANUTENZIONE DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA, NON INFERIORE A 24 MESI, DI UN ANGIOGRAFO DIGITALE DIRETTO BIPLANO PER LE ESIGENZE DELLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 900.000,00 + IVA - CIG 8616159755

VERBALE N. 1 DEL 29.04.2021

Il giorno 29 aprile 2021 alle ore 10.15 si è riunito nella sede dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, in Via dell’Amba Aradam, 9 – Piano Terra - Ufficio Sala Gare della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, il Seggio di Gara, per l’espletamento della prima seduta di gara pubblica, volta all’esame della tempestività delle offerte telematiche pervenute ed alla apertura e allo scrutinio delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa (Busta A) delle imprese partecipanti alla procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da espletarsi sulla piattaforma telematica degli Acquisti Telematici della Regione Lazio (S.TEL.LA), per l’affidamento della fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione durante il periodo di garanzia, non inferiore a 24 mesi, di un angiografo digitale diretto biplano per le esigenze della radiologia interventistica dell’azienda ospedaliera complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata, importo complessivo a base d’asta € 900.000,00 + IVA - CIG 8616159755, giusta delibera di indizione n. 126/DGFF del 12.02.2021

Il Seggio risulta così composto:

Ing. Stefano Lazzari	Dirigente la U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA- Responsabile Unico del Procedimento	Presidente
dott.ssa Claudia Calesini	Collaboratore Amm.vo Prof.le U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA	Segretario

E’ altresì presente l’Avv.to Giampaolo Delli Cicchi, assistente del RUP per la procedura in oggetto, giusta Deliberazione n. 05/DG f.f. del 14.01.2021.

Sono inoltre presenti i delegati delle società concorrenti come di seguito indicati:

- per la società PHILIPS S.p.A.: Valentina Roio, giusta procura della società medesima, del 26.11.2019, Notaio Margherita Mussi in Monza, n. 987 di repertorio, n. 694 di raccolta, che non si allega al presente atto in conformità alle esigenze di tutela della privacy, ma che resta integralmente acquisita agli atti di gara.

Acquisita dal segretario la suddetta documentazione alle ore 10.21 viene dato avvio ai lavori nelle modalità telematiche della seduta pubblica, con collegamento on line sulla piattaforma per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (S.TEL.LA) al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, di cui alla gara Registro di Sistema Bando P1027378-21, Fascicolo di Sistema n. FE011719.

Risultano pervenute entro il termine di presentazione delle offerte, stabilito alle ore 13:00 del giorno 16.04.2021, le offerte delle seguenti società:

	CONCORRENTE	P.IVA
1	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	IT12268050155
2	PHILIPS S.P.A.	IT00856750153
3	CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L. a Socio Unico	IT00897041000
4	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	IT03663500969

Il Seggio di gara procede all'apertura dei file relativi alla documentazione amministrativa, per verificarne la completezza, la regolarità e la conformità dei contenuti rispetto a quanto richiesto nei documenti di gara.

Da un primo sommario esame della documentazione amministrativa emerge quanto segue:

- società SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.: la documentazione risulta completa, regolare e conforme ai documenti di gara;
- società PHILIPS S.P.A.: la documentazione risulta completa, regolare e conforme ai documenti di gara;
- società CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.: la documentazione risulta completa, regolare e conforme ai documenti di gara;
- società GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A: la documentazione risulta completa, regolare e conforme ai documenti di gara.

Il Presidente del Seggio, vista la copiosità delle informazioni presentate dai concorrenti all'interno dei rispettivi DGUE, ritiene tuttavia opportuno, prima di disporre l'ammissione delle ditte alla fase di apertura delle offerte tecniche, disporre un approfondimento istruttorio per analizzare, in apposita seduta, con maggiore grado di dettaglio i contenuti delle dichiarazioni presentate.

Tale approfondimento sarà espletato in apposita seduta riservata di gara.

La seduta pubblica si conclude alle ore 12.30.

Letto approvato e sottoscritto,

Ing. Stefano Lazzari Presidente _____ F.to _____

dott.ssa Claudia Calesini Segretario _____ F.to _____



PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI CARATTERE COMUNITARIO, BANDO G.U.R.I. V SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI – N. 24 DEL 1.03.2021, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE, LA FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO ED IL PIANO DI MANUTENZIONE DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA, NON INFERIORE A 24 MESI, DI UN ANGIOGRAFO DIGITALE DIRETTO BIPLANO PER LE ESIGENZE DELLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 900.000,00 + IVA - CIG 8616159755.

VERBALE N. 3 DEL 13.07.2021

Il giorno 13 Luglio 2021 alle ore 9.30 si è riunita, nella sede dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, in Via dell’Amba Aradam, 9 - Piano Terra - Sala Gare della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, la Commissione Giudicatrice, nominata con Ordinanza n.12/DG del 24.06.2021 per l’espletamento della seduta pubblica di gara volta all’apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione tecnica (Busta B) delle imprese partecipanti alla “procedura aperta telematica di carattere comunitario, bando G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici – n. 24 del 1.03.2021, per l’affidamento della fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione durante il periodo di garanzia, non inferiore a 24 mesi, di un angiografo digitale diretto biplano per le esigenze della Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata. Importo complessivo a base d’asta € 900.000,00 + IVA - CIG 8616159755”

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

Dr.ssa Paola Masala	Direttore ff della U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri	Presidente
Dr. Antonio Bruni	Dirigente Medico U.O.S.D. Radiologia Interventistica	Componente
Dr. Simone Vagnarelli	Dirigente Medico U.O.S.D. Radiologia Interventistica	Componente
Sig.ra Flavia Angeloni	Assistente Amministrativo U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA	Segretario
Dr.ssa Laura Formato	Assistente Amministrativo U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA	Segretario Supplente

Tutti i componenti della Commissione sono presenti.

Sono altresì presenti, l’Avv.to Giampaolo Delli Cicchi, in qualità di assistente senza diritto di voto del RUP e della Commissione di gara - giusta Deliberazione n. 05/DG f.f. del 14.01.2021, il quale partecipa alla seduta attraverso il collegamento in videoconferenza - ed il Responsabile

del Procedimento Ing. Stefano Lazzari, in qualità di uditore.

Risultano inoltre presenti:

- per la società PHILIPS S.p.A.: Valentina Roio, giusta procura della società medesima, del 26.11.2019, Notaio Margherita Mussi in Monza, n. 987 di repertorio, n. 694 di raccolta, che non si allega al presente atto in conformità alle esigenze di tutela della privacy, ma che resta integralmente acquisita agli atti di gara;
- per la società Siemens Healthcare S.r.l: Salvatore Pisano, giusta delega della società medesima del 12.07.2021, che non si allega al presente atto in conformità alle esigenze di tutela della privacy, ma che resta integralmente acquisita agli atti di gara.

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta pubblica di gara volta al solo scrutinio formale della regolarità e della completezza delle buste virtuali B, recanti le offerte tecniche dei concorrenti.

A seguire, il Presidente della Commissione comunica ai delegati presenti la composizione della Commissione giudicatrice nominata con Ordinanza 12/DG del 24.06.2021, e viene dato atto del fatto che i commissari hanno presentato le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità previste *ex lege*.

Stante la validità delle deleghe dei rappresentanti delle imprese, il segretario procede al riconoscimento dei delegati Valentina Roio e Salvatore Pisano presenti alla seduta in corso.

Di seguito viene dato avvio ai lavori nelle modalità telematiche della seduta pubblica, con collegamento on line sulla piattaforma per gli Acquisti Telematici Regione Lazio (S.TEL.LA) al sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

Si procede pertanto all'apertura delle buste virtuali secondo l'ordine di arrivo delle offerte sulla piattaforma telematica.

I Delegati delle imprese concorrenti, attraverso il monitor della Sala Gare, possono seguire i lavori di Commissione nel rispetto della riservatezza dei contenuti delle offerte presentate: possono pertanto avere visione della griglia telematica complessiva relativa al caricamento a sistema da parte dei concorrenti dei file o dei file.zip relativi alle singole voci di documentazione richiesta, mentre lo scrutinio della documentazione a cura della Commissione procede con l'apertura dei file a maxi monitor spento, onde tutelare la riservatezza dei contenuti della documentazione tecnica.

Con le modalità sopra indicate, la Commissione procede quindi a verificare la presenza, per ciascuna offerta, della seguente documentazione:

1. Breve relazione descrittiva (max 10 pagine) in ordine alle variabili qualitative dell'offerta;
2. Scheda tecnica (Allegato n. 8) compilata in ogni sua parte, delle apparecchiature;
3. Depliant e schede tecniche delle apparecchiature;



2

4. Piano di manutenzione delle apparecchiature;
5. Dichiarazione attestante il periodo di Garanzia offerto;
6. Studio fattibilità di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
7. Dichiarazione, per ciascun bene fornito, attestante la disponibilità di pezzi di ricambio e materiali di consumo per almeno 10 anni;
8. Piano di formazione per gli utilizzatori;
9. Dichiarazione in ordine al fatto che le apparecchiature offerte sono ancora in produzione (con specifica dell'anno di produzione);
10. Eventuale dichiarazione di sussistenza di Segreti tecnici e commerciali.

All'esito dello scrutinio effettuato, risulta quanto segue:

- Società Siemens Healthcare S.r.l.: la documentazione dal punto di vista formale risulta completa e regolare e il concorrente viene pertanto ammesso alla successiva fase di valutazione.
- Società PHILIPS S.p.A.: la documentazione dal punto di vista formale risulta completa e regolare e il concorrente viene pertanto ammesso alla successiva fase di valutazione.
- Società Canon Medical Systems S.r.l.: la documentazione dal punto di vista formale risulta completa e regolare e il concorrente viene pertanto ammesso alla successiva fase di valutazione.
- Società GE Medical Systems Italia S.p.A.: la documentazione dal punto di vista formale risulta completa e regolare e il concorrente viene pertanto ammesso alla successiva fase di valutazione.

La Commissione alle ore 11,15, terminati i propri lavori, dispone la chiusura della seduta di gara e dispone di riaggiornarsi per la seduta riservata di esame della documentazione tecnica al giorno martedì 03 agosto 2021, alle ore 09:00.

Letto approvato e sottoscritto,

Dr.ssa Paola Masala	Presidente	_____	F.to _____
Dr. Antonio Bruni	Componente	_____	F.to _____
Dr. Simone Vagnarelli	Componente	_____	F.to _____
Sig.ra Flavia Angeloni	Segretario	_____	F.to _____
D.ssa Laura Formato	Segretario Supp.	_____	F.to _____





PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI CARATTERE COMUNITARIO, BANDO G.U.R.I. V SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI – N. 24 DEL 1.03.2021, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE, LA FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO ED IL PIANO DI MANUTENZIONE DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA, NON INFERIORE A 24 MESI, DI UN ANGIOGRAFO DIGITALE DIRETTO BIPLANO PER LE ESIGENZE DELLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 900.000,00 + IVA - CIG 8616159755

VERBALE N. 4 DEL 3 AGOSTO 2021

Il giorno 3 agosto 2021 alle ore 9.00 si è riunita, nella sede dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, in Via dell’Amba Aradam, 9 – Sala Riunioni della U.O.C. Progettazione, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare e Storico, la Commissione Giudicatrice, nominata con Ordinanza n.12/DG del 24.06.2021, per l’espletamento della seduta riservata di gara, volta all’esame delle buste virtuali contenenti la documentazione tecnica (Busta B) delle imprese partecipanti alla “procedura aperta telematica di carattere comunitario, bando G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici – n. 24 del 1.03.2021, per l’affidamento della fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione durante il periodo di garanzia, non inferiore a 24 mesi, di un angiografo digitale diretto biplano per le esigenze della Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata. Importo complessivo a base d’asta € 900.000,00 + IVA - CIG 8616159755”.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

Dr.ssa Paola Masala	Direttore ff della U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri	Presidente
Dr. Antonio Bruni	Dirigente Medico U.O.S.D. Radiologia Interventistica	Componente
Dr. Simone Vagnarelli	Dirigente Medico U.O.S.D. Radiologia Interventistica	Componente
Sig.ra Flavia Angeloni	Assistente Amministrativo U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA	Segretario
Dr.ssa Laura Formato	Assistente Amministrativo U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA	Segretario Supplente

Tutti i componenti della Commissione sono presenti.

Il Presidente della Commissione, accertata preliminarmente la presenza di tutti i componenti, dispone l’apertura della seduta riservata volta all’esame delle offerte tecniche presentate.

Su indicazione del Presidente, la commissione procede alla lettura e all’analisi delle offerte tecniche in gara.

Tale attività viene espletata:

- al fine di appurare, in prima istanza, la rispondenza delle offerte presentate alle prescrizioni minime di gara;
- e, di seguito, al fine di valutare il pregio tecnico delle stesse rispetto ai criteri attributivi del punteggio stabiliti dal *lex specialis*.

Il Presidente, in ragione di quanto sopra, dispone che la commissione, ancor prima di procedere all'assegnazione dei punteggi, si esprima preliminarmente sulla conformità di tutte le offerte presentate rispetto alle prescrizioni tecniche minime di gara e sulla presenza, nelle offerte presentate, di tutti gli elementi occorrenti ai fini della valutazione.

La Commissione dispone di avvalersi dell'utilizzo di una Cartella Condivisa contenente la documentazione tecnica pervenuta e direttamente accessibile.

Infatti, ancorché i componenti di Commissione siano abilitati all'accesso alla piattaforma STELLA, si ravvisa l'opportunità di creare tale cartella per mezzo della quale ciascun singolo commissario possa accedere direttamente ai contenuti delle offerte tecniche, procedendo così, con maggiore efficienza e speditezza, all'esame delle offerte tecniche anche da remoto.

Alle ore 11,00 la Commissione termina i lavori, dichiara chiusa la seduta e dispone di aggiornarsi, per il prosieguo dell'attività valutativa, alle ore 9,00 del giorno 5 agosto 2021 presso la Sala Riunioni della U.O.C. Progettazione, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare e Storico.

Letto approvato e sottoscritto,

Dr.ssa Paola Masala	Presidente	_____	F.to _____
Dr. Antonio Bruni	Componente	_____	F.to _____
Dr. Simone Vagnarelli	Componente	_____	F.to _____
Sig.ra Flavia Angeloni	Segretario	_____	F.to _____
D.ssa Laura Formato	Segretario Supp.	_____	F.to _____





PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI CARATTERE COMUNITARIO, BANDO G.U.R.I. V SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI – N. 24 DEL 1.03.2021, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE, LA FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO ED IL PIANO DI MANUTENZIONE DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA, NON INFERIORE A 24 MESI, DI UN ANGIOGRAFO DIGITALE DIRETTO BIPLANO PER LE ESIGENZE DELLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 900.000,00 + IVA - CIG 8616159755

VERBALE N. 5 DEL 5 AGOSTO 2021

Il giorno 5 agosto 2021 alle ore 9.00 si è riunita, nella sede dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, in Via dell’Amba Aradam, 9 – Sala Riunioni della U.O.C. Progettazione, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare e Storico, la Commissione Giudicatrice, nominata con Ordinanza n.12/DG del 24.06.2021, per l’espletamento della seduta riservata di gara, volta all’esame delle buste virtuali contenenti la documentazione tecnica (Busta B) delle imprese partecipanti alla “procedura aperta telematica di carattere comunitario, bando G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici – n. 24 del 1.03.2021, per l’affidamento della fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione durante il periodo di garanzia, non inferiore a 24 mesi, di un angiografo digitale diretto biplano per le esigenze della Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata. Importo complessivo a base d’asta € 900.000,00 + IVA - CIG 8616159755”.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

Dr.ssa Paola Masala	Direttore ff della U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri	Presidente
Dr. Antonio Bruni	Dirigente Medico U.O.S.D. Radiologia Interventistica	Componente
Dr. Simone Vagnarelli	Dirigente Medico U.O.S.D. Radiologia Interventistica	Componente
Sig.ra Flavia Angeloni	Assistente Amministrativo U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA	Segretario
Dr.ssa Laura Formato	Assistente Amministrativo U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA	Segretario Supplente

Tutti i componenti della Commissione sono presenti.

Il Presidente della Commissione, accertata preliminarmente la presenza di tutti i componenti, dispone l’apertura della seduta riservata volta all’esame delle offerte tecniche presentate.

La commissione prosegue nell’analisi delle offerte tecniche in gara.

Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata

Alle ore 11,00 la Commissione termina i lavori, dichiara chiusa la seduta e dispone di aggiornarsi, per il prosieguo dell'attività valutativa, alle ore 9,00 del giorno 9 settembre 2021 presso la sala riunioni della UOC Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri.

Letto approvato e sottoscritto,

Dr.ssa Paola Masala	Presidente	_____	F.to _____
Dr. Antonio Bruni	Componente	_____	F.to _____
Dr. Simone Vagnarelli	Componente	_____	F.to _____
Sig.ra Flavia Angeloni	Segretario	_____	F.to _____
D.ssa Laura Formato	Segretario Supp.	_____	F.to _____





PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI CARATTERE COMUNITARIO, BANDO G.U.R.I. V SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI – N. 24 DEL 1.03.2021, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE, LA FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO ED IL PIANO DI MANUTENZIONE DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA, NON INFERIORE A 24 MESI, DI UN ANGIOGRAFO DIGITALE DIRETTO BIPLANO PER LE ESIGENZE DELLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 900.000,00 + IVA - CIG 8616159755

VERBALE N. 6 DEL 9 SETTEMBRE 2021

Il giorno 9 settembre 2021 alle ore 9.00 si è riunita, nella sede dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, in Via dell’Amba Aradam, 8 – Sala Riunioni della U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri la commissione, nominata con Ordinanza n. 12/DG del 24.06.2021, per l’espletamento della seduta riservata di gara, volta all’esame delle buste virtuali contenenti la documentazione tecnica (Busta B) delle imprese partecipanti alla “procedura aperta telematica di carattere comunitario, bando G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici – n. 24 del 1.03.2021, per l’affidamento della fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione durante il periodo di garanzia, non inferiore a 24 mesi, di un angiografo digitale diretto biplano per le esigenze della Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata. Importo complessivo a base d’asta € 900.000,00 + IVA - CIG 8616159755”.

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

Dr.ssa Paola Masala	Direttore ff della U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri	Presidente
Dr. Antonio Bruni	Dirigente Medico U.O.S.D. Radiologia Interventistica	Componente
Dr. Simone Vagnarelli	Dirigente Medico U.O.S.D. Radiologia Interventistica	Componente
Sig.ra Flavia Angeloni	Assistente Amministrativo U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA	Segretario
Dr.ssa Laura Formato	Assistente Amministrativo U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA	Segretario Supplente

Tutti i componenti della Commissione sono presenti.

Il Presidente della Commissione, accertata preliminarmente la presenza di tutti i componenti, dispone l’apertura della seduta riservata volta all’esame delle offerte tecniche presentate.

La Commissione procede congiuntamente all’analisi delle offerte tecniche, sulla base dei lavori svolti da ciascun componente da remoto sulla cartella condivisa.

La Commissione, sulla base delle attività valutative espletate - dapprima sulla cartella condivisa e, successivamente, nella seduta riservata- rileva come tutte le offerte soddisfino i

requisiti tecnici minimi prescritti e procede pertanto ad assegnare i coefficienti numerici indicati dal Disciplinare di gara per gli elementi di attribuzione del punteggio di natura discrezionale.

La commissione, in relazione ai criteri qualitativi, rileva come gli stessi siano adeguatamente dettagliati, in quanto risultano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, i quali prevedono una forbice ridotta tra punteggio minimo ed il punteggio massimo assegnabile.

Tuttavia, la commissione, in adesione ai principi di massima trasparenza delle valutazioni operate, stabilisce che, in relazione al criterio "**Ergonomia, facilità d'uso (con particolare riguardo alle caratteristiche della pedaliera, dei comandi al tavolo, del large display e dei sistemi di protezione) – max 6 punti**", ovvero al criterio che presenta una forbice più elevata tra punteggio minimo e punteggio massimo assegnabile, indicherà, oltre ai coefficienti numerici, anche una sintetica motivazione letterale delle valutazioni effettuate.

**

Commissario A: Dr.ssa Paola Masala;
Commissario B: Dr. Antonio Bruni;
Commissario C: Dr. Simone Vagnarelli.

A1: ATTRIBUZIONE PUNTEGGI VARIABILI QUALITATIVE

DESCRIZIONE CARATTERISTICA	Punteggio Max.
<i>Ergonomia, facilità d'uso (con particolare riguardo alle caratteristiche della pedaliera, dei comandi al tavolo, del large display e dei sistemi di protezione)</i>	Max 6 punti

1. SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

- Commissario A: 0,6;
- Commissario B: 0,6;
- Commissario C: 0,6.

Giudizio sintetico dei singoli commissari:

- Commissario A: la proposta è nel complesso sufficiente, anche se i comandi appaiono poco intuitivi ed il detettore laterale risulta non particolarmente compatto;
- Commissario B: la proposta è sufficiente. Si rileva come i comandi appaiono poco intuitivi ed il detettore laterale non sia particolarmente compatto;
- Commissario C: la proposta è nel complesso sufficiente, anche se i comandi appaiono poco intuitivi ed il detettore laterale risulta non particolarmente compatto.

2. PHILIPS S.P.A.

- Commissario A: 1,0;
- Commissario B: 1,0;
- Commissario C: 1,0.

Giudizio sintetico dei singoli commissari:



- Commissario A: la proposta risulta ottima, prevedendo comandi intuitivi, schermi touch al tavolo per controllo totale ed immediato delle immagini e delle elaborazioni 3D in sala angiografica e pedaliera wireless;
- Commissario B: la proposta risulta ottima, prevedendo comandi intuitivi, schermi touch al tavolo per controllo totale ed immediato delle immagini e delle elaborazioni 3D in sala angiografica e pedaliera wireless;
- Commissario C: la proposta risulta ottima, prevedendo comandi intuitivi, schermi touch al tavolo per controllo totale ed immediato delle immagini e delle elaborazioni 3D in sala angiografica e pedaliera wireless.

3. CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.

- Commissario A: 0,5;
- Commissario B: 0,5;
- Commissario C: 0,5.

Giudizio sintetico dei singoli commissari:

- Commissario A: la proposta è nel complesso non pienamente sufficiente, tenuto conto del fatto che i comandi appaiono poco intuitivi ed è prevista una pedaliera con cavo che può creare ingombro e può creare disagio durante gli spostamenti;
- Commissario B: la proposta è nel complesso non pienamente sufficiente, segnatamente per la presenza del cavo della pedaliera che comporta ingombro e per la presenza di comandi poco intuitivi;
- Commissario C: la proposta è nel complesso non pienamente sufficiente, per via della pedaliera con cavo che crea ingombro e ridotta facilità negli spostamenti e per via di comandi non molto intuitivi.

4. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

- Commissario A: 0,5;
- Commissario B: 0,5;
- Commissario C: 0,5.

Giudizio sintetico dei singoli commissari:

- Commissario A: la proposta è nel complesso non pienamente sufficiente, tenuto conto del fatto che i comandi appaiono poco intuitivi ed è prevista una pedaliera con cavo che può creare ingombro e può creare disagio durante gli spostamenti;
- Commissario B: la proposta è nel complesso non pienamente sufficiente, segnatamente per la presenza del cavo della pedaliera che comporta ingombro e per la presenza di comandi poco intuitivi;
- Commissario C: la proposta è nel complesso non pienamente sufficiente, per via della pedaliera con cavo che crea ingombro e ridotta facilità negli spostamenti e per via di comandi non molto intuitivi.



DESCRIZIONE CARATTERISTICA	Punteggio Max.
<i>Ottimizzazione nell'utilizzo in procedure neuro e body</i>	Max 4 punti

1. SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

- Commissario A: 0,6;
- Commissario B: 0,6;
- Commissario C: 0,6.

2. PHILIPS S.P.A.

- Commissario A: 1,0;
- Commissario B: 1,0;
- Commissario C: 1,0.

3. CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.

- Commissario A: 0,6;
- Commissario B: 0,6;
- Commissario C: 0,6.

4. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

- Commissario A: 0,6;
- Commissario B: 0,6;
- Commissario C: 0,6.

DESCRIZIONE CARATTERISTICA	Punteggio Max.
<i>Ulteriori caratteristiche tecniche/prestazioni aggiuntive incluse nella configurazione offerta con particolare riferimento ai componenti hardware e software</i>	Max 4 punti

1. SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

- Commissario A: 0,6;
- Commissario B: 0,6;
- Commissario C: 0,6.

2. PHILIPS S.P.A.

- Commissario A: 1,0;



- Commissario B: 1,0;
- Commissario C: 1,0.

3. CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.

- Commissario A: 0,6;
- Commissario B: 0,6;
- Commissario C: 0,6.

4. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

- Commissario A: 0,6;
- Commissario B: 0,6;
- Commissario C: 0,6.

DESCRIZIONE CARATTERISTICA	Punteggio Max.
<i>Formazione (con particolare riferimento al n. di ore e alla completezza del pacchetto formativo)</i>	Max 1 punti

1. SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

- Commissario A: 1,0;
- Commissario B: 1,0;
- Commissario C: 1,0.

2. PHILIPS S.P.A.

- Commissario A: 1,0;
- Commissario B: 1,0;
- Commissario C: 1,0.

3. CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.

- Commissario A: 1,0;
- Commissario B: 1,0;
- Commissario C: 1,0.

4. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.

- Commissario A: 1,0;
- Commissario B: 1,0;
- Commissario C: 1,0.



**

Terminata l'assegnazione dei coefficienti discrezionali, la commissione, sulla base di quanto previsto dall'art. 10.1 del Disciplinare, procede per ogni offerente, a moltiplicare il coefficiente medio ottenuto sui singoli criteri di valutazione, per i relativi punteggi massimi disponibili.

All'esito di tali operazioni, emergono le risultanze complessive indicate nell'**Allegato n. 1** al presente verbale.

Terminata l'attribuzione dei punteggi alle variabili qualitative, la Commissione procede all'attribuzione del punteggio relativo alla garanzia offerta (max 3 punti) ed alle variabili quantitative, da cui discendono i punteggi tecnici riportati sempre nell'**Allegato n. 1** al presente Verbale.

La sommatoria dei punteggi tecnici conseguiti dai concorrenti, troncata alla seconda cifra decimale, come previsto dal Disciplinare di gara, determina i seguenti punteggi tecnici complessivi:

1. SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	56,62
2. PHILIPS S.P.A.	61,55
3. CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	50,80
4. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	50,91

Alle ore 11,35 il Presidente della Commissione dichiara conclusi i lavori di esame e valutazione delle offerte tecniche pervenute stabilendo che la seduta pubblica di apertura delle buste virtuali economiche avrà luogo il giorno 30 settembre alle ore 9,00.

Letto approvato e sottoscritto,

Dr.ssa Paola Masala	Presidente	_____	F.to _____
Dr. Antonio Bruni	Componente	_____	F.to _____
Dr. Simone Vagnarelli	Componente	_____	F.to _____
Sig.ra Flavia Angeloni	Segretario	_____	F.to _____
D.ssa Laura Formato	Segretario Supp.	_____	F.to _____



ALLEGATO N. 1 - VERBALE N. 6

A2: ATTRIBUZIONE PUNTEGGI VARIABILI QUANTITATIVE		PUNTEGGI															
DESCRIZIONE CARATTERISTICA	Punteggio	CANON MEDICAL SYSTEMS				SIEMENS HEALTHCARE				PHILIPS				GE MEDICAL SYSTEMS			
		Q.TA'	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	Q.TA'	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	Q.TA'	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	Q.TA'	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO
P.to 1	Max. 1 (*)	1350	0,681818	0,68	1250	0,631313	0,63	1980	1,000000	1,00	1700	0,858586	0,85				
P.to 2	Max. 1 (*)	400	1,000000	1,00	350	0,875000	0,87	360	0,900000	0,90	240	0,600000	0,60				
P.to 3	Max. 2 (*)	250	1,282051	1,28	390	2,000000	2,00	325	1,666667	1,66	304	1,558974	1,55				
P.to 4	Max. 2 (*)	100	2,000000	2,00	100	2,000000	2,00	50	1,000000	1,00	50	1,000000	1,00				
P.to 5 risposta "si/no"	2	si	2,000000	2,00	si	2,000000	2,00	si	2,000000	2,00	si	2,000000	2,00				
P.to 6 risposta "si/no"	2	si	2,000000	2,00	si	2,000000	2,00	no	0,000000	0,00	si	2,000000	2,00				
P.to 7	Max. 3 (**)	0,4	2,250000	2,25	0,3	3,000000	3,00	0,4	2,250000	2,25	0,3	3,000000	3,00				
P.to 8 riportati in HU	Max. 5 (*)	3000000	2,343750	2,34	5200000	4,062500	4,06	6400000	5,000000	5,00	3700000	2,890625	2,89				
P.to 9 riportati in HU	Max. 5 (*)	5870000	3,122340	3,12	7300000	3,882979	3,88	9400000	5,000000	5,00	6900000	3,670213	3,67				
P.to 10 in HU/min	Max. 4 (*)	758000	4,000000	4,00	404980	2,137098	2,13	3300000	1,741425	1,74	3800000	2,005277	2,00				
P.to 11 risposta "si/no"	2	si	2,000000	2,00	si	2,000000	2,00	si	2,000000	2,00	si	2,000000	2,00				
P.to 12	Max. 2 (*)	58	2,000000	2,00	55	1,896552	1,89	58	2,000000	2,00	58	2,000000	2,00				
P.to 13	Max. 2 (*)	19	1,583333	1,58	19	1,583333	1,58	24	2,000000	2,00	19	1,583333	1,58				
P.to 14	Max. 2 (*)	3840*2160	2,000000	2,00	3840*2160	2,000000	2,00	3840*2160	2,000000	2,00	3840*2160	2,000000	2,00				
P.to 15	Max. 2 (*)	700	2,000000	2,00	700	2,000000	2,00	700	2,000000	2,00	700	2,000000	2,00				
P.to 16 risposta ≥ 10 imm/sec, altrimenti 0 punti	3	si	3,000000	3,00	si	3,000000	3,00	si	3,000000	3,00	no	0,000000	0,00				
P.to 17 risposta ≥ 30 fps, altrimenti 0 punti	3	si	3,000000	3,00	si	3,000000	3,00	si	3,000000	3,00	si	3,000000	3,00				
P.to 18 risposta "si/no"	3	no	0,000000	0,00	si	3,000000	3,00	si	3,000000	3,00	si	3,000000	3,00				
P.to 19 risposta "si/no"	2	si	2,000000	2,00	si	2,000000	2,00	si	2,000000	2,00	si	2,000000	2,00				
P.to 20	Max. 2 (*)	21	1,750000	1,75	19	1,583333	1,58	24	2,000000	2,00	21,3	1,775000	1,77				
P.to 21 risposta ≥ 200.000 immagini, altrimenti 0	2	si	2,000000	2,00	si	2,000000	2,00	si	2,000000	2,00	si	2,000000	2,00				
TOTALE LOTTO	52		42,013293	42,00		46,652108	46,62		45,558091	45,55		40,942008	40,91				

A1: ATTRIBUZIONE PUNTEGGI VARIABILI QUALITATIVE													
DESCRIZIONE CARATTERISTICA	Punteggio	CANON MEDICAL SYSTEMS			SIEMENS HEALTHCARE			PHILIPS			GE MEDICAL SYSTEMS		
		Q.TA'	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	Q.TA'	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	Q.TA'	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	Q.TA'	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO
Ergonomia	6	0,5	3,000	3,00	0,6	3,600	3,60	1	6,000	6,00	0,5	3,000	3,00
Neuro-body	4	0,6	2,400	2,40	0,6	2,400	2,40	1	4,000	4,00	0,6	2,400	2,40
Tecniche aggiuntive	4	0,6	2,400	2,40	0,6	2,400	2,40	1	4,000	4,00	0,6	2,400	2,40
Formazione	1	1	1,000	1,00	1	1,000	1,00	1	1,000	1,00	1	1,000	1,00
GARANZIA			8,800	8,80		9,400	9,40		15,000	15,00		8,800	8,80
TOTALE COMPLESSIVO		0	0	0	3	0,600	0,60	5	1,000	1,00	6	1,200	1,20
				50,80			56,62			61,55			50,91

PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI CARATTERE COMUNITARIO, BANDO G.U.R.I. V SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI – N. 24 DEL 1.03.2021, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE, LA FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO ED IL PIANO DI MANUTENZIONE DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA, NON INFERIORE A 24 MESI, DI UN ANGIOGRAFO DIGITALE DIRETTO BIPLANO PER LE ESIGENZE DELLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 900.000,00 + IVA - CIG 8616159755

VERBALE N. 7 DEL 30/09/2021

Il giorno 30 Settembre 2021 alle ore 9.30 si è riunita, nella sede dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, in Via dell’Amba Aradam, 9 - Piano Terra - Sala Gare della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, la Commissione Giudicatrice, nominata con Ordinanza n.12/DG del 24.06.2021 per l’espletamento della seduta pubblica di gara, volta all’apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione economica (Busta C) delle imprese partecipanti alla “procedura aperta telematica di carattere comunitario, bando G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici – n. 24 del 1.03.2021, per l’affidamento della fornitura, installazione e messa in funzione, la formazione/addestramento ed il piano di manutenzione durante il periodo di garanzia, non inferiore a 24 mesi, di un angiografo digitale diretto biplano per le esigenze della Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata. Importo complessivo a base d’asta € 900.000,00 + IVA - CIG 8616159755”

La Commissione Giudicatrice risulta così composta:

Dr.ssa Paola Masala	Direttore ff della U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri	Presidente
Dr. Antonio Bruni	Dirigente Medico U.O.S.D. Radiologia Interventistica	Componente
Dr. Simone Vagnarelli	Dirigente Medico U.O.S.D. Radiologia Interventistica	Componente
Sig.ra Flavia Angeloni	Assistente Amministrativo U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA	Segretario
Dr.ssa Laura Formato	Assistente Amministrativo U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA	Segretario Supplente

Tutti i componenti della Commissione sono presenti.

Sono altresì presenti, l’Avv.to Giampaolo Delli Cicchi, in qualità di assistente senza diritto di voto del RUP e della Commissione di gara - giusta Deliberazione n. 05/DG f.f. del 14.01.2021, ed il Responsabile del Procedimento Ing. Stefano Lazzari, in qualità di uditore.

Risultano inoltre presenti:

- per la società PHILIPS S.p.A.: Valentina Roio, giusta procura della società medesima, del 26.11.2019, Notaio Margherita Mussi in Monza, n. 987 di repertorio, n. 694 di raccolta, che non si allega al presente atto in conformità alle esigenze di tutela della privacy, ma che resta integralmente acquisita agli atti di gara;



- per la società Siemens Healthcare S.r.l.: Salvatore Pisano, giusta delega della società medesima del 24.09.2021, che non si allega al presente atto in conformità alle esigenze di tutela della privacy, ma che resta integralmente acquisita agli atti di gara; Michele Storti, giusta delega della società medesima del 23.09.2021, che non si allega al presente atto in conformità alle esigenze di tutela della privacy, ma che resta integralmente acquisita agli atti di gara;
- per la società GE Medical Systems Italia S.p.A.: Vittorio Allamprese, giusta delega della società medesima del 23.09.2021, che non si allega al presente atto in conformità alle esigenze di tutela della privacy, ma che resta integralmente acquisita agli atti di gara; Luca Alzetta, giusta delega della società medesima del 23.09.2021, che non si allega al presente atto in conformità alle esigenze di tutela della privacy, ma che resta integralmente acquisita agli atti di gara
- per la società Canon Medical Systems S.r.l.: Marcello Longhi, giusta delega della società medesima del 28.09.2021, che non si allega al presente atto in conformità alle esigenze di tutela della privacy, ma che resta integralmente acquisita agli atti di gara

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta pubblica di gara volta all'apertura delle buste virtuali C, recanti le offerte economiche dei concorrenti.

Si procede preliminarmente alla comunicazione ai presenti del punteggio tecnico complessivo conseguito da ciascuna concorrente:

1. SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	56,62
2. PHILIPS S.P.A.	61,55
3. CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L.	50,80
4. GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	50,91

Di seguito, si procede all'inserimento di tali valori sul sistema della piattaforma.

Ultimata sul sistema la fase di ammissione dei concorrenti allo scrutinio delle offerte economiche, viene attivata la sessione on line della seduta pubblica e si procede all'apertura nell'ordine di arrivo delle buste virtuali recanti le offerte economiche, con relativa lettura degli importi di offerta:

- Concorrente **Siemens Healthcare S.r.l.**: La commissione procede all'apertura del documento "Allegato n. 5 Offerta Economica" del Disciplinare di gara, da cui si evince il seguente valore offerto: **€ 767.000,00**, IVA esclusa.
- Concorrente **PHILIPS S.p.A.**: La commissione procede all'apertura del documento "Allegato n. 5 Offerta Economica" del Disciplinare di gara, da cui si evince il seguente valore offerto: **€ 881.300,00**, IVA esclusa.
- Concorrente **Canon Medical Systems S.r.l.**: La commissione procede all'apertura del documento "Allegato n. 5 Offerta Economica" del Disciplinare di gara, da cui si evince il seguente valore offerto: **€ 767.720,00**, IVA esclusa.



- Concorrente **GE Medical Systems Italia S.p.A.**: La commissione procede all'apertura del documento "Allegato n. 5 Offerta Economica" del Disciplinare di gara, da cui si evince il seguente valore offerto: **€ 847.490,00**, IVA esclusa.

I valori indicati in piattaforma, con l'applicazione della formula di attribuzione del punteggio economico prevista nel Disciplinare di gara, determinano i seguenti punteggi economici:

- **Siemens Healthcare S.r.l.:**
importo valore offerto: **€ 767.000,00** – Punteggio economico: **30,00**
- **PHILIPS S.p.A.:**
importo valore offerto: **€ 881.300,00** – Punteggio economico: **20,26**
- **Canon Medical Systems S.r.l.:**
importo valore offerto: **€ 767.720,00** – Punteggio economico: **29,96**
- **GE Medical Systems Italia S.p.A.:**
importo valore offerto: **€ 847.490,00** – Punteggio economico: **24,91**

Alle ore 11,15 la commissione dichiara sciolta la seduta pubblica e congeda i rappresentanti delle ditte.

La Commissione prosegue i lavori in seduta riservata e procede alla determinazione della classifica di gara, la quale risulta essere la seguente:

Concorrente	Punteggio Tecnico	Importo Offerto	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
Siemens Healthcare S.r.l.	56,62	€ 767.000,00	30,00	86,62
PHILIPS S.p.A.	61,55	881.300,00	20,26	81,81
Canon Medical Systems S.r.l.	50,80	767.720,00	29,96	80,76
GE Medical Systems Italia S.p.A.	50,91	847.490,00	24,91	75,82

La Commissione, dopo aver stilato la graduatoria provvisoria, rileva di non poter formulare la proposta di aggiudicazione di cui agli art. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto il concorrente Siemens Healthcare S.r.l. ha raggiunto i 4/5 del punteggio massimo attribuibile sia in relazione all'elemento qualitativo che economico, ed è pertanto necessaria l'attivazione da parte del RUP del sub-procedimento di verifica di anomalia delle offerte di cui all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

La Commissione alle ore 11,45, terminati i propri lavori, dispone la chiusura della seduta di gara e dà mandato al Segretario di gara, Sig.ra Flavia Angeloni, di trasmettere tutti gli atti al RUP per i seguiti di competenza.

Letto approvato e sottoscritto,

Dr.ssa Paola Masala

Presidente

F.to _____



Dr. Antonio Bruni	Componente	_____	F.to _____
Dr. Simone Vagnarelli	Componente	_____	F.to _____
Sig.ra Flavia Angeloni	Segretario	_____	F.to _____
D.ssa Laura Formato	Segretario Supp.	_____	F.to _____



PROCEDURA APERTA TELEMATICA DI CARATTERE COMUNITARIO, BANDO G.U.R.I. V SERIE SPECIALE – CONTRATTI PUBBLICI – N. 24 DEL 1.03.2021, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE, LA FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO ED IL PIANO DI MANUTENZIONE DURANTE IL PERIODO DI GARANZIA, NON INFERIORE A 24 MESI, DI UN ANGIOGRAFO DIGITALE DIRETTO BIPLANO PER LE ESIGENZE DELLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 900.000,00 + IVA - CIG 8616159755

VERBALE N. 8 DEL 22.10.2021

Il giorno 22 ottobre 2021 alle ore 9.30 si è riunito nella sede dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, in Via dell’Amba Aradam, 9 – Sala Riunioni della U.O.C. Progettazione, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare e Storico, il Seggio di Gara, per l’espletamento, in seduta riservata, delle seguenti attività:

- Esame delle giustificazioni a corredo dell’offerta prodotte dal concorrente Siemens Healthcare S.r.l.;
- Esame dei verbali della commissione.

Il Seggio risulta così composto:

Ing. Stefano Lazzari	Dirigente la U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA– Responsabile Unico del Procedimento	Presidente
Sig.ra Flavia Angeloni	Assistente Amministrativo U.O.S.D. Ingegneria Clinica e HTA	Segretario

Si premette che:

- il RUP, acquisiti i verbali della commissione, in conformità al disposto dell’art. 97 del Codice, con nota Prot. AOOHSG n. EM 795 del 05.10.2021 ha provveduto a richiedere le giustificazioni di anomalia dell’offerta all’operatore primo classificato Siemens Healthcare S.r.l., assegnando allo stesso un termine di n. 15 giorni per provvedere, pena l’esclusione dalla gara;
- con nota Prot. AOOHSG nr. 0034007 del 20.10.2021 sono pervenute le giustificazioni dell’operatore Siemens Healthcare S.r.l..

Tanto premesso:

Il RUP, visto quanto indicato dalle Linee Guida Anac n. 3, punto 5.3 “Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. PROPOSTA DEL	894 DEL 09.12.2021
N. DELIBERAZIONE DEL	777 DEL 23.12.2021

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **23.12.2021** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato

