

PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, SUDDIVISA IN N. 119 LOTTI – DURATA 24 MESI – PER LE AZIENDE SANITARIE/OSPEDALIERE ADERENTI ALL'UNIONE DI ACQUISTO:

1. A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA (Azienda Capofila)_Importo biennale a base d'asta € 4.622.400,00 (IVA esclusa) pari ad € 5.639.328,00 (IVA inclusa)
2. A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I_ Importo biennale a base d'asta € 10.153.800,00 (IVA esclusa) pari ad € 12.387.636,40 (IVA inclusa)

VERBALE N. 1 DELL'11/11/2022

Il giorno 11 novembre 2022 alle ore 14.00 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione nominata con Deliberazione n. 996 dell'8 novembre 2022, per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici necessari alla UOC di Radiologia Interventistica.

La Commissione è così composta:

Dott. Simone Vagnarelli	Dirigente medico Responsabile UOSD Radiologia Interventistica	Presidente
Dott. Antonuccio Enzo Gabriele Maria	Dirigente Medico c/o UOSD Radiologia Interventistica	Componente
Dott.ssa Palumbo Agata	Dirigente medico c/o UOC Farmacia	Componente
Sig.ra Scoppetti Barbara	Collaboratore Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria
Sig.ra Christiana Carciofali	Assistente Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria aggiunta

Alle ore 14,12 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori.

Preso atto che:

- con Deliberazione n. 104 DG del 15/02/2022 e successiva n. 363 del 21/04/2022 è stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici necessari alla radiologia interventistica, suddivisa in n. 119 lotti – durata 24 mesi – per le aziende sanitarie/ospedaliere aderenti all'unione di acquisto: Azienda Ospedaliera S.Giovanni Addolorata e Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, durata 24 mesi;

- la procedura è interamente svolta attraverso il Sistema per gli Acquisti telematici della Regione Lazio (STELLA);
- entro il termine previsto nel bando di gara fissato alle ore 12,00 del giorno 10/05/2022 sono state rilevate sul portale telematico le seguenti offerte:

Ragione Sociale	Partita IVA	Registro di Sistema
1 MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	IT01885550366	PI049693-22
2 Coloplast	IT00691781207	PI049750-22
3 H.S. HOSPITAL SERVICE	it01296201005	PI049753-22
4 DAVI MEDICA SRL	IT04685201008	PI050131-22
5 MULTIMEDICAL SRL	IT01585920208	PI050459-22
6 SINTEC SRL	it09316171215	PI050538-22
7 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	IT08082461008	PI050870-22
8 B.BRAUN MILANO SPA	IT00674840152	PI051481-22
9 Vertical	IT04340220260	PI051592-22
10 Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	IT09158150962	PI051741-22
11 BIOPSYBELL	IT02615000367	PI051823-22
12 BETATEX S.P.A.	IT00440180545	PI051833-22
13 STRYKER ITALIA	IT06032681006	PI051836-22
14 BALT ITALY	IT11570870961	PI051856-22
15 HD Hospital Device S.r.l.	IT10367041000	PI051861-22
16 TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL	IT06632861008	PI051884-22
17 Nanutech Srl	IT08861201005	PI051887-22
18 Bioquantek	IT14710171001	PI051889-22
19 Biocommerciale Srl	IT00549731206	PI052069-22
20 Abbott Medical Italia S.r.l.	IT11264670156	PI052183-22
21 BARD SRL	IT01911071007	PI052625-22
22 SANIFARM	IT01195060593	PI052654-22
23 GADA ITALIA S.P.A.	IT08230471008	PI052658-22
24 MEDTRONIC ITALIA SPA	IT09238800156	PI052674-22
25 SVAS BIOSANA S.P.A.	IT01354901215	PI052711-22
26 TECNOSTIM	IT05856601009	PI052712-22
27 Phenox Italy Srl	IT03091530216	PI052734-22
28 CARDIOTECH SRL	IT10860081008	PI052738-22
29 TECHNOLOGIC S.r.l.	IT06202160013	PI052773-22
30 Cardiovascular Devices Srl	IT08706331009	PI052816-22
31 ENDOVASCULAR SERVICE	IT09175331009	PI052834-22
32 KASTER S.R.L.	IT04966401004	PI052838-22
33 MEDI CORP SRL	IT07717721216	PI052843-22
34 essepi s.r.l service and partners	it11173091007	PI052861-22
35 ESSEDUE GROUP	IT10135671005	PI052862-22
36 COOK ITALIA SRL	IT00847380961	PI052884-22

37	H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	IT01458881008	PI052894-22
38	ab medica spa	IT08862820969	PI052952-22
39	VIOLATECH SRL	IT10077121001	PI052971-22
40	NEOVASC	IT12109171004	PI053014-22
41	KARDIA Srl	IT10985900157	PI053015-22
42	IMPLEMED ITALIA S.R.L.	IT08149900964	PI053024-22
43	Theras Lifetech S.r.l	IT02606120349	PI053078-22
44	TAU MEDICA S.R.L.	IT01282550555	PI053110-22

- con Deliberazione pubblicata nell'albo pretorio aziendale al n. 877 del 04/10/2022 tutti gli operatori economici sopra riportati sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione dell'offerta;
- che in data 17/10/2022 si è provveduto a darne notifica a tutti i concorrenti attraverso il sistema telematico STELLA;
- che relativamente ai lotti di seguito specificati nessun operatore economico ha proposto offerta:

lotto	Descrizione
17	Kit Shunt peritoneo-venoso
20	Sistema di tromboaspirazione arterioso e venoso periferico
30	Guide per esami interventistici
46	Cateteri a palloncino per angioplastica carotidea
50	Litoplastica ad ultrasuoni
59	Stent metallico ricoperto, autoespandibile
60	Endoprotesi autoespandibile ricoperta eparinizzata
90	Set per gastrostomia percutanea, con ancore
114	Siringa di precisione

- che in data 09/11/2022 si è provveduto tramite il portale di negoziazione STELLA a comunicare a tutti i concorrenti la data prevista per l'apertura della documentazione tecnica in seduta pubblica telematica;

Il Presidente alle ore 14,13 dà inizio ai lavori attivando la seduta virtuale sul portale.

Si provvede quindi all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica caricate a sistema dalle ditte concorrenti allo scopo di constatare la presenza di tutta la documentazione richiesta nei documenti di gara, riservandosi di verificare la completezza e l'esattezza ai fini dell'ammissibilità degli operatori economici successivamente.

La seduta si chiude alle ore 15,06

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dott. Simone Vagnarelli

Componente Dott.ssa Palumbo Agata Santina

SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Barbara Scoppetti

SEGRETARIA AGGIUNTA
Christiana Carciofali

PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, SUDDIVISA IN N. 119 LOTTI – DURATA 24 MESI – PER LE AZIENDE SANITARIE/OSPEDALIERE ADERENTI ALL'UNIONE DI ACQUISTO:

1. A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA (Azienda Capofila)_Importo biennale a base d'asta € 4.622.400,00 (IVA esclusa) pari ad € 5.639.328,00 (IVA inclusa)
2. A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I _ Importo biennale a base d'asta € 10.153.800,00 (IVA esclusa) pari ad € 12.387.636,40 (IVA inclusa)

VERBALE N. 2 DEL 24/11/2022

Il giorno 25 novembre 2022 alle ore 9,00 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 si è riunita in seduta riservata la Commissione nominata con Deliberazione n. 996 dell'8 novembre 2022, per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici necessari alla UOC di Radiologia Interventistica.

La Commissione è così composta:

Dott. Simone Vagnarelli	Dirigente medico Responsabile UOSD Radiologia Interventistica	Presidente
Dott. Antonuccio Enzo Gabriele Maria	Dirigente Medico c/o UOSD Radiologia Interventistica	Componente
Dott.ssa Palumbo Agata Santina	Dirigente medico c/o UOC Farmacia	Componente
Sig.ra Scoppetti Barbara	Collaboratore Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria
Sig.ra Christiana Carciofali	Assistente Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria aggiunta

Il Presidente accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione dispone l'avvio della seduta riservata.

La Commissione procede quindi alla lettura ed all'analisi delle offerte tecniche riferite ai lotti 1,3,9, 21, 22, 23, 31, 35, 48, 49, 51, 57, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 96, 97, 98, 106, 108, 109, 111, 115 al fine di assegnare i relativi punteggi di qualità secondo quanto prescritto nella lex



specialis di gara, dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione allegate al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.:1).

La Commissione di gara ritenuto necessario, incarica la segretaria di richiedere la campionatura per i seguenti lotti:

n. 1	Kit per esami interventistici
n. 3	Kit con guaina sterile per copertura sonde ecografiche

La seduta si chiude alle ore 14,20

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente	Dott. Simone Vagnarelli	fto
Componente	Dott. Enzo Gabriele Maria Antonuccio	fto
Componente	Dott.ssa Palumbo Agata Santina	fto

SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Barbara Scoppetti

fto

SEGRETARIA AGGIUNTA
Christiana Carciofali

fto



LOTTO 9

Ago per puntura iniziale

Ago in acciaio inox a tre parti , con anima interna ,stiletto cavo e pieno, punta a becco di flauto sfaccettata MS con e senza graduazione centimetrata , impugnatura in PVC.

Diametro sino a 18 gauge ,lunghezza da almeno 15 ad almeno 20 cm, compatibile con guida 0.038".

Quantità 30

Importo a base d'asta: € 40.00

- Indefornabilità dell'ago punti 30
 - Capacità di penetrazione punti 40
- Totale 70 punti

COOK ITALIA SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Indefornabilità dell'ago	30	1	30	
Capacità di penetrazione	40	0,75	30	Sistema rastremato
			60	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 21

Lotto 21. Sistema di trombectomia arteriosa e venosa meccanica rotazionale .

Sistema di trombectomia meccanica rotazionale ad uso arterioso e venoso composto da un'unità di controllo e da un catetere monouso da almeno 6Fad almeno 10 French; connessione ad unità motore, mediante accoppiamento magnetico.

Fornito di guida 0.018" e sacca di raccolta materiale asportato.

Lunghezza dei cateteri da almeno 85 ad almeno 135 cm.

Consolle di comando in comodato d'uso gratuito.

Quantità: 15

Importo a base d'asta: € 2500

- | | |
|----------------------------|----------|
| - Capacità di aspirazione | punti 25 |
| - Ergonomicità del sistema | punti 25 |
| - Navigabilità del sistema | punti 20 |

BARD SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di aspirazione	25	0,75	18,75	buona capacità di aspirazione
Navigabilità del sistema	20	1	20	
Ergonomicità del sistema	25	0,75	18,75	buona ergonomicità, possibilità di gestire il sistema da singolo operatore
			57,50	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

**LOTTO 22****Lotto 22. Catetere per rilevazione di immagini ad ultrasuoni endoluminale IVUS.**

Indicato per la valutazione della morfologia dei vasi arteriosi e venosi periferici. Disponibilità di diverse dimensioni del catetere: da 2.9F a 8.2F. Doppia versione del catetere OTW e monorail. Compatibilità con guide 0.014", 0,018" e 0.35".

Ecografo intervascolare **in comodato d'uso**

Quantità: 8

Importo a base d'asta: € 1500

Scorrevolezza della sonda	punti 30
Risoluzione ecografica	punti 30
Basso profilo	punti 10
Totale	punti 70

VIOLATECH SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza della sonda	30	1	30	
Risoluzione ecografica	30	0,75	22,5	Buona visualizzazione delle immagini
Basso profilo	10	1	10	
			62,50	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 23**Lotto 23. Dilatatori vascolari e fasciali da 4 a 16 Fr.**

– Dilatatori vascolari e fasciali da 4 a 16 Fr lunghezza 10-35 cm. radiopachi, attacco luer-lock, rastremati idrofilici.

Quantità: 400Importo a base d'asta: **€ 7**

– Massima rastrematura	punti 30
– Indeformabilità	punti 15
– Sostegno	punti 15
– Gamma lunghezze e misure	punti 10
	Totale 70

ab medica spa				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Massima rastrematura	30	0,75	22,5	Buona rastrematura
Indeformabilità	15	0,75	11,25	Buona resistenza
Sostegno	15	1	15	
Gamma lunghezze e misure	10	1	10	
			58,75	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 31

Lotto 31. Guide per esami interventistici ad alto supporto

Guide speciali per interventistica vascolare, biliare, urologica e drenaggio di ascessi; .014-.038", lunghezza da almeno 60 ad almeno 300 cm; tipo standard, stiff, superstiff, extrastiff, centimetrato, nitinol antipiegamento, steerable per PTA.

Tipologia A

Guide metalliche teflonate rigide ed extrarigide, diametri da 0.035" e 0.038", dritte e angolate, lunghezze fino a 300 cm.

Quantità:100

Importo a base d'asta: € 100,00

Tipologia B

Guide ad elevato supporto per occlusioni diametro da 0.014" a 0.018", lunghezze da 150 cm a 300 cm almeno, varie lunghezze e conformazioni di punta.

Quantità: 20

Importo a base d'asta: € 200,00

– Controllo di torsione	punti 20
– Sostegno	punti 20
– indeformabilità	punti 15
– Gamma conformazione punte e lunghezze	punti 15
	Totale punti 70

KASTER				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Controllo di torsione	20	1	20	
Sostegno	20	1	20	
indeformabilità	15	0,75	11,25	Buona resistenza durante l'utilizzo
Gamma conformazione punte e lunghezze	15	0,75	11,25	Gamma buona
			62,50	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 35

Lotto 35. Cateteri centimetrati per aortografia

Catetere multiforo per misurazione dei diametri vascolari durante le procedure di posizionamento di protesi vascolare, con 10/20 marker radiopachi, intervallati di un cm. Calibro del catetere 5 Fr, lunghezze almeno 65 cm, con flusso di almeno 20cc/sec. Configurazione retta e pigtail.

Quantità: 20

Importo a base d'asta: € 110.00

- Scorrevolezza punti 20
- Visibilità markers punti 20
- Numero e distanza markers punti 20
- Flussi e fori laterali punti 10
- Totale punti 70**

TECNOSTIM				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza	20	1	20	
Visibilità markers	20	0,75	15	Buona visibilità
Numero e distanza markers	20	1	20	
Flussi e fori laterali	10	1	10	
			65	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 48

Lotto 48. Catetere a palloncino per PTA non conforme ad alta pressione, per grossi vasi.

Catetere a palloncino per PTA, non conforme, per grossi vasi. Coropcatetere in materiale multistrato da almeno 6,5 ad almeno 8,5 Fr., con RBP almeno sino a 18 Atm. Compatibile con guida .035"

Diamentro del pallone da almeno 12 ad almeno 26 mm e con lunghezza da almeno 2 ad almeno 6 cm. da 5F in materiale composito multistrato estremamente resistente, RBP fino ad almeno 18 atm.

Quantità 10

Importo a base d'asta: € 230,00

- Scorrevolezza punti 40
- disponibilità misure punti 30
- Totale punti punti 70**

BARD				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza	40	0,75	30	Buona scorrevolezza
disponibilità misure	30	1	30	
			60	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 49

Lotto 49. Cateteri per angioplastica di vasi ad elevata resistenza

A - Catetere per la dilatazione di vasi di grosso calibro. OTW, strumento lungo e corto compatibile con guida da 0.035" ed introduttore non superiore a 7 Fr. Diametri del pallone fino a 18 mm e lunghezze da 2 cm a 6 cm almeno

Quantità: 10

Importo a base d'asta: € 200,00

B - Catetere a palloncino ad alta pressione (24 ATM) non compliant, OTW, strumento lungo e corto (da 40 cm a 135 cm) compatibile con guida 0.035".

Bassissimo profilo di punta (non superiore a .040") e di attraversamento (introduttore 5 Fr). Diametri del pallone da 3 mm a 12 mm, lunghezze da 2 cm a 20 cm almeno

Quantità: 60

Importo a base d'asta: € 150,00

C - Catetere a palloncino a basso profilo, disponibile OTW e Monorail.

Diametri del pallone da 1,5 mm a 10 mm. Lunghezze da 20 mm a 150 mm. Strumento lungo e corto, guida 0.014" e 0.018"

Quantità: 50

Importo a base d'asta: € 180,00

D - Catetere per occlusione vascolare in lattice, con diametri da 20 mm a 40 mm almeno. OTW, strumento lungo e corto

Quantità: 5

Importo a base d'asta: € 200,00

E - Catetere a palloncino fornito di microlame poste longitudinalmente sulla superficie del pallone. OTW e Monorail, diametri da 2 a 8 mm

Quantità: 5

Importo a base d'asta: € 500,00

- scorrevolezza

punti 40

- disponibilità misure e caratteristiche

punti 30

Totale punti 70

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

KASTER				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza	40	1	40	
disponibilità misure caratteristiche	30	1	30	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 51

Lotto 51. Siringhe per iniettore

Tipologia A.

Siringhe per iniettore automatico per angiografia, compatibili con iniettore Medrad Mark V PRO Vis, in dotazione alla sala angiografica sterili, monouso da 200 ml, dotate di tubo per riempimento rapido.

Quantità: 500

Importo a base d'asta: € 5,50

- Compatibilità con il porta siringhe punti 30
- Resistenza alla pressione punti 40
- Totale punti 70**

AB MEDICA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Compatibilità con il porta siringhe	30	1	30	
Resistenza alla pressione	40	1	40	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 57

Lotto 57. Stent in lega metallica a maglia autoespandibile e riposizionabile per procedure vascolari Monorail

Stent in lega metallica a maglia unica autoespandibile, RM compatibile, con elevata radiopacità, flessibile, per il trattamento di stenosi e restenosi arteriose.

Il sistema portante deve essere costituito da un catetere e da una guaina coassiale.

Il sistema di rilascio deve essere corredato da markers radiopachi di riferimento e di accorciamento.

Possibilità di riposizionare lo stent.

– **Quantità 40**

Importo a base d'asta: € 1000,00

- Facilità di posizionamento punti 25
- Visibilità punti 30
- Gamma delle misure punti 15
- Totale punti 70**

KASTER				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di posizionamento	25	0,75	18,75	Buone caratteristiche di posizionamento
Visibilità	30	0,75	22,50	Buona visibilità
Gamma delle misure	15	1	15	
			56,25	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)j preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 61

Lotto 61. Stent ricoperto autoespandibile per TIPS.

Stent interamente o parzialmente ricoperto per il confezionamento percutaneo di shunt porto-sistemici intra-epatici con porzione ricoperta per la porzione intraepatica e scoperta per il tratto portale. Disponibile nei diametri da almeno 5 ad almeno 10 mm, lunghezze da almeno 4 ad almeno 10 cm

BASE ASTA 4000 €

Quantità 8

- Facilità di posizionamento e precisione del rilascio punti 30
 - Visibilità punti 25
 - Gamma delle misure punti 15
- Totale punti 70

KASTER				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di posizionamento	30	1	30	
Visibilità	25	0,75	18,75	Buona visibilità
Gamma delle misure	15	1	15	
			63,75	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 62

Lotto 62. Stent biliare ricoperto autoespandibile

Stent che supporti una protesi in materiale biocompatibile, interamente ricoperto, provvisto di fori, per il trattamento di patologie epatiche e delle vie biliari. Disponibile nei diametri da almeno 5 ad almeno 10 mm, lunghezze da almeno 4 ad almeno 10 cm

BASE ASTA 2500 €

Quantità 20

- Facilità di posizionamento e precisione del rilascio punti 25
 - Visibilità punti 25
 - Gamma delle misure punti 10
 - Qualità del materiale di rivestimento punti 10
- Totale punti 70

KASTER					
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Facilità di posizionamento e precisione del rilascio	25	1	25		
Visibilità	25	0,75	18,75	Buona visibilità	
Gamma delle misure	10	1	10		
Qualità del materiale di rivestimento	10	1	10		
			63,75		

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO 65

Lotto 65. Stent esofageo ricoperto.

Endoprotesi esofagea in nitinol scoperta, parzialmente coperta e totalmente coperta, diametro tronco almeno 18, 20 e 22mm, varie lunghezze

Importo a base d'asta: € 1400,00

Quantità 3

- scorrevolezza del sistema	punti 40
- atraumaticità	punti 30
Totale punti 70	

ENDOVASCULAR SERVICE		CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
		scorrevolezza del sistema	40	1	40	
		atraumaticità	30	1	30	Non traumatica
					70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 66

Lotto 66. Stent enterocolico

Endoprotesi enterocoliche con maglia in nitinol autoconformante, scoperta, parzialmente coperta e totalmente coperta.

Diametri tronco protesi scoperta da almeno 18 a almeno 28mm, diametri tronco protesi parzialmente coperta e totalmente coperta almeno 18, 20 e 22mm, lunghezze da almeno 6 a almeno 15cm

Importo a base d'asta: € 1400

Quantità 3

- scorrevolezza del sistema	punti 30
- atraumaticità	punti 20
- configurazione in rapporto alla sede del posizionamento	punti 20
	Totale punti 70

ENDOVASCULAR SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
scorrevolezza del sistema	30	0,75	22,50	Buona scorrevolezza
atraumaticità	20	1	20	
configurazione in rapporto alla sede del posizionamento	20	0,75	15	Buona conformabilità
			57,50	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 66

Lotto 66. Stent enterocolico

Endoprotesi enterocoliche con maglia in nitinol autoconformante, scoperta, parzialmente coperta e totalmente coperta.

Diametri tronco protesi scoperta da almeno 18 a almeno 28mm, diametri tronco protesi parzialmente coperta e totalmente coperta almeno 18, 20 e 22mm, lunghezze da almeno 6 a almeno 15cm

Importo a base d'asta: € 1400

Quantità 3

- scorrevolezza del sistema	punti 30
- atraumaticità	punti 20
- configurazione in rapporto alla sede del posizionamento	punti 20
	Totale punti 70

ENDOVASCULAR SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
scorrevolezza del sistema	30	0,75	22,50	Buona scorrevolezza
atraumaticità	20	1	20	
configurazione in rapporto alla sede del posizionamento	20	0,75	15	Buona conformabilità
			57,50	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 70

Lotto 70. Sistema per emostasi femorale

Sistema per accesso arterioso femorale di tipo meccanico pre-assemblato, costituito da 2 dischi in polimeri riassorbibili senza collagene ne fili di sutura o altri agenti sigillanti.

– **Quantità: 300**

Importo a base d'asta: € 150.00

- persistenza dell'emostasi	punti 20
- ergonomia del sistema	punti 20
- caratteristiche dei componenti	punti 30
	Totale punti 70

GADA ITALIA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
persistenza dell'emostasi	20	1	20	
ergonomia del sistema	20	1	20	
caratteristiche dei componenti	30	0,75	22,50	Buona qualità costruttiva generale di tutti i componenti
			62,50	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 71

Lotto 71. Sistema per emostasi femorale con sutura fino a 10 Fr

Sistema di chiusura vascolare femorale percutanea con sutura fino a 10Fr, a 2 aghi

– **Quantità: 60**

Importo a base d'asta: € 170.00

- capacità di chiusura di grandi accessi (oltre 9 french) punti 20
 - scorrevolezza del sistema punti 10
 - rapidità e persistenza dell'emostasi punti 10
 - caratteristiche dei componenti punti 30
- Totale punti 70

ABBOTT MEDICAL ITALIA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
capacità di chiusura di grandi accessi (oltre 9 french)	20	1	20	
scorrevolezza del sistema	10	1	10	
rapidità e persistenza dell'emostasi	10	1	10	
caratteristiche dei componenti	30	0,75	22,50	Discrete caratteristiche costruttive
			62,50	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 76

Lotto 76. Particelle per embolizzazione epatica riassorbibili per tumori primitivi e secondari.

Particelle embolizzanti biodegradabili composte di amido usate come carrier di farmaci antitumorali

Unica misura non superiore ai 50 micron . Poste in soluzione fisiologica.

Quantità: 15

Importo a base d'asta: € 800

– Capacità embolizzante	punti 25
– Facilità di preparazione e impiego	punti 25
– Possibilità d'uso con qualsiasi chemioterapico	punti 20
	Totale punti 70

KASTER				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità embolizzante	25	0,75	18,75	Buona
Facilità di preparazione e impiego	25	1	25	
Possibilità d'uso con qualsiasi chemioterapico	20	0,75	15	Buona
			58,75	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a) i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 77

Lotto 77. Materiale embolico riassorbibile

Spugna embolizzante di gelatina di origine animale, riassorbibile, biocompatibile, idrofila. Confezionata in cubetti pretagliati in due dimensioni (2,5 mm e 5,0 mm) e tre diverse grammature e preconfezionata in siringa con codice colore. Indicata per l'embolizzazione di sanguinamenti. (25,50,100 mg) in siringa in polycarbonato L/L da 10 ml

Quantità:20

Importo a base d'asta: € 70,00

- Trombogenicità punti 20
- Facilità d'uso punti 30
- Tempo di polimerizzazione punti 20
- Totale punti 70**

TECNOSTIM		ESCLUSA MANCA CERTIFICATO CE		
CRITERIO	P.MAX	P. Commissione		Motivazioni
Trombogenicità	20			
Facilità d'uso	30			
Tempo di polimerizzazione	20			
	70			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 80

Lotto 80. Spirali in platino per embolizzazioni periferiche a rilascio controllato

Spirali elicoidali per embolizzazione in lega di platino e tungsteno, stretch resistant, con doppio filamento interno in polipropilene.

Disponibili con fibre attive in PGLA e con fibre in nylon.

Diametro spirale da 0.0165 e 0.021.

Sistema di distacco istantaneo mediante dispositivo dedicato.

Disponibile con diametro da mm 2 a 20 e lunghezza da mm 4 a 50.

Quantità:50

Importo a base d'asta: € 500,00

– Flessibilità adattamento anatomia vasi	punti 20
– Facilità di introduzione	punti 20
– Modalità di distacco	punti 10
– Trombogenicità	punti 20
	Totale punti 70

CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Flessibilità adattamento anatomia vasi	20	1	20	
Facilità di introduzione	20	0,75	15	Sistema buono
Modalità di distacco	10	1	10	
Trombogenicità	20	0,75	15	Buona trombogenicità
			60	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 81

Lotto 81. Spirali in platino rigide per embolizzazioni periferiche

Spirali in platino, con diametro principale da 0.020" con parte distale rigida per favorire l'ancoraggio al vaso e parte prossimale morbida.

Diametri da almeno 4 ad almeno 8 mm.

Lunghezza da almeno 30 ad almeno 60 cm.

Distacco meccanico istantaneo con distaccatore dedicato

Quantità: 8

Importo a base d'asta: € 800,00

– Facilità di fissaggio al vaso	punti 20
– Facilità di introduzione	punti 10
– Modalità di distacco	punti 20
– Trombogenicità	punti 20
	Totale punti 70

H.D.HEALTH DEFENCE S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di fissaggio al vaso	20	1	20	
Facilità di introduzione	10	0,75	7,5	buono
Modalità di distacco	20	1	20	
Trombogenicità	20	1	20	
			67,50	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 82

Lotto 82. Sistema endovascolare a rilascio controllato elettrolitico per embolizzazioni arteriose di piccoli vasi

Sistema per l'occlusione dei vasi di forma ovoidale composto da nitinol e da una lega di nickel titanio, parzialmente rivestito in PTFE, autoespandibile e riposizionabile con due markers in platino ad entrambe le estremità, prossimale e distale, con diametri che vanno da mm 1.5 a 9. Le misure fino a 5 mm sono compatibili con microcatetere.

Sistema di distacco meccanico. Il sistema è confezionato in unità singola complete di introduttore e guida di rilascio. Il sistema di distacco viene fornito in confezione separata.

Corredato di microcatetere compatibile.

Quantità: 5

Importo a base d'asta: € 1500,00

- Massima flessibilità per l'adattamento all'anatomia dei vasi punti 15
 - Facilità di introduzione punti 15
 - Facilità di distacco punti 25
 - Trombogenicità punti 15
- Totale punti 70**

TMD				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Massima flessibilità per l'adattamento all'anatomia dei vasi	15	0,75	11,25	Buona adattabilità
Facilità di introduzione	15	1	15	
Facilità di distacco	25	1	25	
Trombogenicità	15	1	15	
			66,75	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 83

Lotto 83. Sistema endovascolare a rilascio controllato per embolizzazioni arteriose e venose RM compatibile

Dispositivo metallico cilindrico costituito da fili di nitinol intrecciati con diametri da almeno 4 mm ad almeno 22 mm, lunghezza almeno sino a 15 mm in base al calibro. Compatibile con introduttori di piccolo calibro, per i diametri più piccoli con lume interno di catetere diagnostico. Lo shaft in acciaio deve essere lungo almeno 100 cm.

Quantità: 15

Importo a base d'asta: € 900,00

- | | | |
|---|--|------------------------|
| - | Massima flessibilità per l'adattamento all'anatomia dei vasi | punti 15 |
| - | Facilità di introduzione | punti 15 |
| - | Facilità di distacco | punti 25 |
| - | Trombogenicità | punti 15 |
| | | Totale punti 70 |

ABBOTT				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Massima flessibilità per l'adattamento all'anatomia dei vasi	15	0,75	11,25	Buona adattabilità
Facilità di introduzione	15	0,75	11,25	Sistema rastremato e dedicato
Facilità di distacco	25	1	25	
Trombogenicità	15	1	15	
			62,50	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO 87

Lotto 87. Set per biopsia delle vie biliari .

Set per brushing e biopsia delle vie biliari costituito da :

- Set coassiale per puntura vie biliari:
- Introduttore armato 7 Fr, lunghezza almeno 30 cm;
- Guida metallica per cateterismo e sostegno;
- Catetere manipolatore ;
- Pinza flessibile per biopsia con lunghezza di almeno 50 cm.
- Certificato per utilizzo percutaneo

Quantità : 5

Importo a base d'asta: € 500,00

- Caratteristiche della pinza punti 20
- Manegevolezza del sistema punti 30
- Capacità di prelievo punti 20
- Totale punti 70**

COOK				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Caratteristiche della pinza	20	1	20	
Manegevolezza del sistema	30	1	30	
Capacità di prelievo	20	1	20	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 88

Lotto 88. Palloncino per estrazione calcoli biliari

Palloncino monorail, compatibile con guida .035", preferibilmente in lattice rinforzato, possibilità di gonfiaggio a due diversi diametri con lo stesso pallone. Spalla del pallone squadrata. Possibilità di iniezione del mezzo di contrasto prossimale o distale. Diametri da almeno 9 mm ad almeno 18 mm.

Quantità 4

Importo a base d'asta: € 320,00

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Scorrevolezza | punti 30 |
| - Atraumaticità | punti 20 |
| - Design del pallone | punti 20 |
| | Totale punti 70 |

H.D. HEALTH DEFENCE					
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Scorrevolezza	30	0,75	22,50	Buona scorrevolezza	
Atraumaticità	20	1	20		
Design del pallone	20	0,75	15	Buona	
			57,50		

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 89

LOTTO 89. SET STENT URETERALE DOPPIO J IN ULTRATHANE

Stent ureterale anterogrado a doppio pigtail in poliuretano idrofilico munito di bande radiopache in platino in prossimità dei pigtail e rivestimento idrofilo. Calibro 8.5 Fr, disponibile con distanza fra i pig da 12 a 28 cm, accetta guida da 0.038". Completo di sistema d'introduzione formato da posizionatore in TFE radiopaco e catetere di posizionamento con banda radiopaca.

Quantità 50

Importo a base d'asta: € 140,00

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Scorrevolezza | punti 30 |
| - Qualità del sistema di inserimento | punti 20 |
| - Qualità del sistema di rilascio | punti 20 |
| | Totale punti 70 |

COOK				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza	30	1	30	
Qualità del sistema di inserimento	20	1	20	
Qualità del sistema di rilascio	20	1	20	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 96

Lotto 96. Ago per la Crioablazione tessutale

Sistema per la crioablazione di tessuto neoplastico composto da un sistema di generatore del freddo ed da un ago non inferiore ad almeno 17 gauge;ecogenico;con range di operatività da almeno 15mm ad almeno 55 mm ,range di temperature da almeno 0° ad almeno -35°.

Quantità: 3

Importo a base d'asta: € 1800,00

- Facilità di utilizzo punti 20
- Caratteristiche dei componenti punti 30
- Tempo di ablazione punti 20
- Totale punti 70**

KASTER				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	1	20	
Caratteristiche dei componenti	30	1	30	
Tempo di ablazione	20	1	20	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 97

Lotto 97. Sistema laser per l'ablazione termica della prostata

Sistema per l'ablazione transperineale percutanea della prostata costituita da:

1 ago da 21 G per la puntura e da 1 fibra ottica laser di 0,3 mm.

1 cavo ottico

1 ecografo dedicato con sonda biplanare transrettale (tipo esaote) in comodato d'uso

Con sistema guida applicabile sulla sonda

Sistema di puntamento per biopsia

Quantità: 10

Importo a base d'asta: € 1500

- Qualità ecogenica dell'ago punti 25
 - Qualità della sonda punti 20
 - Qualità del sistema di puntamento punti 25
- Totale punti 70**

SANIFARM				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità ecogenica dell'ago	25	0,75	18,75	Buona ecogenicità
Qualità della sonda	20	1	20	
Qualità del sistema di puntamento	25	0,75	18,75	Buona
			57,50	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a) i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 98

Lotto 98. Microguide con anima in scitanium

- Microguida idrofilica in scitanium per il distretto cerebrale, calibro 0,010" e 0,014", L. 205 e 300 cm. Parte finale preformabile in platino e materiale radiopaco. Confezione singola, sterile, monouso

Quantità:10

Importo a base d'asta: € 400

- Gamma conformazione e lunghezze punti 10
- Navigabilità punti 20
- Indeformabilità punti 15
- Controllo di torsione punti 25
- Totale punti 70**

KASTER				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma conformazione e lunghezze	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Indeformabilità	15	1	15	
Controllo di torsione	25	1	25	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 106

Lotto 106. Microcateteri a palloncino per rilascio stent

Microcatetere a palloncino a lume doppio indicato per il trattamento di aneurismi intracranici, neuronavigazione di stent intracranici e microspirali, DMSO compatibile. Accetta microguide da 0.14 mm. Diametro del pallone 4 mm, lunghezze 10, 11, 15 e 20 mm.

Quantità:3

Importo a base d'asta: € 1200

-	Gamma diametri e lunghezze	punti 15
-	Velocità gonfiaggio/sgonfiaggio	punti 20
-	Navigabilità	punti 25
-	Compatibilità con microguide	punti 10
		Totale punti 70

ENDOVASCULAR SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma diametri e lunghezze	15	15	15	
Velocità gonfiaggio/sgonfiaggio	20	20	20	
Navigabilità	25	25	25	
Compatibilità con microguide	10	10	10	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 108

Lotto 108. Microcateteri a palloncino per embolizzazione

Catetere a palloncino bi-lume di forma ovale per l'embolizzazione assistita tramite pallone e materiale embolizzante (spiralì e stent).

Provvisi di 3 marker ORX, un marker che consente di visualizzare l'estremità distale del catetere e due marker che delimitano la parte cilindrica del palloncino. diametro massimo del pallone 6, lunghezze 7,9,12, 20. possibilità di 4 marker per controllo rilascio spiralì. DMSO compatibile.

Quantità:5

Importo a base d'asta: € 1500

-	Gamma diametri e lunghezze	punti 15
-	Velocità gonfiaggio/sgonfiaggio	punti 20
-	Navigabilità	punti 25
-	Compatibilità con microguide	punti 10
		Totale punti 70

BALT ITALIA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma diametri e lunghezze	15	1	15	
Velocità gonfiaggio/sgonfiaggio	20	1	20	
Navigabilità	25	1	25	
Compatibilità con microguide	10	1	10	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 109

Lotto 109. Stent per embolizzazione assistita di aneurismi

Stent per l'embolizzazione assistita degli aneurismi cerebrali (remodelling) senza blocco di flusso, espansione regolabile dall'operatore tramite manipolo di controllo.

Per vasi intracranici da almeno 2 mm fino ad almeno 4 mm per copertura del colletto dell'aneurisma.

Compatibile con microcateteri.

Fornito con microcatetere compatibile.

Quantità: 3

Importo a base d'asta: € 2000

- Gamma diametri e lunghezze punti 10
- Navigabilità punti 30
- Compatibilità con microcatetere punti 20
- Radiopacità punti 10

Totale punti 70

BIOQUANTEK				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma diametri e lunghezze	10	1	10	
Navigabilità	30	1	30	
Compatibilità con microcatetere	20	1	20	
Radiopacità	10	1	10	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 111

Lotto 111. Cateteri diagnostici per uso cerebrale.

- Catetere angiografico da 5F o 6F, lunghezza del catetere da almeno 120 cm, con porzione flessibile distale e lume interno da almeno 0,040", configurazioni H1, SIM e BERN.

Quantità:10

Importo a base d'asta: € 250

-	Gamma conformazione	punti 15
-	Navigabilità	punti 15
-	Controllo di torsione	punti 25
-	Trackability	punti 15
		Totale punti 70

HD HEALTH DEFENCE		P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
CRITERIO					
Gamma conformazione		15	1	15	
Navigabilità		15	1	15	
Controllo di torsione	di	25	1	25	
Trackability		15	1	15	
				70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO 115

Lotto 115. Siringa per aspirazione forzata

Siringhe a pressione negativa per aspirare trombi. Deve produrre una pressione negativa o vuoto per applicazioni tipicamente eseguite in campo radiologico e neuroradiologico con catetere. Siringhe da 10, 20, 30 e 60 ml progettate per arrestarsi in posizioni multiple durante l'aspirazione di un vuoto e capacità di mantenere una pressione negativa con il pulsante di arresto o il morsetto impegnato.

Siringhe trasparenti per una facile identificazione di bolle d'aria e dei livelli di fluido. Connessione luer lock.

La siringa si deve bloccare in incrementi da 10 ml.

Quantità: 30

Importo a base d'asta: € 10

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Ergonomicità | punti 30 |
| - Capacità di aspirazione | punti 40 |
| | Totale punti 70 |

TECNOSTIM	ESCLUSA MANCA CERTIFICATO CE			
	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Ergonomicità	30			
Capacità di aspirazione	40			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, SUDDIVISA IN N. 119 LOTTI – DURATA 24 MESI – PER LE AZIENDE SANITARIE/OSPEDALIERE ADERENTI ALL'UNIONE DI ACQUISTO:

1. A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA (Azienda Capofila)_Importo biennale a base d'asta € 4.622.400,00 (IVA esclusa) pari ad € 5.639.328,00 (IVA inclusa)
2. A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I_ Importo biennale a base d'asta € 10.153.800,00 (IVA esclusa) pari ad € 12.387.636,40 (IVA inclusa)

VERBALE N. 3 DEL 19/1/2023

Il giorno 19 gennaio 2023 alle ore 9,30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 si è riunita in seduta riservata la Commissione nominata con Deliberazione n. 996 dell'8 novembre 2022, per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici necessari alla UOC di Radiologia Interventistica.

La Commissione è così composta:

Dott. Simone Vagnarelli	Dirigente medico Responsabile UOSD Radiologia Interventistica	Presidente
Dott. Antonuccio Enzo Gabriele Maria	Dirigente Medico c/o UOSD Radiologia Interventistica	Componente
Dott.ssa Palumbo Agata Santina	Dirigente medico c/o UOC Farmacia	Componente
Sig.ra Scoppetti Barbara	Collaboratore Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria
Sig.ra Christiana Carciofali	Assistente Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria aggiunta

Il Presidente accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione dispone l'avvio della seduta riservata.

La Commissione prende atto che:

- > in data 30/11/2022 con note prot. 45469 e prot. 45474 la Segretaria d'Ordine del Presidente ha richiesto alle ditte concorrenti l'invio della campionatura per i lotti n. 1 e n. 3;

- > tutti gli operatori economici interessati hanno fatto pervenire entro i termini e con le modalità stabilite negli inviti la campionatura richiesta.

La Commissione avvia il lavoro esaminando dapprima i dispositivi di cui ai lotti n. 1 e n. 3 per i quali è stata richiesta la campionatura al fine di assegnare i punteggi di qualità previsti nel disciplinare di gara.

La Commissione procede quindi esaminando le offerte tecniche riferite ai lotti 2, 4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,18,19,24,25,26,27,28,29,32,33,34,36,37,38,39,40,41 al fine di assegnare i relativi punteggi di qualità secondo quanto prescritto nella lex specialis di gara, dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione allegate al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.:1)

La Commissione di gara ritenuto necessario, incarica la segretaria di richiedere la campionatura per il seguente lotto:

n. 12	Sistema semiautomatico per biopsia
-------	------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 13,30.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente	Dott. Simone Vagnarelli	FTO
Componente	Dott. Enzo Gabriele Maria Antonuccio	FTO
Componente	Dott.ssa Palumbo Agata Santina	FTO

SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Barbara Scoppetti

FTO

SEGRETARIA AGGIUNTA
Christiana Carciofali
FTO

LOTTO 2

Lotto 2. Set per micropuntura

Set introduttore con valvola rimovibile, da almeno 4 Fr ad almeno 5 Fr.; ago da 21 gauge con punta ecogenica e con lunghezza da almeno 4 cm ad almeno 7 cm , e filo guida da 0,018” in nitinol.

Quantità: 5

Importo a base d’asta: € 150.00

- Tenuta valvola punti 20
 - Rastrematura tra introduttore e dilatatore punti 30
 - Ecogenicità dell’ago punti 20
- Totale punti 70

Cook				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Tenuta valvola	20	1	20	Ottima tenuta
Rastrematura tra introduttore e dilatatore	30	0,75	22,50	Soddisfacente
Ecogenicità dell’ago	20	0,75	15	Buona visibilità sotto guida ecografica
			57,50	

Tecnostim				
Esclusa manca certificato CE Full Quality Assurance System				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Tenuta valvola	20			
Rastrematura tra introduttore e dilatatore	30			
Ecogenicità dell’ago	20			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00





LOTTO 3

Lotto 3. Kit con guaina sterile per copertura sonde ecografiche.

Kit composto da una guaina trasparente almeno da almeno 10 sino a 110 cm senza lattice e senza cuciture con gel in busta ed elastici di contenzione, tutto sterile.

Quantità: 100

Importo a base d'asta: € 9.50

- Adattabilità della guaina punti 30
- Capacità di copertura della sonda punti 40
- Totale punti 70**

BETATEX S.P.A.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Adattabilità della guaina	punti 30	0,25	7,5	Saldature in punta scomoda e potrebbe determinare artefatti ecografici
Capacità di copertura della sonda	punti 40	0,25	10	Saldature in punta scomoda e potrebbe ostacolare la corretta copertura della sonda
Non supera la soglia di sbarramento			17,5	

Biocommerciale Srl				
CAMPIONATURA: misura della guaina 9,3 anziché più di 10 come richiesto				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Adattabilità della guaina	punti 30			
Capacità di copertura della sonda	punti 40			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

essepi s.r.l service and partners				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Adattabilità della guaina	punti 30	0,25	7,5	Adesivo in punta non pratico e di ostacolo per inserimento della sonda
Capacità di copertura della sonda	punti 40	0,50	20	Adesivo in punta ostacola la corretta copertura della sonda
Non supera la soglia di sbarramento			27,5	

H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Adattabilità della guaina	punti 30	1	30	
Capacità di copertura della sonda	punti 40	1	40	
			70	

H.S. HOSPITAL SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Adattabilità della guaina	punti 30	0,25	7,5	Gomma poco conformabile
Capacità di copertura della sonda	punti 40	0,75	30	copertura non ottimale per la gomma poco conformabile
			37,5	



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Adattabilità della guaina	punti 30	1	30	
Capacità di copertura della sonda	punti 40	1	40	
			70	

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Adattabilità della guaina	punti 30	0,75	22,50	Gomma rigida
Capacità di copertura della sonda	punti 40	0,75	30	Gomma rigida
			52,5	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00




LOTTO 4
Kit per drenaggio asciti e raccolte pleuriche a lungo termine.

Catetere in silicone fenestrato, almeno 15.5 Fr, almeno 65 cm, con cuffia in dacron per l'ancoraggio alla cute, munito di valvola antireflusso. Fornito con un set per un'adeguata tunnellizzazione.

Quantità: 20

Importo a base d'asta: € 300,00

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| - Atraumaticità | punti 20 |
| - Affidabilità | punti 20 |
| - Manovrabilità del sistema | punti 30 |
| | Totale punti 70 |

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Atraumaticità	20	0,75	15	SISTEMA RASTREMATO DI INTRODUZIONE
Affidabilità	20	0,75	15	BUONA AFFIDABILITA'
Manovrabilità del sistema	30	0,50	15	SODDISFACENTE
			45	

TECNOSTIM				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Atraumaticità	20	0,75	15	SISTEMA RASTREMATO DI INTRODUZIONE
Affidabilità	20	0,75	15	BUONA AFFIDABILITA'
Manovrabilità del sistema	30	0,50	15	SODDISFACENTE
			45	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO 5

Set per vertebroplastica

Tubo flessibile con terminazioni a vite.

Siringa per iniettare il cemento.

Miscelatore totalmente automatico per cemento, capacità almeno 10 cc, collegato con sistema chiuso a siringa centimetrata, con pile incluse.

Confezione sterile di cemento, anche separata rispetto al miscelatore:

- polimero liquido
- polvere di polimetilmetacrilato e solfato di bario almeno al 30%.

1 ago acciaio inox con anima interna (diametro 11/13 gauge-lunghezza da almeno 10 ad almeno 15 cm), anche separata rispetto al miscelatore.

Quantità: 20

Importo a base d'asta: € 400.00

- - Qualità materiale punti 20
 - - Capacità di miscelazione punti 40
 - - Sicurezza del sistema punti 10
- Totale punti 70

BIOPSYBELL	NON RISPONDE AI REQUISITI DEL LOTTO:ASSENZA MISCELATORE COMPLETAMENTE AUTOMATICO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità materiale	20			
Capacità di miscelazione	40			
Sicurezza del sistema	10			



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

HD Hospital Device S.r.l	NON RISPONDE AI REQUISITI DEL LOTTO: ASSENZA MISCELATORE COMPLETAMENTE AUTOMATICO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità materiale	20			
Capacità di miscelazione	40			
Sicurezza del sistema	10			

STRYKER ITALIA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità materiale	20	1	20	OTTIMA QUALITA' COSTRUTTIVA
Capacità di miscelazione	40	1	40	MISCELATORE COMPLETAMENTE AUTOMATICO
Sicurezza del sistema	10	1	10	SICURO ED AFFIDABILE
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO 6

Sistema per discectomia

Sonda per discectomia percutanea indicata per aspirare il materiale del disco intervertebrale nel corso di procedure di discectomia percutanea nella regione lombare, toracica e cervicale della colonna vertebrale.

- cannula di lavoro da almeno 13G,15G ,17G e 19G
- cannule di accesso dritte e curve
- dispositivo di facile utilizzo
- marker su cute per la profondità

quantità: 5

Importo a base d'asta: € 900,00

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - Qualità materiale | punti 30 |
| - Capacità di penetrazione | punti 30 |
| - Sicurezza del sistema | punti 10 |
| | Totale punti 70 |

H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	NON RISPONDE AI REQUISITI: NON AGO CON MARKERS E NON AGO CURVO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità materiale	30			
Capacità di penetrazione	30			
Sicurezza del sistema	10			

HD Hospital Device S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità materiale	30	0,75	22,5	Buona qualità delle plastiche
Capacità di penetrazione	30	0,75	22,5	Buona capacità di penetrazione
Sicurezza del sistema	10	1	10	
			55	



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

STRYKER ITALIA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità materiale	30	1	30	ALTA QUALITA' DEI COMPONENTI
Capacità di penetrazione	30	1	30	OTTIMA CAPACITA' DI PENETRAZIONE
Sicurezza del sistema	10	1	10	SISTEMA SICURO
			70	

Theras Lifetech S.r.l				
NON RISPONDE AI REQUISITI: NON AGO CURVO				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità materiale	30			
Capacità di penetrazione	30			
Sicurezza del sistema	10			

Vertical				
NON RISPONDE AI REQUISITI: NON AGO CURVO, NON POSSIBILITA' DI ASPIRARE IL DISCO MA PRESENZA DI PINZA NON RICHIESTA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità materiale	30			
Capacità di penetrazione	30			
Sicurezza del sistema	10			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



**LOTTO 7****Ago coassiale per biopsia ossea.**

Ago in acciaio da inserire all'interno di un ago vertebrale per permettere il prelievo sicuro di frustoli ossei costituito:

Cannula esterna da almeno 14 ad almeno 16 gauge, con punta tranciante.

Otturatore smusso in acciaio .

Lunghezza da almeno 17 ad almeno 20cm .

Quantità 10

Importo a base d'asta: € **80.00**

- Caratteristiche dei componenti punti 30
 - Indeformabilità dell'ago punti 20
 - Capacità di penetrazione punti 20
- Totale 70 punti

BIOPSYBELL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Caratteristiche dei componenti	30	0,25	7,5	Il materiale plastico sul manipolo riduce la rigidità
Indeformabilità dell'ago	20	0,25	5	Il materiale plastico sul manipolo rende l'ago di difficile utilizzo su corticale integra, se necessario martello ortopedico
Capacità di penetrazione	20	0,25	5	Il materiale plastico sul manipolo riduce la capacità di penetrare l'osso
Non supera la soglia di sbarramento			17,50	

HD Hospital Device				
S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Caratteristiche dei componenti	30	0,25	7,5	Il materiale plastico sul manipolo riduce la rigidità
Indeformabilità dell'ago	20	0,25	5	Il materiale plastico sul manipolo rende l'ago di difficile utilizzo su corticale integra, se necessario martello ortopedico
Capacità di penetrazione	20	0,25	5	Il materiale plastico sul manipolo riduce la capacità di penetrare l'osso
Non supera la soglia di sbarramento			17,50	

MED-ITALIA				
BIOMEDICA S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Caratteristiche dei componenti	30	1	30	L'ago interamente metallico garantisce la rigidità
Indeformabilità dell'ago	20	1	20	L'ago interamente metallico garantisce l'indeformabilità
Capacità di penetrazione	20	1	20	L'ago interamente metallico garantisce la capacità di penetrazione
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a) preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00


LOTTO 8
Agocannula da toracentesi e paracentesi

Ago catetere per centesi, ascessi, drenaggi pleurici, raccolte varie. Catetere in nylon radiopaco o in FEP trasparente, 5 Fr di calibro, lunghezza da 10 a 20 cm, con e senza fori laterali. L'ago di accesso trocar o chiba in acciaio inox 19 G.

Quantità 40

Importo a base d'asta: € 40.00

- Atraumaticità	punti 20
- Rastrematura tra cannula e ago	punti 20
- Capacità di drenaggio	punti 30
	Totale punti 70

COOK ITALIA SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Atraumaticità	20	1	20	
Rastrematura tra cannula e ago	20	1	20	
Capacità di drenaggio	30	1	30	
			70	

H.S. HOSPITAL SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Atraumaticità	20	0,50	10	POCO TRAUMATICO
Rastrematura tra cannula e ago	20	0,75	15	BUONA RASTREMATURA
Capacità di drenaggio	30	0,50	15	DISCRETA PER LA PRESENZA DI UN FORO LATERALE
			40	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Atraumaticità	20	1	20	
Rastrematura tra cannula e ago	20	1	20	
Capacità di drenaggio	30	1	30	
			70	

TECNOSTIM				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Atraumaticità	20	1	20	
Rastrematura tra cannula e ago	20	1	20	
Capacità di drenaggio	30	1	30	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a) i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00





LOTTO 10

Ago per puntura femorale.

Ago cavo, punta a becco di flauto, impugnatura in PVC.

Diametro sino a 18 gauge ,lunghezza da almeno 7 cm, compatibile con guida 0.038”.

Quantità 200

Importo a base d'asta: € 5.00

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| - Robustezza dell'ago | punti 30 |
| - Capacità di penetrazione | punti 40 |
| | Totale 70 punti |

ab medica spa				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Robustezza dell'ago	30	0,75	22,5	BUONA ROBUSTEZZA
Capacità di penetrazione	40	0,50	20	DISCRETA CAPACITA' DI PENETRAZIONE
			42,5	

BETATEX S.P.A.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Robustezza dell'ago	30	0,75	22,5	BUONA ROBUSTEZZA
Capacità di penetrazione	40	0,50	20	DISCRETA CAPACITA' DI PENETRAZIONE
			42,50	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Cardinal Health Italy 509 S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Robustezza dell'ago	30	1	30	
Capacità di penetrazione	40	1	40	
			70	

COOK ITALIA SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Robustezza dell'ago	30	1	30	
Capacità di penetrazione	40	1	40	
			70	

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Robustezza dell'ago	30	0,75	22,5	BUONA ROBUSTEZZA
Capacità di penetrazione	40	0,50	20	DISCRETA CAPACITA' DI PENETRAZIONE
			42,5	

SVAS BIOSANA S.P.A				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Robustezza dell'ago	30	0,75	22,5	DISCRETA ROBUSTEZZA
Capacità di penetrazione	40	0,50	20	BUONA CAPACITA' DI PENETRAZIONE
			42,50	



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

TAU MEDICA S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Robustezza dell'ago	30	0,75	22,5	DISCRETA ROBUSTEZZA
Capacità di penetrazione	40	0,50	20	BUONA CAPACITA' DI PENETRAZIONE
			42,5	

TECNOSTIM				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Robustezza dell'ago	30	1	30	
Capacità di penetrazione	40	1	40	
			70	

VIOLATECH SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Robustezza dell'ago	30	1	30	
Capacità di penetrazione	40	1	40	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO II

Sistema automatico per biopsia

Dispositivo completamente automatico per biopsia percutanea, costituito da un sistema di cannule tri-assiali in acciaio, che permette, mediante un'unica operazione, di tagliare e intrappolare un frustolo cilindrico intero all'interno della cannula. Possibilità di regolazione dello sparo su tre diverse lunghezze.

Possibilità di effettuare biopsie multiple attraverso l'apposito introduttore coassiale, in due diverse lunghezze.

Diametri da almeno 16 ad almeno 18 G, lunghezze 10, 15 e 20 cm

Quantità: 200

Importo a base d'asta: € **45.00**

- Capacità di prelievo punti 40
- Ergonomicità punti 30
- Totale 70 punti**

BIOPSYBELL	NON CONFORME: PRELIEVO DISPONIBILE SOLO PER MEZZO CILINDRO E NON CILINDRO DI TESSUTO INTERO COME RICHIESTO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	punti 40			
Ergonomicità	punti 30			

H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	NON CONFORME: PRELIEVO DISPONIBILE SOLO PER MEZZO CILINDRO E NON CILINDRO DI TESSUTO INTERO COME RICHIESTO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	punti 40			
Ergonomicità	punti 30			



HD Hospital Device S.r.l.	NON CONFORME: PRELIEVO DISPONIBILE SOLO PER MEZZO CILINDRO E NON CILINDRO DI TESSUTO INTERO COME RICHIESTO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	punti 40			
Ergonomicità	punti 30			

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	punti 40	1	40	OTTIMA CAPACITA' DI PRELIEVO, CASSETTO FULL CORE
Ergonomicità	punti 30	1	30	OTTIMA ERGONOMICITA' CON DOPPIO COMANDO DI SCATTO
			70	

TECNOSTIM				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	punti 40	0,25	10	CAPACITA' DI PRELIEVO SCARSA PER RIDOTTA POTENZA DI SCATTO
Ergonomicità	punti 30	0,25	7,5	Presa non ottimale
non supera soglia di sbarramento			17,5	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a) i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO 13

Sistema tipo Menghini modificato

Sistema per biopsia Menghini modificato, con sistema coassiale incluso nella confezione, varie misure.

Quantità: 50

Importo a base d'asta: € **25.00**

- Capacità di prelievo punti 40
 - Ergonomicità punti 30
- Totale 70 punti

BIOPSYBELL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	40	1	40	
Ergonomicità	30	0,25	7,5	ERGONOMICITA' RIDOTTA
			47,5	

DAVI MEDICA SRL				
MANCA ASSISTENZA TECNICA PUNTO 2 DISCIPLINARE DI GARA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	40			
Ergonomicità	30			



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

H.S. HOSPITAL SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	punti 40	1	40	
Ergonomicità	punti 30	1	30	
			70	

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	punti 40	1	40	
Ergonomicità	punti 30	1	30	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO 14

Ago di Chiba

Ago di Chiba in acciaio centimetrato, marker ecogenico in punta e sistema di blocco cutaneo, misure da almeno 22 G ad almeno 18G, lunghezze da almeno 7 ad almeno 20cm

Quantità: 30

Importo a base d'asta: € 9.00

- Indeformabilità dell'ago punti 30
- Ergonomicità punti 40
- Totale punti 70**

BIOPSYBELL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Indeformabilità dell'ago	30	1	30	
Ergonomicità	40	1	40	
			70	

DAVI MEDICA SRL				
ESCLUSA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Indeformabilità dell'ago	30	1		
Ergonomicità	40	1		



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

H.S. HOSPITAL SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	30	1	30	
Ergonomicità	40	1	40	
			70	

HD Hospital Device S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	30	1	30	
Ergonomicità	40	1	40	
			70	

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	30	1	30	
Ergonomicità	40	1	40	
			70	

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	30	1	30	
Ergonomicità	40	1	40	
			70	



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

TAU MEDICA S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	30	1	30	
Ergonomicità	40	1	40	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00





LOTTO 15

- **Sistema di introduzione coassiale di drenaggio per cavità ascessuali addominali , per il sistema biliare e urinario.**

Sistema di accesso per il posizionamento di drenaggio percutaneo caratterizzato da: ago 21G, guida in nitinol .018” ad alto supporto, dilatatore fasciale 6F e introduttore 6F dotato di marker radiopaco per precisione e sicurezza di posizionamento.

Quantità: 400

Importo a base d’asta: € **120,00**

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| – Maneggevolezza | punti 25 |
| – Atraumaticità | punti 10 |
| – Rastrematura cannula | punti 10 |
| – Caratteristiche della microguida | punti 15 |
| – Repere radiopaco | punti 10 |
| | Totale punti 70 |

COOK ITALIA SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Maneggevolezza	25	0,25	6,25	Il sistema coassile presenta resistenza durante l’avanzamento su guida in rapporto alla rastrematura non ottimale delle cannule coassiali.
Atraumaticità	10	0,25	2,50	SUFFICIENTE ATRAUMATICITA’
Rastrematura cannula	10	0,25	2,50	Il sistema coassile presenta resistenza durante l’avanzamento su guida in rapporto alla rastrematura non ottimale delle cannule coassiali.
Caratteristiche della microguida	15	0,25	3,75	Non ottimamente direzionabile.

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Repere radiopaco	10	0,75	7,5	DISCRETAMENTE VISIBILE
NON SUPERA LA SOGLIA DI SBARRAMENTO			22,5	

ENDOVASCULAR SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Maneggevolezza	25	0,25	6,25	Il sistema coassile presenta resistenza durante l'avanzamento su guida in rapporto alla rastrematura non ottimale delle cannule coassiali.
Atraumaticità	10	0,25	2,5	SUFFICIENTE ATRAUMATICITA'
Rastrematura cannula	10	0,25	2,5	Il sistema coassile presenta resistenza durante l'avanzamento su guida in rapporto alla rastrematura non ottimale delle cannule coassiali.
Caratteristiche della microguida	15	0,25	3,75	Non ottimamente direzionabile.
Repere radiopaco	10	0,75	7,5	DISCRETAMENTE VISIBILE
NON SUPERA LA SOGLIA DI SBARRAMENTO			22,5	



H.S. HOSPITAL SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Maneggevolezza	25	0,25	6,25	Il sistema coassile presenta resistenza durante l'avanzamento su guida in rapporto alla rastrematura non ottimale delle cannule coassiali.
Atraumaticità	10	0,25	2,5	SUFFICIENTE ATRAUMATICITA'
Rastrematura cannula	10	0,25	2,5	Il sistema coassile presenta resistenza durante l'avanzamento su guida in rapporto alla rastrematura non ottimale delle cannule coassiali.
Caratteristiche della microguida	15	0,25	3,75	Non ottimamente direzionabile.
Repere radiopaco	10	0,75	7,5	DISCRETAMENTE VISIBILE
NON SUPERA LA SOGLIA DI SBARRAMENTO			22,5	

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Maneggevolezza	25	1	25	OTTIMA MANEGGEVOLEZZA
Atraumaticità	10	1	10	COMPLETAMENTE ATRAUMATICO
Rastrematura cannula	10	1	10	OTTIMA RASTREMATURA
Caratteristiche della microguida	15	1	15	OTTIMO SUPPORTO
Repere radiopaco	10	1	10	OTTIMA VISIBILITA'
			70	



MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Maneggevolezza	25	0,25	6,25	Il sistema coassile presenta resistenza durante l'avanzamento su guida in rapporto alla rastrematura non ottimale delle cannule coassiali.
Atraumaticità	10	0,25	2,5	SUFFICIENTE ATRAUMATICITA'
Rastrematura cannula	10	0,25	2,5	Il sistema coassile presenta resistenza durante l'avanzamento su guida in rapporto alla rastrematura non ottimale delle cannule coassiali.
Caratteristiche della microguida	15	0,25	3,75	Non ottimamente direzionabile.
Repere radiopaco	10	0,75	7,5	DISCRETAMENTE VISIBILE
NON SUPERA LA SOGLIA DI SBARRAMENTO			22,5	

TECNOSTIM				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Maneggevolezza	25	0,25	6,25	Il sistema coassile presenta resistenza durante l'avanzamento su guida in rapporto alla rastrematura non ottimale delle cannule coassiali.
Atraumaticità	10	0,25	2,5	SUFFICIENTE ATRAUMATICITA'
Rastrematura cannula	10	0,25	2,5	Il sistema coassile presenta resistenza durante l'avanzamento su guida in rapporto alla rastrematura

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

				non ottimale delle cannule coassiali.
Caratteristiche della microguida	15	0,25	3,75	Non ottimamente direzionabile.
Repere radiopaco	10	0,75	7,5	DISCRETAMENTE VISIBILE
NON SUPERA LA SOGLIA DI SBARRAMENTO			22,5	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00





LOTTO 16

Set per accesso epatico per TIPS

Il set deve contenere tutto l'occorrente per una TIPS:

- 1 Set da puntura giugulare
- 1 Ago tipo Seldinger 18 G lung. 7cm
- 1 Ago in acciaio inox da almeno 14G
- 1 Catetere in TFE con raccordo metallico 9 Fr lung .40cm
- 1 Introduttore radiopaco 10 French valvolato lung. 40cm
- 1 Guida ultra rigida di Amplatz .035 Inch lung. 180 cm.

Quantità: 8

Importo a base d'asta: € **900.00**

- | | |
|---|----------|
| - Caratteristiche ago | punti 30 |
| - Caratteristiche catetere portante | punti 10 |
| - Caratteristiche dell' introduttore | punti 10 |
| - Caratteristiche dei restanti componenti | punti 20 |

Totale punti 70

COOK ITALIA SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Caratteristiche ago	30	1	30	
Caratteristiche catetere portante	10	1	10	
Caratteristiche dell' introduttore	10	1	10	
Caratteristiche dei restanti componenti	20	1	20	
			70	

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Caratteristiche ago	30	1	30	
Caratteristiche catetere portante	10	1	10	
Caratteristiche dell' introduttore	10	1	10	
Caratteristiche dei restanti componenti	20	1	20	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00





LOTTO 18

Dispositivo per il rientro arterioso in pazienti portatori di ostruzioni croniche degli arti inferiori

Il dispositivo deve essere composto da un catetere portante di almeno 6 French, 0.014 compatibile, con canale di servizio nel quale alloggia un ago per puntura cavo tale da permettere il passaggio di una guida da almeno 0,014". Deve possedere marker ortogonali capaci di orientare nello spazio l'ago per la puntura.

Quantità: 10

Importo a base d'asta: € 2000

- | | |
|---|------------------------|
| - Penetrabilità dell'ago di servizio | punti 25 |
| - Capacità di orientamento nello spazio | punti 20 |
| - Flessibilità del sistema | punti 25 |
| | Totale punti 70 |

Cardinal Health Italy 509 S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Penetrabilità dell'ago di servizio	25	1	25	
Capacità di orientamento nello spazio	20	1	20	
Flessibilità del sistema	25	1	25	
			70	

VIOLATECH SRL	NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI GARA: NON SHAFT 6 Fr			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Penetrabilità dell'ago di servizio	25			
Capacità di orientamento nello spazio	20			
Flessibilità del sistema	25			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO 24

Lotto 23. Dilatatori vascolari e fasciali da 4 a 16 Fr.

– Dilatatori vascolari e fasciali da 4 a 16 Fr lunghezza 10-35 cm. radiopachi, attacco luer-lock, rastremati idrofilici.

Quantità: 400

Importo a base d'asta: € 7

– Massima rastrematura	punti 30
– Indeformabilità	punti 15
– Sostegno	punti 15
– Gamma lunghezze e misure	punti 10
	Totale 70

CARDINAL	NON REQUISITI MINIMI MANCA IL 10 Fr			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Massima rastrematura	30			
Indeformabilità	15			
Sostegno	15			
Gamma lunghezze e misure	10			

GADA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Massima rastrematura	30	1	30	
Indeformabilità	15	1	15	
Sostegno	15	1	15	
Gamma lunghezze e misure	10	1	10	
			70	



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

KASTER		NON REQUISITI MINIMI MANCA IL 16 Fr		
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Massima rastrematura	30			
Indeformabilità	15			
Sostegno	15			
Gamma lunghezze e misure	10			
MEDTRONIC		NON REQUISITI MINIMI: NON LUNGHEZZA 25 CM		
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Massima rastrematura	30			
Indeformabilità	15			
Sostegno	15			
Gamma lunghezze e misure	10			
TAU MEDICAL		NON REQUISITI MINIMI: NON 10 FR		
CRITERIO	P.MAX	P. Commissione		Motivazioni
Massima rastrematura	30			
Indeformabilità	15			
Sostegno	15			
Gamma lunghezze e misure	10			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO N. 25

Lotto 25. Introduuttori vascolari con guida idrofilica J

a) Kit introduuttori vascolari corto composto da:

- dilatatore in propilene flessibile, rastremato e radiopaco da almeno 7 ad almeno 10 cm.
- introduttore in teflon a parete sottile, radiopaco con snodo protetto da spirale metallica, munito di valvola quadricuspide monoparete in silicone,
- miniguia in nitinol ricoperta da poliuretano e rivestita da polimero idrofilo, calibro 0.038
- da 5 fr a 11 fr

Quantità: 100

Importo a base d'asta 45 euro

b) Kit introduuttori vascolari lungo composto da:

- dilatatore in propilene flessibile, rastremato e radiopaco da 25cm
- introduttore in teflon a parete sottile, radiopaco con snodo protetto da spirale metallica, munito di valvola quadricuspide monoparete in silicone,
- miniguia in teflon lunga 80cm, ricoperta da poliuretano e rivestita da polimero idrofilo, calibro 0.038
- da 5 fr a 11 fr

Quantità: 100

Importo a base d'asta 70 euro

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| – Tenuta valvola | punti 20 |
| – Rastrematura tra introd. e dilat. | punti 30 |
| – Capacità di penetrazione | punti 20 |
| | Totale punti 70 |

GADA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Tenuta valvola	20	1	20	
Rastrematura tra introd. e dilat.	30	1	30	
Capacità di penetrazione	20	1	20	
			70	



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

VIOLATECH SRL		NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI: NON GUIDA IDROFILICA		
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Tenuta valvola	20			
Rastrematura tra introd. e dilat.	30			
Capacità di penetrazione	20			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO N. 26

Lotto 26. Introduuttori armati da 4 a 12 Fr., lunghezza da almeno 45 ad almeno 110 cm.

Introduuttori armati idrofilici con valvola emostatica antireflusso, via laterale con rubinetto, con banda radiopaca, anti-piegamento, con varie configurazioni distali, controlaterali, renali e carotidei., con calibro da 4 French almeno 12 French, lunghezze da almeno 13 ad almeno 110 cm. Disponibilità di doppio dilatatore da 0.018" e 0.035".

Quantità:40

Importo a base d'asta: € **150.00**

- Resistenza al kinking punti 10
 - Rastrematura tra introd. e dilat. punti 20
 - Qualità del materiale punti 15
 - Sostegno punti 15
 - Tenuta valvola punti 10
- Totale punti 70

BARD SRL				
NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI GARA: SOLO 4-6 FR, RICHIESTI FINO A 12 FR				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Resistenza al kinking	10			
Rastrematura tra introd. e dilat.	20			
Qualità del materiale	15			
Sostegno	15			
Tenuta valvola	10			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

COOK ITALIA SRL		P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Resistenza al kinking	al	10	1	10	
Rastrematura introd. e dilat.	tra	20	1	20	
Qualità materiale	del	15	1	15	
Sostegno		15	1	15	
Tenuta valvola		10	1	10	
				70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)j preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO N. 27

Lotto 27. Introduuttori vascolari extra large da 18 a 28 French

Introduttore vascolare con dilatatore.

Diametro da almeno 12 ad almeno 26 F, lunghezza almeno fino a 28 cm.

Valvola a conformazione tripla che riduca al minimo il sanguinamento e massimizzi l'emostasi.

Idrofilico, con alta resistenza all'ingincchiamento. Guaina armata con marker radiopaco distale.

Quantità: 20

Importo a base d'asta: € **500**

- Sicurezza della valvola emostatica punti 30
- Capacità di penetrazione punti 40
- Totale punti 70**

KASTER SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Sicurezza della valvola emostatica	30	0,50	15	LEGATA ALLA PRESSIONE DI INSUFFLAZIONE DELLA VALVOLA
Capacità di penetrazione	40	0,75	30	BUONA CAPACITA' DI PENETRAZIONE IN CUTE, SOTTOCUTE E VASO
		45	45	

MEDTRONIC ITALIA SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Sicurezza della valvola emostatica	30	1	30	
Capacità di penetrazione	40	1	40	
			70	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO N. 28

– Lotto 28. Introduuttori vascolari per accesso radiale

Kit introduttore vascolare radiale con parete ultrasottile.
 Resistente al kinking e stabile in fase procedurale.
 Diametri da almeno 4 ad almeno 6 Fr.
 Lunghezze da almeno 10 ad almeno 15 cm.
 Fornito di guida idrofilica e ago cannula per puntura.

Quantità: 10

Importo a base d'asta: € 50

- Lume interno e compatibilità con sistemi vascolari
- Capacità di penetrazione

punti 30
 punti 40
 Totale punti 70

CARDINAL HEALTHITALY 509 SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Lume interno e compatibilità con sistemi vascolari	30	1	30	
- Capacità di penetrazione	40	1	40	
			70	

GADA ITALIA SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Lume interno e compatibilità con sistemi vascolari	30	1	30	
- Capacità di penetrazione	40	1	40	
			70	



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

TECNOSTIM				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Lume interno e compatibilità con sistemi vascolari	30	1	30	
- Capacità di penetrazione	40	1	40	
			70	

VIOLATECH SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Lume interno e compatibilità con sistemi vascolari	30	1	30	
- Capacità di penetrazione	40	1	40	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



**LOTTO N. 29**

Introduttori con camicia pretagliata in PTFE e cannula in polietilene con punta flessibile e rastremata da almeno 6 French ad almeno 25 French con lunghezza sino ad almeno 15 ad almeno 30 cm, compatibile con guida 038”.

Quantità 10

Importo a base d'asta: € **90.00**

- Resistenza al kinking punti 10
- Qualità meccanismo a strappo punti 15
- Rastrematura tra introd. e dilat. punti 25
- Disponibilità misura punti 20

COOK					
CRITERIO		P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Resistenza al kinking	al	10	1	10	
Qualità meccanismo strappo	a	15	1	15	
Rastrematura introd. e dilat.	tra	25	1	25	
Disponibilità misura		20	1	20	
				70	

KASTER					
CRITERIO		P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
NON RISPONDE AL CAPITOLATO: DISPONIBILE IN DIAMETRI DA 4.0FR A 16FR CON LUNGHEZZE DA 14CM A 50CM.					
Resistenza al kinking	al	10			
Qualità meccanismo strappo	a	15			
Rastrematura introd. e dilat.	tra	25			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Disponibilità misura punti 20	20				

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



**LOTTO N. 32****Lotto 32. Guide idrofile rette e angolate in nickel titanio con polimero**

Guida idrofila per fini cateterismi selettivi e superselettivi in diagnostica e interventistica vascolare ed extravascolare. il supporto nel veicolare o scambiare cateteri nell'interventistica vascolare ed extravascolare. Anima interna in nitinol e rivestimento esterno in polimero idrofilo. Preformabili .

Misure : diametri da 0018, 0.025, 0.032, 0.035 e 0.038.

Lunghezze da 80cm, 120cm, 150cm, 180cm, e 260cm, con punta da 1/ 1.5/ 2/ 3/ 5/ e 8 cm., a corpo unico con assoluta assenza di saldatura.

Tipologia A

Angolate e dritte tipo standard- diametri da 0.018/ 0.025/ 0.032/ 0.035/ e 0.038 – Lunghezze da 50-80-120-150 e 180 cm

Quantità 100

Importo a base d'asta: € 58

Tipologia B

Tipo stiff angolate e dritte con diametri e lunghezza come tipologia A

Quantità 150

Importo a base d'asta: € 98

Tipologia C

Tipo standard da cambio; misure diametro : 0.018/ 0.025/ 0.032/ 0.035/ 0.038; lunghezza da 260 cm;

Quantità 50

Importo a base d'asta: € 106

Tipologia D

Tipo stiff angolate e dritte con diametri e lunghezze come tipologia C

Quantità 150

Importo a base d'asta: € 120

Tipologia E

Guida tipo extrastiff, con punta idrofila distale per almeno gli ultimi 5 cm. Punta angolata preformabile in corpo unico. Guida da .014", 0.18" e .035". Lunghezze 180cm, 260cm e 300cm.

Quantità 100

Importo a base d'asta: € 240

- Gamma conformazione punte e lunghezze	punti 10
- Navigabilità	punti 20
- Indeformabilità	punti 15
- Controllo di torsione	punti 25
	Totale punti 70

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

GADA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma conformazione punte e lunghezze	10	1	10	
Navigabilità punti 20	20	1	20	
Indeformabilità punti 15	15	1	15	
Controllo di torsione punti 25	25	1	25	
			70	

TECNOSTIM				
NON POSSIEDE I REQUISITI MINIMI DI GARA NON AVENDO NELLA GAMMA GUIDE EXTRASTIFF CON PUNTA IDROFILA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma conformazione punte e lunghezze	10			
Navigabilità punti 20	20			
Indeformabilità punti 15	15			
Controllo di torsione punti 25	25			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO N. 33

Lotto 33. Guide idrofile rette e angolate

Guida idrofila per fini cateterismi selettivi e superselettivi in diagnostica e interventistica vascolare ed extravascolare. il supporto nel veicolare o scambiare cateteri nell'interventistica vascolare ed extravascolare. Anima interna in nitinol e rivestimento esterno in polimero idrofilo. Misure: diametri da 0.018 e 0.035. Lunghezze da almeno 80,150, 180, e 260 cm con punta retta e angolata , normale e stiff.

Quantità: 1500

Importo a base d'asta: € **30.00**

- Scorrevolezza	punti 20
- Indeformabilità	punti 20
- Controllo di torsione	punti 30
	Totale punti 70

TECNOSTIM				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza punti 20	20	1	20	
Indeformabilità punti 20	20	1	20	
Controllo di torsione	30	1	30	
			70	

AB MEDICA SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza punti 20	20	0,50	10	DISCRETA SCORREVOLEZZA
Indeformabilità punti 20	20	0,75	15	BUONA IN PROCEDURA STANDARD
Controllo di torsione	30	0,50	15	DISCRETO CONTROLLO IN PROCEDURE STANDARD
			40	



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO N. 34

Lotto 34. Cateteri angiografici per aortografia

Conformazione punta pig-tail, dritti con punta radiopaca, calibro 4 e 5 Fr., multiforo, lunghezza da almeno 65 ad almeno 110 cm., che accettino guide da 0.038 inch., pressione max.1200 PSI, flusso da 26 a 32 cc./sec

Quantità 50

Importo a base d'asta: € 15

- Facilità di introduzione punti 20
- Massimo flusso punti 20
- Indeformabilità punti 30
- Totale punti 70**

B.BRAUN MILANO		NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI GARA NON AVENDO IN CATALOGO CATETERI DRITTI			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Facilità di introduzione	20				
Massimo flusso	20				
Indeformabilità	30				

CARDINAL HEALTH					
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Facilità di introduzione	20	1	20		
Massimo flusso	20	1	20		
Indeformabilità	30	1	30		
			70		



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

TECNOSTIM		NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI GARA NON ESSENDO CATETERI MULTIFORO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Facilità di introduzione	20				
Massimo flusso	20				
Indeformabilità	30				

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)j preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



**LOTTO N. 36****Lotto 36 Cateteri angiografici ad alto flusso per aortografia di base**

Cateteri periferici realizzati in materiale radiopaco, massima flessibilità con punta morbida ed arrotondata, in diverse configurazioni con presenza o meno di fori laterali lunghezze da 65 ad almeno a 125 cm 4 e 5 French.

Compatibili guide 00,35". Pressure rating fino a 1200 psi/81,6 bar.

Quantità: 400

Importo a base d'asta: € 15

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - Facilità di introduzione | punti 25 |
| - Massimo flusso | punti 25 |
| - Indeformabilità | punti 20 |
| | Totale punti 70 |

CARDINAL HEALTH ITALY 509		P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di introduzione	di	25	1	25	
Massimo flusso		25	1	25	
Indeformabilità		20	1	20	
				70	

TECNOSTIM		NON REQUISITI MINIMI DI GARA NON AVENDO IN CATALOGO CATETERI LUNGI 125 CM			
CRITERIO		P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di introduzione	di	25			
Massimo flusso		25			
Indeformabilità		20			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO N. 37

Lotto 37 Catetere angiografico ad alto flusso idrofilico per cateterismi superselettivi

Cateteri per cateterismi superselettivi in materiale idrofilico per procedure periferiche e neurologiche, caratterizzato da un rivestimento idrofilico particolare, coperto da privativa industriale; altamente idrofilico, compatibile con guide 0038 e per microcateteri con un crossing profile di 2,7 French, resistenti ad alta pressione ad almeno 750 PSI per i 4 French e almeno 1000 PSI per i 5 French.

Quantità: 50

Importo a base d'asta: € **90**

- Idrofilicità punti 25
- Varietà delle curve e le lunghezze punti 25
- Grandezza lume interno punti 20
- Totale punti 70**

CARDINAL HEALTH ITALY				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Idrofilicità	25	1	25	
Varietà delle curve e le lunghezze	25	1	25	
Grandezza lume interno	20	1	20	

GADA ITALIA SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Idrofilicità	25	1	25	
Varietà delle curve e le lunghezze	25	0,50	12,5	DISCRETA VARIETA' DI CURVE
Grandezza lume interno	20	1	20	
			57,5	



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

TECNOSTIM	NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI GARA NON ESSENDO COMPLETAMENTE IDROFILICO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Idrofilicità	25			
Varietà delle curve e le lunghezze	25			
Grandezza lume interno	20			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a) preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO N. 38

Lotto 38. Cateteri guida per interventistica periferica

Cateteri portanti per interventistica vascolare non valvolati, lunghezza da 55 a 100 cm, con ottimo controllo di torsione. Corpo rigido e punta soft atraumatica, transizione graduale tra corpo e punta. Diversi tipi di curvature disponibili. Diametri minimi del lume interno: 6 Fr 0,070", 7 Fr 0,081", 8 Fr 0,091"

Quantità 100

Importo a base d'asta: € 100

- Indeformabilità punti 20
- Atraumaticità della punta punti 20
- Varietà di curvature punti 15
- Calibro interno punti 15

MEDTRONIC ITALIA SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Indeformabilità	20	0,50	10	DISCRETA RESISTENZA IN ANATOMIE COMPLESSE
Atraumaticità della punta	20	0,50	10	DISCRETA ATRAUMATICITA'
Varietà di curvature	15	1	15	
Calibro interno	15	1	15	
			50	

KASTER				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Indeformabilità	20	1	20	
Atraumaticità della punta	20	1	20	
Varietà di curvature	15	1	15	
Calibro interno	15	1	15	
			70	



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO N. 39

Lotto 39. Microcatetere di supporto per interventistica vascolare infrapoplitea .

Catetere di supporto utile per negoziare stenosi complesse e calcifiche sotto-articolari; senza fori laterali ; armato, idrofilico, non conico, dotato di markers radiopachi, punta rastremata. Configurazione della punta angolata e retta ; diametri da almeno 2,3 Fr ad almeno 4 Fr; compatibile con guida .018” e .035”, con lunghezza da almeno 65 cm ad almeno 150 cm.

Importo a base d’asta: € **150.00**

Quantità 5

- Sostegno	punti 35
- Scorrevolezza	punti 15
- Controllo di torsione	punti 10
- Conformazioni punte	punti 10
	Totale 70

TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL					
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Sostegno	35	1	35		
Scorrevolezza	15	1	15		
Controllo di torsione	10	1	10		
Conformazioni punte	10	1	10		
			70		

KASTER SRL					
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Sostegno	35	1	35		
Scorrevolezza	15	1	15		
Controllo di torsione	10	1	10		
Conformazioni punte	10	1	10		
			70		



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

COOK ITALIA SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Sostegno	35	1	35	
Scorrevolezza	15	1	15	
Controllo di torsione	10	1	10	
Conformazioni punte	10	1	10	
			70	

VIOLATECH SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Sostegno	35	1	35	
Scorrevolezza	15	1	15	
Controllo di torsione	10	1	10	
Conformazioni punte	10	1	10	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO N. 40

Lotto 40. Cateteri per trombolisi

Cateteri per fibrinolisi in poliuretano/nylon con valvola distale, markers radiopachi sul catetere per identificare la porzione di infusione. Calibro 4 e 5 Fr. Lunghezza di infusione fino ad almeno 20 cm, lunghezza catetere fino a almeno 135 cm, che sopporti una pressione di infusione di almeno 350 psi. Deve includere sulla punta distale, un meccanismo a valvola che consenta l'infusione, con o senza guida, "weep" o "pulse-spray".
 La pressione massima ottenibile è di 350psi.

Quantità: 40

Importo a base d'asta: € 170,00

- Scorrevolezza punti 20
 - Indeformabilità punti 15
 - Fori laterali punti 15
 - Radiopacità punti 20
- Totale punti 70

MED	ITALIA	NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI GARA NON AVENDO VALVOLA IN PUNTA DEL CATETERE PER INFUSIONE SENZA GUIDA		
BIOMEDICA SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza	20			
Indeformabilità	15			
Fori laterali	15			
Radiopacità	20			

TMD	TALENT			
MEDICAL DEVICES SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza	20	1	20	
Indeformabilità	15	1	15	



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Fori laterali	15	1	15	
Radiopacità	20	1	20	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO N. 41

Lotto 41. Cateteri a laccio per recupero corpi estranei

Laccio per il recupero di corpi estranei e/o per il riposizionamento di dispositivi interventisti costituito da un cappio in nitinolo rivestito da un filamento in tungsteno placcato d'oro per facilitarne la visibilità. Sguainato, il cappio si dispone a 90° rispetto al sistema portante.

Disponibili in due versioni:

- Microsnare: diametri da almeno mm 2 a almeno 7mm (lunghezze 175 o 200cm) da 3 Fr;
- Snare: diametri da almeno 5 a almeno 35mm, lunghezza 120cm da 4 o 6Fr.

Quantità: 50

Importo a base d'asta: € 500,00

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - Radiopacità | punti 15 |
| - Controllo di torsione | punti 25 |
| - Ampia gamma di dimensioni del loop | punti 15 |
| - Atraumaticità | punti 15 |

AB MEDICA SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Radiopacità	15	0,50	7,5	NON OTTIMALE IN PAZIENTI OBESI
Controllo di torsione	25	0,25	6,25	NON OTTIMALE IN ANATOMIE COMPLESSE
Ampia gamma di dimensioni del loop	15	0,50	7,5	RIDOTTA DISPONIBILITA' DELLE CONFORMAZIONI
Atraumaticità	15	0,75	11,25	DISCRETA ATRAUMATICITA'
Non raggiunge soglia di sbarramento			32,5	

MED ITALIA BIOMEDICA		NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI GARA NON AVENDO MISURA 2 MM RICHIESTA		
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Radiopacità	15			
Controllo di torsione	25			
Ampia gamma di dimensioni del loop	15			
Atraumaticità	15			



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

TECNOSTIM				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Radiopacità	15	1	15	
Controllo di torsione	25	1	25	
Ampia gamma di dimensioni del loop	15	1	15	
Atraumaticità	15	1	15	
			70	

TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Radiopacità	15	1	15	
Controllo di torsione	25	1	25	
Ampia gamma di dimensioni del loop	15	1	15	
Atraumaticità	15	1	15	
			70	

VIOLATECH				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Radiopacità	15	1	15	
Controllo di torsione	25	1	25	
Ampia gamma di dimensioni del loop	15	1	15	
Atraumaticità	15	1	15	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a) preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, SUDDIVISA IN N. 119 LOTTI – DURATA 24 MESI – PER LE AZIENDE SANITARIE/OSPEDALIERE ADERENTI ALL'UNIONE DI ACQUISTO:

1. A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA (Azienda Capofila)_Importo biennale a base d'asta € 4.622.400,00 (IVA esclusa) pari ad € 5.639.328,00 (IVA inclusa)
2. A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I_ Importo biennale a base d'asta € 10.153.800,00 (IVA esclusa) pari ad € 12.387.636,40 (IVA inclusa)

VERBALE N. 4 DEL 08/02/2023

Il giorno 8 febbraio alle ore 14,00 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 si è riunita in seduta riservata la Commissione nominata con Deliberazione n. 996 dell'8 novembre 2022, per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici necessari alla UOC di Radiologia Interventistica.

La Commissione è così composta:

Dott. Simone Vagnarelli	Dirigente medico Responsabile UOSD Radiologia Interventistica	Presidente
Dott. Antonuccio Enzo Gabriele Maria	Dirigente Medico c/o UOSD Radiologia Interventistica	Componente
Dott.ssa Palumbo Agata Santina	Dirigente medico c/o UOC Farmacia	Componente
Sig.ra Scoppetti Barbara	Collaboratore Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria
Sig.ra Christiana Carciofali	Assistente Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria aggiunta

Il Presidente accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione dispone l'avvio della seduta riservata.

La Commissione prende atto:

- > che in data 24/01/2022 con nota prot. 2905, la Segretaria d'Ordine del Presidente, ha richiesto alle ditte concorrenti l'invio della campionatura per il lotto n. 12;
- > che tutti gli operatori economici interessati hanno fatto pervenire entro i termini e con le modalità stabilite negli inviti suddetti la campionatura richiesta.

La Commissione avvia i lavori esaminando dapprima i dispositivi di cui al lotto n. 12 per il quale è stata richiesta la campionatura al fine di assegnare i punteggi di qualità previsti nel disciplinare di gara.

La Commissione procede quindi esaminando le offerte tecniche riferite ai ai lotti 42, 43, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 63, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 84, 85, 86, 91, 92, 93 al fine di assegnare i relativi punteggi di qualità secondo quanto prescritto nella lex speciali di gara, dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione allegate al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.:1);

La seduta si chiude alle ore 16, 00

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dott. Simone Vagnarelli

Componente Dott. Enzo Gabriele Maria Antonuccio

Componente Dott.ssa Palumbo Agata Santina

SECRETARIA VERBALIZZANTE
Barbara Scoppetti

SECRETARIA AGGIUNTA
Christiana Carciofali

**LOTTO 12****Sistema semiautomatico per biopsia**

Ago tranciante semi automatico per biopsie transcutanee, impugnatura ad anelli, cannula acciaio centimetrata, impugnatura ad anelli, misure da almeno 14G a almeno 20G, lunghezze da almeno 6 ad almeno 20cm, con sistema coassiale.

Quantità: 50Importo a base d'asta: € **50.00**

- Capacità di prelievo punti 40
 - Ergonomicità punti 30
- Totale 70 punti

BARD SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	40	1	40	
Ergonomicità	30	1	30	
			70	

BIOPSYBELL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	40	1	40	
Ergonomicità	30	0,25	7,5	Campionati: caricamento difficoltoso
			47,5	

DAVI MEDICA SRL				
Manca assistenxa tecnica punto 2 disciplinare di gara				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	punti 40	1	40	
Ergonomicità	punti 30	0,50	15	Campionato: Presa e caricamento del device non ottimale
			55	

H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	punti 40	1	40	
Ergonomicità	punti 30	0,50	15	Campionato: Presa e caricamento del device non ottimale
			55	

H.S. HOSPITAL SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	punti 40	1	40	
Ergonomicità	punti 30	0.50	15	Campionato: Presa e caricamento del device non ottimale
			55	

HD Hospital Device S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	punti 40	1	40	
Ergonomicità	punti 30	0.50	15	Campionato: Presa e caricamento del device non ottimale
			55	

KASTER S.R.L.			
CRITERIO	P.MAX	P. Commissione	Motivazioni
Capacità di prelievo	punti 40	1	
Ergonomicità	punti 30	0.25	Campionato: Presa e caricamento del device sufficiente
		47.5	

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.			
CRITERIO	P.MAX	P. Commissione	Motivazioni
Capacità di prelievo	punti 40	1	
Ergonomicità	punti 30	0.50	Campionato: Presa e caricamento del device non ottimale
		55	

TAU MEDICA S.R.L.			
CRITERIO	P.MAX	P. Commissione	Motivazioni
Capacità di prelievo	punti 40	1	
Ergonomicità	punti 30	0.50	Campionato: Presa e caricamento del device non ottimale
		55	

TECHNOLOGIC S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di prelievo	punti 40	1	40	
Ergonomicità	punti 30	0.50	15	Campionato: Presa e caricamento del device non ottimale
			55	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 42

Lotto 42. Cateteri a palloncino OTW per angioplastica semi-complianti .035”.

Catetere a palloncino over the wire a basso profilo in nylon semicompiante per angioplastica delle arterie periferiche e delle lesioni ostruttive delle fistole arterovenose per dialisi native o artificiali; compatibile con guida da 0.035”; dotato di markers sugli estremi del pallone.

Pressione massima di rottura 15 atm.

Lunghezza dello shaft: da almeno 80 ad almeno 135 cm

Diametri del pallone: da almeno 3 mm ad almeno 12 mm

Lunghezze del pallone: da almeno 2 cm ad almeno 20 cm

Quantità: 400

Importo a base d’asta: € 80.00

– Rapidità sgonfiaggio pallone	punti 20
– Minimo Profilo pallone	punti 30
– Pressione massima	punti 10
-- Minimo Crossing profile	punti 10
	Totale punti 70

ABBOTT				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Rapidità sgonfiaggio pallone	20	1	20	
Minimo Profilo pallone	30	1	30	
Pressione massima	10	1	10	
-- Minimo Crossing profile	10	1	10	
			70	

CARDINAL				
CRITERIO	P.MAX	P. Commissione		Motivazioni
Rapidità sgonfiaggio pallone	20	1	20	
Minimo Profilo pallone	30	1	30	
Pressione massima	10	1	10	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

--	Minimo	10	1	10	
Crossing profile				70	

COOK ITALIA					
CRITERIO		P.MAX	P. Commissione		Motivazioni
Rapidità sgonfiaggio pallone		20	1	20	
Minimo Profilo pallone		30	1	30	
Pressione massima		10	1	10	
--	Minimo	10	1	10	
Crossing profile				70	

KASTER					
CRITERIO		P.MAX	P. Commissione		Motivazioni
Rapidità sgonfiaggio pallone		20	0,25	5	NON OTTIMALE NELLE MISURE LUNGHE
Minimo Profilo pallone		30	0,50	15	DISCRETO PROFILO DEL PALLONE
Pressione massima		10	1	10	
--	Minimo	10	0,25	2,5	NON OTTIMALE LA CAPACITA' DI CROSSARE LESIONI SERRATE
Non supera soglia di sbarramento				32,5	

TMD TALENT MEDICAL DEVICES					
CRITERIO		P.MAX	P. Commissione		Motivazioni
Rapidità sgonfiaggio pallone		20	0,25	5	NON OTTIMALE NELLE MISURE LUNGHE
Minimo Profilo pallone		30	0,50	15	DISCRETO PROFILO DEL PALLONE
Pressione massima		10	1	10	
--	Minimo	10	0,25	2,5	NON OTTIMALE LA CAPACITA' DI CROSSARE LESIONI SERRATE
Non supera soglia di sbarramento				32,5	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 43

Lotto 43 . Cateteri a palloncino OTW dual layer per angioplastica semi-complianti .035”, .018” e .014”.

Catetere a Palloncino Semi-Compliant per PTA dei vasi distali con doppio strato di rivestimento idrofilico. Basso profilo distale ed alta capacità di oltrepassare le ostruzioni arteriose.

Disponibile nella versione OTW e RX.

Compatibilità con guide da .014”, .018” e .035”.

Diametri del palloncino da almeno 1.25 ad almeno 12 mm, lunghezze del palloncino da almeno 20 a 300 mm e lunghezza del corpo del catetere di 150 cm.

Sistema di centimetratura non radiopaco sul catetere, come strumento di riferimento della posizione per facilitare l'allineamento alla lesione da trattare e ridurre il tempo di esposizione a radiazioni durante la procedura.

Indicato per la PTA delle arterie renali, poplitee, tibiali, femorali e peroneali.

Quantità 80

Importo a base d'asta: **€180.00**

– Gamma misure punti 30
 Massima navigabilità punti 40

BARD SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma misure	30	1	30	
Massima navigabilità	40	1	40	
			70	

MEDI CORP SRL				
NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA NON AVENDO SISTEMI RX MA SOLO OTW				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma misure	30			
Massima navigabilità	40			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 44

Lotto 44. Cateteri a palloncino OTW per dilatazione di piccoli vasi 0,014”

Catetere con costruzione OTW/RX compatibile con filo guida da 0,014”.
 Pallone semicompiante e disponibile nei diametri da 1,5 a 4 mm e lunghezza da almeno 20 fino a almeno 210 mm. Palloncino lungo 210 mm conico.
 Pressione di rottura almeno 14 bar .
 Compatibilità con introduttore 4F.
 Profilo di ingresso di 0,017”.
 Presenza di rivestimento idrofilico.
 Lunghezza del catetere da almeno 120 a almeno 150 cm.

Quantità: 80

Importo a base d’asta: € 180

- Massima navigabilità punti 40
- Massima scorrevolezza punti 30
- Totale punti 70**

AB MEDICA	NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON TUTTE LE MISURE COMPATIBILI CON INTRODUTTORE 4 FR /NON CONICO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Massima navigabilità	40			
Massima scorrevolezza	30			

COOK ITALIA	NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON RX E NON CONICO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Massima navigabilità	40			
Massima scorrevolezza	30			

GADA ITALIA		NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON RX E NON CONICO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Massima navigabilità	40				
Massima scorrevolezza	30				

H.D. HEALTH DEFENCE		NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON RX E NON CONICO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Massima navigabilità	40				
Massima scorrevolezza	30				

TMD					
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Massima navigabilità	40	1	40		
Massima scorrevolezza	30	1	30		
			70		

VIOLATECH SRL		NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON CONICO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Massima navigabilità	40				
Massima scorrevolezza	30				

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 45

Lotto 45. Cateteri a palloncino a basso profilo sistema monorail

Pallone semi-compiante di tipo rapid-exchange con rivestimento idrofilo, per PTA in distretti femoro poplitei e tibiali. Compatibile con guida da .014" e .018".

Basso profilo e rivestimento idrofilo.

Shaft lungo almeno 150 cm.

Compatibile con introduttori 4 fr fino alla misura 6 mm- Dia-metri da almeno 2 ad almeno 8mm, lunghezze da almeno 40, ad almeno 150mm

Quantità: 10

Importo a base d'asta: € 180

- Rapidità sgonfiaggio pallone punti 30
- Massima scorrevolezza punti 40
- Totale punti 70**

GADA ITALIA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Rapidità sgonfiaggio pallone	30	1	30	
Massima scorrevolezza	40	1	40	
			70	

VIOLATECH SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Rapidità sgonfiaggio pallone	30	1	30	
Massima scorrevolezza	40	1	40	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

--	--	--	--	--	--

LOTTO N. 47

Lotto 47. A.Q. Catetere per PTA con palloncino ricoperto di farmaco antiproliferativo

Catetere a Palloncino per PTA a rilascio di farmaco Paclitaxel (DCB) o Sirolimus, OTW o monorail per ridurre l'incidenza di restenosi arteriose.

Compatibilità con guida fino ad almeno .035" e con introduttori da almeno 5F.

Diametri del palloncino da almeno 2 ad almeno 10 mm e lunghezze da 40 a 200 mm, lunghezza corpo del catetere di almeno 75 ad almeno 120 cm.

Indicato per la dilatazione di lesioni vascolari stenotiche o ostruttive allo scopo di migliorarne la perfusione e ridurre l'incidenza di restenosi.

Quantità 40

Importo a base d'asta: € 600,00

- Scorrevolezza punti 30
- Studi clinici punti 40
- Totale punti punti 70**

AB MEDICA SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza	30	0,25	7,5	APPENA SUFFICIENTE DOPO SGONFIAGGIO DEL PALLONE
Studi clinici	40	1	40	
			47,5	

B BRAUN				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza	30	1	30	
Studi clinici	40	0,00	0	NON PRESENTE IN ALLEGATO
Non raggiunge soglia di sbarramento			30	

BARD				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza	30	1	30	
Studi clinici	40	1	40	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

			70	
--	--	--	----	--

GADA ITALIA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza	30	1	30	
Studi clinici	40	0,00	0	NON PRESENTE IN ALLEGATO
Non raggiunge soglia di sbarramento			30	

HD HEALTH DEFENCE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza	30	1		
Studi clinici	40	0.00		NON PRESENTE IN ALLEGATO
Non raggiunge soglia di sbarramento				

NEOVASC				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza	30	0,50	15	DISCRETA SCORREVOLEZZA IN LESIONI SEVERE
Studi clinici	40	0,25	10	ALLEGATE SOLO COMUNICAZIONI CHE RIGUARDANO REGISTRI, NESSUNA PUBBLICAZIONE
Non raggiunge soglia di sbarramento			25	

SINTEC SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza	30	1	30	
Studi clinici	40	0,00	0	NON PRESENTE IN ALLEGATO
Non raggiunge soglia di sbarramento			30	

TMD TALENT MEDICAL DEVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza	30	1	30	
Studi clinici	40	1	40	
			70	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

VIOLATECH SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Scorrevolezza	30	1	30	
Studi clinici	40	1	40	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 52

Lotto 52. Raccordo con valvola antireflusso a bassa pressione

Raccordi sterili monouso per contrasto grafia. Pressione max 30 PSI.

Quantità: 600

Importo a base d'asta: € 2,00

- Resistenza al reflusso punti 40
- Resistenza alla pressione punti 30
- Totale punti 70**

MED ITALIA		BIOMEDICA SRL			
CRITERIO		P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Resistenza al reflusso	al	40	1	40	
Resistenza alla pressione	alla	30	1	30	
				70	

MULTIMEDICAL SRL					
CRITERIO		P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Resistenza al reflusso	al	40	1	40	
Resistenza alla pressione	alla	30	1	30	
				70	

SVAS BIOSANA SPA					
CRITERIO		P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Resistenza al reflusso	al	40	1	40	
Resistenza alla pressione	alla	30	1	30	
				70	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 53

Lotto 53. Siringhe per gonfiaggio ad alta pressione

Dispositivo per gonfiaggio e sgonfiaggio di cateteri a palloncino con siringa da 20 ml e manometro fino ad almeno 26 ATM.

Pistone a vite con possibilità di scarico rapido.

Quantità: 450

Importo a base d'asta: € 20

- Manovrabilità punti 20
 - Controllo della pressione punti 20
 - Rapidità di svuotamento punti 30
- Totale punti 70

Ab medica spa				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Manovrabilità	20	0,25	5	Ergonomia non ottimale
Controllo della pressione	20	1	20	
Rapidità di svuotamento	30	0,75	22,5	Buona rapidità di svuotamento
			47,5	

B braun milano spa				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Manovrabilità	20	0,50	10	Ergonomia non ottimale
Controllo della pressione	20	1	20	
Rapidità di svuotamento	30	0,75	22,5	Buona rapidità di svuotamento
			52,5	

BARD SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Manovrabilità	20	0,50	10	Ergonomia non ottimale
Controllo della pressione	20	1	20	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Rapidità di svuotamento	di	30	0,75	22,50	Buona rapidità di svuotamento
				52,50	

KASTER SRL					
CRITERIO		P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Manovrabilità		20	1	20	
Controllo della pressione	della	20	1	20	
Rapidità di svuotamento	di	30	1	30	
				70	

MED ITALIA BIOMEDICA SRL					
CRITERIO		P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Manovrabilità		20	0,25	5	Ergonomia non ottimale
Controllo della pressione	della	20	1	20	
Rapidità di svuotamento	di	30	0,50	15	Discreta rapidità di svuotamento
				40	

NEOVASC					
CRITERIO		P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Manovrabilità		20	0,25	5	Ergonomia non ottimale
Controllo della pressione	della	20	1	20	
Rapidità di svuotamento	di	30	0,50	15	Discreta rapidità di svuotamento
				40	

TAU MEDICA SRL					
CRITERIO		P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Manovrabilità		20	0,75	15	Ergonomia non ottimale
Controllo della pressione	della	20	1	20	
Rapidità di svuotamento	di	30	0,75	22,5	Buona rapidità di svuotamento
				57,5	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

TECNOSTIM				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Manovrabilità	20	0,25	5	Ergonomia non ottimale
Controllo della pressione	20	1	20	
Rapidità di svuotamento	30	0,75	22,5	Buona rapidità di svuotamento
			47,5	

VIOLATECH SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Manovrabilità	20	0,75	15	Ergonomia non ottimale
Controllo della pressione	20	1	20	
Rapidità di svuotamento	30	0,75	22,5	Buona rapidità di svuotamento
			57,5	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)j preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 54

Lotto 54. Prolunghe ad alta e bassa pressione, con connettori vari

Tipologia A

Prolunghe ad alta pressione semirigide con connettore rotante e attacco tipo luer lock, diametro non inferiore a 1,8mm, resistente a 1000-1200 PSA, varie misure da 50 a 120 cm.

- **Quantità: 200**
- **Importo a base d'asta: € 5,00**

- Tipologia B

Prolunghe a bassa pressione diametro non inferiore a 2,5mm, con rubinetto, varie misure.

- **Quantità: 200**
- Importo a base d'asta: € 2,00

Tipologia C

Rubinetto a 3 vie per alta pressione 1000 PSI

- **Quantità: 700**
- Importo a base d'asta: € 3,00

Tipologia D

Raccordi connettori fra catetere e sacca di drenaggio in materiale plastico con attacco doppio (cono e L/L), misura 10cm

- **Quantità: 500**
- Importo a base d'asta: € 3,00

Tipologia E

Raccordo adattatore rotante per alta pressione maschio-maschio

- **Quantità: 300**
- Importo a base d'asta: € 3,00

Tipologia F

Raccordo adattatore rotante per alta pressione maschio-femmina

- **Quantità: 300**
- Importo a base d'asta: € 3,00

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Qualità del materiale | punti 20 |
| - Qualità del connettore | punti 10 |
| - Affidabilità | punti 25 |
| - Maneggevolezza | punti 15 |
| | Totale punti 70 |

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

MED-ITALIA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità del materiale	20	1	20	
Qualità del connettore	10	1	10	
Affidabilità	25	1	25	
Maneggevolezza	15	1	15	
			70	

SVAS				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità del materiale	20	1	20	
Qualità del connettore	10	1	10	
Affidabilità	25	1	25	
Maneggevolezza	15	1	15	
			70	

TMD				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità del materiale	20	1	20	
Qualità del connettore	10	1	10	
Affidabilità	25	1	25	
Maneggevolezza	15	1	15	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 55

Lotto 55. Rubinetto antireflusso ad Y

Rubinetto tipo Y, con chiusura a vite della valvola antireflusso.

Compatibile mediante connessione luer lock a cateteri angiografici e cateteri guida.

Raccordo laterale per infusione di liquidi ed iniezione di contrasto dotata di rubinetto.

– **Quantità: 200**

Importo a base d'asta: € 8.00

- Qualità del materiale punti 20
- Qualità del connettore punti 10
- Affidabilità punti 25
- Maneggevolezza punti 15
- Totale punti 70**

ABBOTT				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità del materiale	20	1	20	
Qualità del connettore	10	1	10	
Affidabilità	25	1	25	
Maneggevolezza	15		15	
			70	

MED-ITALIA				
Offerto raccordo anziché rubinetto.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità del materiale	20			
Qualità del connettore	10			
Affidabilità	25			
Maneggevolezza	15			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

MEDTRONIC				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità del materiale	20	1	20	
Qualità del connettore	10	1	10	
Affidabilità	25	1	25	
Maneggevolezza	15	1	15	
			70	

TECNOSTIM				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Qualità del materiale	20	1	20	
Qualità del connettore	10	1	10	
Affidabilità	25	1	25	
Maneggevolezza	15	1	15	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

VIOLATECH	NON CONFORME AI REQUISITI DI GARA: NON ESTREMITA' SVASATE E NON LUNGHEZZA ALMENO 160 CM			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di posizionamento e precisione del rilascio	40			
Visibilità	30			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 58

Lotto 58. Stent periferico in nitinol autoespandibile ad alta flessibilità per il distretto arterioso femoro-popliteo

Stent autoespandibile in nitinol, realizzato con almeno sei fili intrecciati con design elicoidale che garantiscono alta flessibilità nei distretti femoro-poplitei.

Estremità dello stent prive di parti appuntite.

Il design dello stent lo deve rendere resistente alla compressione, e deve essere dotato di elevata resistenza radiale e flessibilità.

Sistema di rilascio monodirezionale con cursore a pollice che consenta il rilascio accurato.

Dispositivo compatibile con filo guida 0.014"-0.018" e catetere idrofilico OTW, dotato di almeno due marker.

Disponibile in due versioni 80 e 120 cm, con lunghezze da almeno 20 ad almeno 200mm.

Diametri con misure variabili di almeno mezzo millimetro da almeno 4,5 ad almeno 7,5.

Compatibilità con introduttore 6 Fr.

Quantità: 20

Importo a basa d'asta: € 1200,00

- Flessibilità dello stent	punti 40
- Disponibilità misure	punti 20
- Conformabilità	punti 10
	Totale punti 70

ABBOTT				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di posizionamento e precisione del rilascio	40	1	40	
Visibilità	30	1	30	
			70	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

BARD	NON RISPONDE AI REQUISITRI DI GARA: NON STRUTTURA A FILI INTRECCIATI E NON COMPATIBILITA' CON GUIDE 0.014-18			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di posizionamento e precisione del rilascio	40			
Visibilità	30			

HD	NON RISPONDE AI REQUISITRI DI GARA: NON STRUTTURA A FILI INTRECCIATI E NON COMPATIBILITA' CON GUIDE 0.014			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di posizionamento e precisione del rilascio	40			
Visibilità	30			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 63

Lotto 63. Stent metallico ricoperto, autoespandibile, rimovibile per uso biliare

Endoprotesi ricoperta, rimovibile, per il trattamento di stenosi biliari.

Maglia a cella chiusa con rivestimento.

Rimovibile fino a 12 mesi.

Loop di recupero integrato.

Diametri da almeno 8 ad almeno 10.

Lunghezza da almeno 40 ad almeno 120 mm.

Quantità 5

Importo a basa d'asta: € 1300,00

- Facilità di posizionamento e precisione del rilascio punti 40
- Visibilità punti 30
- Totale punti 70

ENDOVASCULAR				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di posizionamento e precisione del rilascio	40	1	40	
Visibilità	30	1	30	
			70	

MED ITALIA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di posizionamento e precisione del rilascio	40	1	40	
Visibilità	30	1	30	
			70	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

TMD	NON CONFORME AI REQUISITI DI GARA: NON MISURA UNICA DEL CESTELLO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Grado di flessibilità della guida distale	25			
Radiopacità del sistema	20			
Possibilità di riposizionamento	25			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 69

Lotto 69. Filtri Cavali Definitivi Rimovibili

A) Filtro per vena cava definitivo o recuperabile in metallo , RM compatibile, con struttura conica e funzione di filtro per vena cava non superiore ai 30mm. Dotato di uncino nella porzione superiore per facilitarne il recupero.

B) Kit di estrazione.

A Quantità filtri:5

B Quantità kit estrazione: 5

A Importo a base d'asta:A) € 900.00

B Importo a base d'asta:B) € 700.00

–

- Presenza di dispositivo autocentrante

punti 20

- Facilità di recupero

punti 30

- Caratteristiche del kit di recupero

punti 20

Totale punti 70

AB MEDICA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
- Presenza di dispositivo autocentrante	20	1	20	
Facilità di recupero	30	0,50	15	RECUPERABILE ENTRO 6 MESI MA NON SISTEMA DEDICATO DI RECUPERO
Caratteristiche del kit di recupero	20	0,25	5	KIT NON COMPLETO, SOLO GOOSE NECK
			40	

B BRAUN				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
- Presenza di dispositivo autocentrante	20	1	20	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Facilità di recupero	30	0,75	22,5	RECUPERABILE ENTRO 3 MESI
Caratteristiche del kit di recupero	20	1	20	
			62,5	

BARD				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
- Presenza di dispositivo autocentrante	20	1	20	
Facilità di recupero	30	1	30	
Caratteristiche del kit di recupero	20	1	20	
			70	

CARDINAL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
- Presenza di dispositivo autocentrante	20	1	20	
Facilità di recupero	30	0,25	7,5	ESTREMA DIFFICOLTA' NEL RECUPERO DOPO I PRIMI 30 GG DALL'IMPIANTO
Caratteristiche del kit di recupero	20	0,00	0	SISTEMA DI RECUPERO NON ADEGUATO, COSTITUITO DA UN SOLO INTRODUTTORE CHE NON CONSENTE IL RECUPERO DEL FILTRO
Non raggiunge soglia di sbarramento			27,5	

COOK				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
- Presenza di dispositivo autocentrante	20	1	20	
Facilità di recupero	30	1	30	
Caratteristiche del kit di recupero	20	1	20	
			70	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 72

Lotto 72. A.Q. Microcateteri per cateterismi superselettivi arteriosi e venosi periferici

- Microcatetere con rivestimento idrofilo per infusione di agenti diagnostici, embolici o terapeutici del sistema vascolare periferico, disponibile in diverse lunghezze fino ad almeno 150 cm, calibri da almeno 2.0 ad almeno 2.5 Fr. Configurazione di punta dritta o angolata.
- Compatibile a pressione di infusione fino ad almeno 600 psi.
- DMSO compatibile.
- Guida compatibile fornita in sconto merce.
-
- **Quantità: 200**
 Importo a base d'asta: € 650,00

- Configurazioni punta	punti 20
- Morbidezza punta	punti 20
- Trackability	punti 30
	Totale punti 70

ENDOVASCULAR				
NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON PUNTA ANGOLATA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
- Configurazioni punta	20			
- Morbidezza punta	20			
- Trackability	30			

GADA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
- Configurazioni punta	20	0,75	15	UN SOLO CODICE CON PUNTA CURVA IN OFFERTA
- Morbidezza punta	20	0,75	15	BUONA MORBIDEZZA DELLA PUNTA CHE RISULTA POCO TRAUMATICA
- Trackability	30	0,75	22,5	BUONA IN VASI TORTUOSI
			52,5	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

KASTER				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
- Configurazioni punta	20	1	20	
- Morbidezza punta	20	1	20	
- Trackability	30	1	30	
			70	

TECNOSTIM				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
- Configurazioni punta	20	1	20	
- Morbidezza punta	20	0,75	15	BUONA MORBIDEZZA DELLA PUNTA CHE RISULTA POCO TRAUMATICA
- Trackability	30	0,75	22,5	BUONA IN VASI TORTUOSI
			57,5	

TMD				
NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON PUNTA ANGOLATA, NON DISPONIBILITA' DELLE MISURE MINIME RICHIESTE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
- Configurazioni punta	20			
- Morbidezza punta	20			
- Trackability	30			

VIOLATECH				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
- Configurazioni punta	20	1	20	
- Morbidezza punta	20	0,50	10	DISCRETA MORBIDEZZA DELLA PUNTA CHE RISULTA POCO TRAUMATICA

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

- Trackability	30	0,50	15	DISCRETA IN VASI TORTUOSI
			45	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 73

Lotto 73. Microcatetere a palloncino per occlusione del flusso arterioso

Microcatetere coassiale a palloncino per l'occlusione temporanea di vasi arteriosi periferici in caso di embolizzazioni. Diametro esterno catetere non superiore ai 2,8 French. Lunghezze variabili del catetere da 110 a 150 cm. Palloncino compliant di lunghezza non superiore ai 10 mm con espansione di almeno 4 mm. Presenza di doppio marcatore del palloncino. Compatibile con guida da 0014". Compatibile con cateteri da 4 Fr.

QUANTITÀ: 2

Importo a base d'asta: € 2500

- | | |
|--|----------|
| - Crossing profile | punti 10 |
| - Rapidità di gonfiaggio e sgonfiaggio | punti 20 |
| - Idrofilicità del sistema | punti 20 |
| - Varie lunghezze | punti 20 |

GADA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
- Crossing profile	10	1	10	
Rapidità di gonfiaggio e sgonfiaggio	20	1	20	
Idrofilicità del sistema	20	1	20	
Varie lunghezze	20	1	20	
			70	

KASTER				
NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI GARA: NON CATETERE A PALLONCINO				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
- Crossing profile	10			
Rapidità di gonfiaggio e sgonfiaggio	20			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Idrofilicità del sistema	20			
Varie lunghezze	20			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 74

Lotto 74. A.Q. Particelle embolizzanti a rilascio di farmaco controllato

A.Idrosfere per embolizzazioni per il trattamento di tumori maligni ipervascolarizzati, non riassorbibili, e precalibrate in grado di assorbire e rilasciare in modo controllato chemioterapici.
 Calibri da almeno 100 ad almeno 400 micron.

Quantità: 30

Importo a base d'asta: € 850

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| - Facilità del miscelamento | punti 20 |
| - Compatibilità con microcateteri | punti 20 |
| - Facilità d'impiego | punti 30 |
| | Totale punti 70 |

AB MEDICA				
NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI GARA: NON MISURE RICHIESTE (MAX FINO A 200 MICRON)				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità del miscelamento	20			
Compatibilità con microcateteri	20			
Facilità d'impiego	30			

GADA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità del miscelamento	20	1	20	
Compatibilità con microcateteri	20	1	20	
Facilità d'impiego	30	0,50	15	DISCRETA FACILITA' DI IMPIEGO
			55	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

KASTER				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità del miscelamento	20	1	20	
Compatibilità con microcateteri	20	1	20	
Facilità d'impiego	30	0,50	15	DISCRETA FACILITA' DI IMPIEGO
			55	

TECNOSTIM		ESCLUSA MANCA CERTIFICATO CE		
CRITERIO	P.MAX	P. Commissione	Motivazioni	
Facilità del miscelamento	20			
Compatibilità con microcateteri	20			
Facilità d'impiego	30			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 75

Lotto 75. A.Q. Particelle per embolizzazione non riassorbibili

Microsfere non riassorbibili per uso endovascolare confezionate in boccetta sterile o in siringa pre-riempita. Misure da almeno 70 ad almeno 800 micron.

Quantità: 60

Importo a base d'asta: € 300.00

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| - Grado di comprimibilità | punti 25 |
| - Qualità della siringa precaricata | punti 20 |
| - Facilità d'uso | punti 25 |
| | Totale punti 70 |

AB MEDICA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Grado di comprimibilità	25	1	25	
Qualità della siringa precaricata	20	1	20	
Facilità d'uso	25	1	25	
			70	

GADA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Grado di comprimibilità	25	1	25	
Qualità della siringa precaricata	20	0,75	15	BUONA QUALITA' MA STANTUFFO POCO SCORREVOLE
Facilità d'uso	25	0,75	18,75	NON OTTIMALE CAPACITA' DI SOSPENSIONE IN SIRINGA
			58,75	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

KASTER		NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI GARA: NON MISURE SOTTO 100 MICRON			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Grado di comprimibilità	25				
Qualità della siringa precaricata	20				
Facilità d'uso	25				

TECNOSTIM		ESCLUSA MANCA CERTIFICATO CE			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Grado di comprimibilità	25				
Qualità della siringa precaricata	20				
Facilità d'uso	25				

VIOLATECH		NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI GARA: NON MISURE SOTTO 100 MICRON			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Grado di comprimibilità	25				
Qualità della siringa precaricata	20				
Facilità d'uso	25				

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 78

Lotto 78. A.Q. Materiale embolico liquido non-adesivo per embolizzazione vascolare body

Sistema embolizzante liquido costituito da alcool etilvinilico, disciolto in dimetilsolfosside (DMSO) con polvere in tantalio.

Concentrazioni da almeno 18 ad almeno 34.

Quantità: 150

Importo a base d'asta: € 850,00

- Trombogenicità punti 25
- Facilità d'uso punti 25
- Tempo di polimerizzazione punti 20
- Totale punti 70**

AB MEDICA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Trombogenicità	25	1	25	
Facilità d'uso	25	1	25	
Tempo di polimerizzazione	20	1	20	
			70	

KASTER				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Trombogenicità	25	1	25	
Facilità d'uso	25	1	25	
Tempo di polimerizzazione	20	1	20	
			70	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

TMD				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Trombogenicità	25	1	25	
Facilità d'uso	25	1	25	
Tempo di polimerizzazione	20	1	20	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 79

Lotto 79. Materiale embolico adesivo

Materiale embolico adesivo composto da N-Butyl- cianoacrilato; confezionato in fiale da 1 ml.

Quantità: 20

Importo a base d'asta: € 100

- Trombogenicità punti 25
- Minore tempo di polimerizzazione punti 25
- Minore quota d'inflammatione punti 20
- Totale punti 70**

ESSEDUE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Trombogenicità	25	1	25	
Minore tempo di polimerizzazione	25	1	25	
Minore quota d'inflammatione	20	1	20	
			70	

VIOLATECH				
IFU SOLO PER OCCLUSIONE DI SAFENA , NON IDONEO PER LE EMBOLIZZAZIONI ENDOVASCOLARI ARTERO-VEBOSE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Trombogenicità	25			
Minore tempo di polimerizzazione	25			
Minore quota d'inflammatione	20			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

**LOTTO N. 84****Lotto 84. Kit completo per drenaggio**

Ago ecogenico 18 gauge almeno lungo 20 cm, ago 21 gauge almeno lungo 20 cm, filo guida 0.038 inch punta J.

Tubo di connessione per sacca di drenaggio.

Dilatatori fasciali da 5,6,7,8,9,10,12 french lunghezza 20 cm circa,

Bisturi.

Catetere di drenaggio con punta pitail da almeno 8 ad almeno 10 Fr lunghezza almeno 23 cm e relativo mandrino metallico con punta ecogenica

Quantità: 20

Importo a base d'asta: € 120.00

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Capacità di drenaggio | punti 10 |
| - Maneggevolezza del sistema | punti 30 |
| - Caratteristiche delle componenti | punti 30 |
| | Totale punti 70 |

ESSEPI				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di drenaggio	10	1	10	
Maneggevolezza del sistema	30	1	30	
Caratteristiche delle componenti	30	1	30	
			70	

HS				
CRITERIO	P.MAX	P. Commissione		Motivazioni
Capacità di drenaggio	10	1	10	
Maneggevolezza del sistema	30	0,50	15	DISCRETA MANEGGEVOLEZZA IN DRENAGGI COMPLESSI
Caratteristiche delle componenti	30	0,50	15	DISCRETA QUALITA' DELLE PLASTICHE
			40	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 85

Lotto 85. Cateteri di drenaggio interni-esterni da 6 a 28 Fr.

Drenaggio esterno in poliuretano con rivestimento distale idrofilico, da almeno 6 a almeno 28 Fr, lunghezza da almeno 15 ad almeno 45 cm. Dotato di cannula irrigiditrice flessibile e metallica e stiletto trocar per inserimento diretto.

Anche con pigtail di diametro massimo di 1 cm per drenaggio di piccole cavità, drenaggio vie biliari, nefrostomia.

Punta rigida per maggiore facilità di inserimento.

Dotato di sistema di fissaggio sutureless esterno e fissaggio a filo del pigtail. Senza ftalati e lattice.

Radiopachi in materiale plastico e siliconato con numerosi fori laterali, anche tipo pig tail.

Quantità: 400

Importo a base d'asta: € 100

- Capacità di drenaggio	punti 15
- Rastrematura	punti 15
- Indeformabilità	punti 15
- Gamma misure	punti 25
	Totale punti 70

COOK				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di drenaggio	15	1	15	
Rastrematura	15	1	15	
Indeformabilità	15	1	15	
Gamma misure	25	1	25	
			70	

KASTER				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di drenaggio	15	1	15	
Rastrematura	15	0,50	7,5	DISCRETA IN DRENAGGI COMPLESSI

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Indeformabilità	15	0,50	7,5	DISCRETA IN DRENAGGI COMPLESSI
Gamma misure	25	0,25	6,25	GAMMA DISPONIBILE FINO A 26 Fr MA SU DUE TIPOLOGIE DIVERSE DI DRENAGGI OFFERTI IN GARA
			36,25	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 86

Lotto 86 Accessori per drenaggi

Tipologia A.

Connettore ad imbuto per sacche da drenaggio

Quantità: 300

Importo a base d'asta: € 10,00

Tipologia B.

Sistema di fissaggio per drenaggi percutanei

Quantità : 100

Importo a base d'asta: € 10.00

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| - Biocompatibilità | punti 20 |
| - Maneggevolezza | punti 20 |
| - Caratteristiche dei materiali | punti 30 |
| | Totale punti 70 |

MED ITALIA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Biocompatibilità	20	1	20	
Maneggevolezza	20	1	20	
Caratteristiche dei materiali	30	1	30	
			70	

TECNOSTIM				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Biocompatibilità	20	1	20	
Maneggevolezza	20	1	20	
Caratteristiche dei materiali	30	1	30	
			70	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 91

Lotto 91. Stent per drenaggio ureterale a lunga permanenza

Stent per drenaggio ureterale idrofilico in Percuflex o materiale simile idoneo a doppia durometria a lunga permanenza (12 mesi), pigtail prossimale e coppia di loops distale e filo di retrazione. Diametro 6,7 e 8 Ch lunghezza 20,22,24,26,28 e 30 cm

Quantità: 10

Importo a base d'asta: € 160.00

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Capacità di drenaggio | punti 10 |
| - Maneggevolezza del sistema | punti 30 |
| - Caratteristiche delle componenti | punti 30 |
| | Totale punti 70 |

ESSEDUE GROUP				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di drenaggio	10	1	10	
Maneggevolezza del sistema	30	1	30	
Caratteristiche delle componenti	30	1	30	
			70	

essepi s.r.l service and partners				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di drenaggio	10	1	10	
Maneggevolezza del sistema	30	1	30	
Caratteristiche delle componenti	30	1	30	
			70	

KASTER S.R.L.	NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI GARA: NON LOOPS IN VESCICA			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di drenaggio	10			
Maneggevolezza del sistema	30			
Caratteristiche delle componenti	30			

TAU MEDICA S.R.L.	NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI GARA; NON LOOPS IN VESCICA			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di drenaggio	10			
Maneggevolezza del sistema	30			
Caratteristiche delle componenti	30			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 92

Lotto 92. Kit catetere mono J

catetere ureterale mono j permanenza in sito non inferiore a 90 giorni in percuflex, diametro 6,7, e 8 ch lunghezza 80 cm circa, radiopaco con marker lungo tutto il corpo, punta aperta con fori sul pig . Kit completo di 1 filo guida in ptfe 0,038 inch per 150 cm, 2 cateteri mono j pigtail , 2 connettori luer lock di colore differente e 2 connettori per collegamento cateteri / sacche di drenaggio.

Quantità: 30

Importo a base d'asta: € 150.00

- Capacità di drenaggio	punti 10
- Maneggevolezza del sistema	punti 30
- Caratteristiche delle componenti	punti 30
	Totale punti 70

ESSEDUE GROUP				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di drenaggio	10	1	10	
Maneggevolezza del sistema	30	1	30	
Caratteristiche delle componenti	30	1	30	
			70	

essepi s.r.l service and partners				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di drenaggio	10	1	10	
Maneggevolezza del sistema	30	1	30	
Caratteristiche delle componenti	30	1	30	
			70	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

TAU MEDICA S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Capacità di drenaggio	10	1	10	
Maneggevolezza del sistema	30	0,50	15	DISCRETA PROGRESSIONE DEL CATETERE IN ANATOMIE DIFFICILI
Caratteristiche delle componenti	30	0,50	15	DISCRETA QUALITA' DELLE PLASTICHE E DEI COMPONENTI
			40	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 93

Lotto 93. A.Q. Sistema per ablazione a radiofrequenza

Sistema a radiofrequenza per il trattamento di lesioni dei tessuti molli.
 Possibilità di utilizzo intraoperatorio e percutaneo.
 Varie lunghezze delle antenne.
 Generatore in comodato d'uso gratuito.

Quantità: 20

Importo a base d'asta: € 1000

- Facilità di utilizzo	punti 20
- Qualità dell'ago	punti 20
- Area di ablazione	punti 30
	Totale punti 70

ab medica spa				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	1	20	
Qualità dell'ago	20	0,50	10	COLLEGABILE UN SOLO AGO AL GENERATORE
Area di ablazione	30	1	30	
			60	

CARDIOTECH SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	0,75	15	Impugnatura non molto ergonomica
Qualità dell'ago	20	0,75	15	DISPONIBILI SOLO AGHI UNICA MISURA DA 18 G
Area di ablazione	30	0,25	7,5	NON DEDUCIBILE DALLA SCHEDA TECNICA
			37,5	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	1	20	
Qualità dell'ago	20	1	20	
Area di ablazione	30	1	30	
			70	

H.S. HOSPITAL SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	1	20	
Qualità dell'ago	20	0,75	15	DISPONIBILI SOLO AGHI MISURE DA 17 E 18 G
Area di ablazione	30	1	30	
			65	

HD Hospital Device S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	1	20	
Qualità dell'ago	20	0,75	15	DISPONIBILI SOLO AGHI UNICA MISURA DA 18 G
Area di ablazione	30	0,25	7,5	NON DEDUCIBILE DALLA SCHEDA TECNICA
			42,5	

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	1	20	
Qualità dell'ago	20	1	20	
Area di ablazione	30	1	30	
			70	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	0,50	10	AGHI AD UNCINI POCO MANEGGEVOLI
Qualità dell'ago	20	0,50	10	buona MA AGHI AD UNCINI NON DI PRIMA SCELTA NELLA PRATICA CLINICA
Area di ablazione	30	0,50	15	SODDISFACENTE MA SOLO PER AGHI CON UNCINI CHE RISULTANO MENO MANEGGEVOLI RISPETTO AGLI AGHI A PUNTA SINGOLA
Non raggiunge soglia di sbarramento			35	

MEDTRONIC ITALIA SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	1	20	
Qualità dell'ago	20	0,75	15	DISPONIBILI SOLO AGHI UNICA MISURA DA 18 G
Area di ablazione	30	1	30	
			65	

VIOLATECH SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	1	20	
Qualità dell'ago	20	0,75	15	DISPONIBILI SOLO AGHI MISURE DA 17 E 19 G
Area di ablazione	30	1	30	
			65	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, SUDDIVISA IN N. 119 LOTTI – DURATA 24 MESI – PER LE AZIENDE SANITARIE/OSPEDALIERE ADERENTI ALL'UNIONE DI ACQUISTO:

1. A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA (Azienda Capofila)_Importo biennale a base d'asta € 4.622.400,00 (IVA esclusa) pari ad € 5.639.328,00 (IVA inclusa)
2. A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I_ Importo biennale a base d'asta € 10.153.800,00 (IVA esclusa) pari ad € 12.387.636,40 (IVA inclusa)

VERBALE N. 5 DEL 16/02/2023

Il giorno 16 febbraio alle ore 9,30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 si è riunita in seduta riservata la Commissione nominata con Deliberazione n. 996 dell'8 novembre 2022, per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici necessari alla UOC di Radiologia Interventistica.

La Commissione è così composta:

Dott. Simone Vagnarelli	Dirigente medico Responsabile UOSD Radiologia Interventistica	Presidente
Dott. Antonuccio Enzo Gabriele Maria	Dirigente Medico c/o UOSD Radiologia Interventistica	Componente
Dott.ssa Palumbo Agata Santina	Dirigente medico c/o UOC Farmacia	Componente
Sig.ra Scoppetti Barbara	Collaboratore Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria
Sig.ra Christiana Carciofali	Assistente Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria aggiunta

Il Presidente accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione dispone l'avvio della seduta riservata.

La Commissione avvia i lavori esaminando le offerte tecniche riferite ai lotti n. 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, al fine di assegnare i relativi punteggi di qualità secondo quanto prescritto nella lex speciali di gara, dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione allegate al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.:1);

La seduta si chiude alle ore 11,15.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente	Dott. Simone Vagnarelli	fto
Componente	Dott. Enzo Gabriele Maria Antonuccio	fto
Componente	Dott.ssa Palumbo Agata Santina	fto

SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Barbara Scoppetti

fto

SEGRETARIA AGGIUNTA
Christiana Carciofali

fto

**LOTTO N. 94**

- **Lotto 94. Sistema di radiofrequenza bipolare per sclerosi percutanea delle vene safene**
- Catetere per termo ablazione della vena safena mediante radiofrequenza. Ablazione di tipo segmentale, catetere con elemento riscaldante lungo almeno 7 cm, compatibile con introduttore 7F e filo guida da 0,014" a 0,025". Presenza di marker sul catetere che consentono una retrazione e riposizionamento sicuro e controllato durante l'intero trattamento. Durata cicli di trattamento 20 secondi, potenza generatore 40 W e temperatura 120 gradi. Generatore bipolare fornito in comodato d'uso gratuito.

Quantità: 20

Importo a base d'asta: € 400

- Profilo della sonda punti 20
 - Facilità di utilizzo punti 20
 - Ergonomicità del sistema punti 30
- Totale punti 70

BARD SRL				
NON RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI GARA: NON CANALE INTERNO PER GUIDA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Profilo della sonda	20			
Facilità di utilizzo	20			
Ergonomicità del sistema	30			

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Profilo della sonda	20	1	20	
Facilità di utilizzo	20	0,50	10	DISCRETA MA NON KIT PER INTRODUZIONE DELLA SONDA
Ergonomicità del sistema	30	0,75	22,5	BUONA ERGONOMICITA' DEL SISTEMA
			52,5	

MEDTRONIC ITALIA SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Profilo della sonda	20	1	20	
Facilità di utilizzo	20	1	20	
Ergonomicità del sistema	30	1	30	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

**LOTTO N. 95****Lotto 95. A.Q. Sistema per ablazione a microonde**

Sistema a microonde per il trattamento di lesioni dei tessuti molli.

Possibilità di utilizzo intraoperatorio e percutaneo.

Varie lunghezze delle antenne.

Generatore in comodato d'uso gratuito.

Quantità: 30

Importo a base d'asta: € 1500,00

- Facilità di utilizzo

punti 20

- Qualità dell'ago

punti 20

- Area di ablazione

punti 30

Totale punti 60

GADA ITALIA S.P.A.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	1	20	
Qualità dell'ago	20	1	20	
Area di ablazione	30	0,50	15	ABLAZIONE OVOIDALE, NON SFERICA NEANCHE ALLA MASSIMA POTENZA DI UTILIZZO
			55	

H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	1	20	
Qualità dell'ago	20	1	20	
Area di ablazione	30	1	30	
			70	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

H.S. HOSPITAL SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	1	20	
Qualità dell'ago	20	1	20	
Area di ablazione	30	0,50	15	ABLAZIONE OVOIDALE, NON SFERICA NEANCHE ALLA MASSIMA POTENZA DI UTILIZZO
			55	

MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	1	20	
Qualità dell'ago	20	1	20	
Area di ablazione	30	1	30	
			70	

MEDTRONIC ITALIA SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	1	20	
Qualità dell'ago	20	1	20	
Area di ablazione	30	1	30	
			70	

VIOLATECH SRL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Facilità di utilizzo	20	1	20	
Qualità dell'ago	20	1	20	
Area di ablazione	30	1	30	
			70	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

**LOTTO N. 99****Lotto 99. Microguide con anima in acciaio**

- Microguida in acciaio per il distretto cerebrale, calibro 0,014", lunghezza almeno 200 e 300 cm. parte distale dritta o preformata, morbidezza standard e soft.
- Struttura della guida standard e support.
- Confezione singola, sterile, monouso.

Quantità: 80**Importo a base d'asta: € 400**

- Gamma conformazione e lunghezze punti 10
 - Navigabilità punti 20
 - Controllo di torsione punti 40
- Totale punti 70

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON CONFIGURAZIONE DELLA STRUTTURA DELLA GUIDA STANDARD E SUPPORT			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma conformazione e lunghezze				
Navigabilità				
Controllo di torsione				

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

KARDIA Srl	NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON CONFIGURAZIONE DELLA STRUTTURA DELLA GUIDA STANDARD E SUPPORT			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma conformazione e lunghezze				
Navigabilità				
Controllo di torsione				

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma conformazione e lunghezze	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Controllo di torsione	40	1	40	
			70	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

**LOTTO N. 100****Lotto 100. Microguide con anima in nitinol**

- Microguida con anima in nitinol, calibro 0,014" rastremata in punta a 0,012" indicata per il trasporto di microcateteri nel distretto cerebrale. Possibilità di inserire nella parte prossimale una prolunga per estendere la lunghezza della stessa. Punta preformabile, lunghezza totale 200 cm.

Quantità: 80**Importo a base d'asta: € 400**

-	Gamma conformazione e lunghezze	punti 10
-	Navigabilità	punti 20
-	Indeformabilità	punti 10
-	Controllo di torsione	punti 30
		Totale punti 70

ENDOVASCULAR SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma conformazione e lunghezze	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Indeformabilità	10	1	10	
Controllo di torsione	30	1	30	
			70	

GADA				
NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON CONFORMAZIONE RASTREMATA 0.014"-0.012" SOLO CONFORMAZIONE A DIAMETRO UNIFORME				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma conformazione e lunghezze	10			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Navigabilità	20			
Indefomabilità	10			
Controllo di torsione	30			

PHENOX	NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON CONFORMAZIONE RASTREMATA A 0.012" SOLO CONFORMAZIONE UNIFORME A 0.014"			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma conformazione e lunghezze	10			
Navigabilità	20			
Indefomabilità	10			
Controllo di torsione	30			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 101

Lotto 101. Microguide con anima in acciaio nitinol

- Microguida con anima in acciaio-nitinol, più rivestimento idrofilo; diametri da almeno 0,0007” ad almeno 0,0014” nella porzione rastremata. Punta varie conformazioni, lunghezza almeno sino a 250 cm.

Quantità: 5

Importo a base d’asta: € 700

-	Gamma conformazione e lunghezze	punti 10
-	Navigabilità	punti 20
-	Indeformabilità	punti 10
-	Controllo di torsione	punti 30

BALT ITALY				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma conformazione e lunghezze	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Indeformabilità	10	1	10	
Controllo di torsione	30	1	30	
			70	

MEDTRONIC ITALIA SPA				
NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON STRUTTURA IN ACCIAIO-NITINOL				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma conformazione e lunghezze	10			
Navigabilità	20			
Indeformabilità	10			
Controllo di torsione	30			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

**LOTTO N. 102****Lotto 102. A.Q. Microcateteri rilascio spirali e stent per uso intracranico**

- Microcatetere per uso intracerebrale per il rilascio di spirali e stent da almeno 1,7 F ad almeno 2,8 F, varie lunghezze.

Presenza in punta di marker radiopachi.

Compatibile per il rilascio di spirali in platino e per rilascio di stent intracranici.

Confezione singola, sterile, monouso.

Quantità: 40

Importo a base d'asta: € 800

-	Gamma curve distali	punti 10
-	Navigabilità	punti 20
-	Trackability	punti 25
-	Controllo di torsione	punti 15
		Totale punti 70

ENDOVASCULAR SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma curve distali	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Trackability	25	1	25	
Controllo di torsione	15	1	15	
			70	

H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l. NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON MICROCATETERE 1,7 Fr				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma curve distali				
Navigabilità				
Trackability				

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Controllo di torsione				

MICROVENTION				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma curve distali	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Trackability	25	1	25	
Controllo di torsione	15	1	15	
			70	

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma curve distali	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Trackability	25	1	25	
Controllo di torsione	15	1	15	
			70	

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma curve distali	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Trackability	25	1	25	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Controllo di torsione	15	1	15	
			70	

MEDTRONIC ITALIA SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma curve distali	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Trackability	25	1	25	
Controllo di torsione	15	1	15	
			70	

Nanutech Srl				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma curve distali	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Trackability	25	1	25	
Controllo di torsione	15	1	15	
			70	

Phenox Italy Srl NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON MICROCATETERE 1,7 Fr				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma curve distali	10			
Navigabilità	20			
Trackability	25			
Controllo di torsione	15			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

LOTTO N. 103

Lotto 103. Microcateteri con trattamento idrofilico

Microcatetere per uso intracerebrale idrofilico, flusso dipendente a progressiva attenuazione della rigidità del catetere

Compatibile per il rilascio di spirali in platino e per rilascio di stent intracranici. Confezione singola, sterile, monouso

Tipo A Microcatetere con misure da almeno 1,2 French ad almeno 1,8 French , con punta non staccabile

Quantità: 5

Importo a base d'asta: € 950

-	Gamma curve distali	punti 10
-	Navigabilità	punti 30
-	Trackability	punti 15
-	Controllo di torsione	punti 15
		Totale punti 70

BALT ITALY				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma curve distali	10	1	10	
Navigabilità	30	1	30	
Trackability	15	1	15	
Controllo di torsione	15	1	15	
			70	

MEDTRONIC ITALIA SPA				
NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON MISURA 1.2 Fr E NON PUNTA DISTACCABILE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma curve	10			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

distali				
Navigabilità	30			
Trackability	15			
Controllo di torsione	15			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

**LOTTO N. 104****Lotto 104. A.Q. Spirali embolizzanti in ambito cerebrale.**

Spirali intracraniche embolizzanti in platino con distacco elettrolitico con varie conformazioni.
Presenza di reperi radiopaco tra spingitore e spirale
Le spirali devono avere un'ampia gamma di morbidezza.

Quantità 130**Importo a base d'asta: € 750**

- Varietà misure punti 15
- Facilità di introduzione punti 15
- Capacità d'espandersi punti 20
- Facilità del rilascio punti 20
- Totale punti 70**

BALT ITALY				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Varietà misure	15	1	15	
Facilità di introduzione	15	1	15	
Capacità d'espandersi	20	1	20	
Facilità del rilascio	20	1	20	
			70	

H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l. NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: DISTACCO MECCANICO, NON ELETTROLITICO				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Varietà misure	15			
Facilità di introduzione	15			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Capacità d'espandersi	20			
Facilità del rilascio	20			

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Varietà misure	15	0,50	7,5	NON TUTTE LE MISURE NECESSARIE DISPONIBILI IN TERMINI DI DIAMETRI E LUNGHEZZE
Facilità di introduzione	15	1	15	
Capacità d'espandersi	20	1	20	
Facilità del rilascio	20	0,25	5	POCO PRATICO: NECESSITA' DI CAVO DI CONNESSIONE E CAVO DI DISTACCO
			47,5	

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Varietà misure	15	1	15	
Facilità di introduzione	15	1	15	
Capacità d'espandersi	20	1	20	
Facilità del rilascio	20	1	20	
			70	

MEDTRONIC ITALIA SPA		NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: DISTACCO MECCANICO, NON ELETTROLITICO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Varietà misure	15				
Facilità di introduzione	15				
Capacità d'espandersi	20				
Facilità del rilascio	20				

VIOLATECH SRL					
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Varietà misure	15	0,25	3,75	POCHE MISURE SIA PER QUANTO RIGUARDA LA LUNGHEZZA SIA I DIAMETRI CHE RAGGIUNGONO AL MASSIMO I 12 MM	
Facilità di introduzione	15	1	15		
Capacità d'espandersi	20	0,50	10	DISCRETA CAPACITA' DI ESPANDERSI MA A CAUSA DELLA SCARSA VARIETA' DI MISURE, IN GRADO DI ADATTARSI A POCHI DIAMETRI ANEURISMATICI	
Facilità del rilascio	20	0,25	5	NECESSITA' DI AGO TRANS-DERMICO POCO PRATICO	
Non raggiunge soglia di sbarramento			33,75		

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, SUDDIVISA IN N. 119 LOTTI – DURATA 24 MESI – PER LE AZIENDE SANITARIE/OSPEDALIERE ADERENTI ALL'UNIONE DI ACQUISTO:

1. A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA (Azienda Capofila)_Importo biennale a base d'asta € 4.622.400,00 (IVA esclusa) pari ad € 5.639.328,00 (IVA inclusa)
2. A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I_ Importo biennale a base d'asta € 10.153.800,00 (IVA esclusa) pari ad € 12.387.636,40 (IVA inclusa)

VERBALE N. 6 DEL 09/03/2023

Il giorno 09 Febbraio alle ore 9,30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 si è riunita in seduta riservata la Commissione nominata con Deliberazione n. 996 dell'8 novembre 2022, per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici necessari alla UOC di Radiologia Interventistica.

La Commissione è così composta:

Dott. Simone Vagnarelli	Dirigente medico Responsabile UOSD Radiologia Interventistica	Presidente
Dott. Antonuccio Enzo Gabriele Maria	Dirigente Medico c/o UOSD Radiologia Interventistica	Componente
Dott.ssa Palumbo Agata Santina	Dirigente medico c/o UOC Farmacia	Componente
Sig.ra Scoppetti Barbara	Collaboratore Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria
Sig.ra Christiana Carciofali	Assistente Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria aggiunta

Il Presidente accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione dispone l'avvio della seduta riservata.

La Commissione avvia i lavori esaminando le offerte tecniche riferite ai lotti n. 105, 107, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 119 al fine di assegnare i relativi punteggi di qualità secondo quanto prescritto nella lex speciali di gara, dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione allegate al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.:1);

La seduta si chiude alle ore 12,00.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente	Dott. Simone Vagnarelli	fto
Componente	Dott. Enzo Gabriele Maria Antonuccio	fto
Componente	Dott.ssa Palumbo Agata Santina	fto

SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Barbara Scoppetti

fto

SEGRETARIA AGGIUNTA
Christiana Carciofali

fto

**LOTTO N. 105****Lotto 105. Microcateteri a palloncino per remodelling**

- Microcatetere a palloncino a lume singolo compliant e supercompliant compatibile con microguida da 0,014", indicato per test di occlusione vasi intracranici, vasospasmi e per tecnica di remodelling. Diametro del pallone da 3 a 7mm, lunghezza da 5 a 30 mm. Confezione singola, sterile, monouso.

Quantità:2**Importo a base d'asta: € 1.200**

- Lunghezza del pallone	punti 20
- Navigabilità	punti 30
- Velocità gonfiaggio/sgonfiaggio	punti 20
	Totale punti 70

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Lunghezza del pallone	20	1	20	
Navigabilità	30	1	30	
Velocità gonfiaggio/sgonfiaggio	20	1	20	
			70	

MEDTRONIC ITALIA SPA	NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON COMPATIBILE CON FILO GUIDA 0.014			
CRITERIO	P.MAX	P. Commissione	Motivazioni	
Lunghezza del pallone	20			
Navigabilità	30			
Velocità gonfiaggio/sgonfiaggio	20			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



Phenox Italy Srl		NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: DISPONIBILE SOLO MONORAIL			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Gamma diametri e lunghezze	15				
Velocità gonfiaggio/sgonfiaggio	20				
Navigabilità	25				
Compatibilità con microguide	10				

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



**LOTTO N. 110****Lotto 110. A.Q. Cateteri intermedi per accessi distali ad ampio lume**

Cateteri da almeno 0.068" ad almeno 0.070" ad alta flessibilità.

Punta del catetere rastremata per agevolare le manovre di aspirazione e risultare meno traumatico durante la navigazione.

Lume interno da almeno 0.068" ad almeno 0.070" lunghezza almeno 130cm

Eventuale Pompa di aspirazione ed accessori in comodato d'uso gratuito.

Quantità: 60

Importo a base d'asta: € 1.200

-	Presenza Pompa di aspirazione	punti 10
-	Gamma conformazione e lunghezze	punti 20
-	Navigabilità	punti 20
-	Capacità di tromboaspirazione	punti 20
		Totale punti 70

Bioquantek	NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON CATETERE LUNGO 130 CM E NON LUME INTERNO ALMENO 0.070			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza Pompa di aspirazione				
Gamma conformazione e lunghezze				
Navigabilità				
Capacità di tromboaspirazione				

ENDOVASCULAR SERVICE	NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON CATETERE LUNGO 130 CM E NON LUME INTERNO ALMENO 0.070			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza Pompa di aspirazione				
Gamma conformazione e lunghezze				

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Navigabilità				
Capacità di tromboaspirazione				

JOHNSON &
JOHNSON MEDICAL
SPA

CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza Pompa di aspirazione	10	0	0	NON POMPA DI ASPIRAZIONE
Gamma conformazione e lunghezze	20	1	20	
Navigabilità	20	1	20	
Capacità di tromboaspirazione	20	1	20	
			60	

KASTER S.R.L.

CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza Pompa di aspirazione	10	1	10	
Gamma conformazione e lunghezze	20	1	20	
Navigabilità	20	1	20	
Capacità di tromboaspirazione	20	1	20	
			70	

MEDTRONIC ITALIA
SPA

CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza Pompa di aspirazione	10	1	10	
Gamma conformazione e lunghezze	20	1	20	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Navigabilità	20	1	20	
Capacità di tromboaspirazione	20	1	20	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



**LOTTO N. 112****Lotto 112. Introduuttori armati in acciaio**

Introduttore 6F per supporto nel posizionamento di cateteri di aspirazione e per supporto nel posizionamento stent flow diverter, valvola Tuohy-Borst e valvola antireflusso, armatura in acciaio inox e rivestimento interno in PTFE, lume interno 0,088", lunghezze da 70, 80 e 90cm. Zona distale flessibile 10 cm.

Quantità: 60**Importo a base d'asta: € 400**

-	Gamma lunghezze	punti 10
-	Supporto	punti 20
-	Facilità di inserimento	punti 25
-	Controllo di torsione	punti 15
		Totale punti 70

H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON ZONA FLESSIBILE DISTALE 10 CM (SOLO 4 CM) E NON MISURA 70 CM COME RICHIESTO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma lunghezze	10			
Supporto	20			
Facilità di inserimento	25			
Controllo di torsione	15			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON ZONA FLESSIBILE DISTALE 10 CM E NON MISURA 70 CM COME RICHIESTO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma lunghezze	10			
Supporto	20			
Facilità di inserimento	25			
Controllo di torsione	15			

KARDIA Srl	NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: NON ZONA FLESSIBILE DISTALE 10 CM, NON MISURA 70 CM, NON VALVOLA EMOSTATICA COME RICHIESTO			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma lunghezze	10			
Supporto	20			
Facilità di inserimento	25			
Controllo di torsione	15			

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Gamma lunghezze	10	1	10	
Supporto	20	1	20	
Facilità di inserimento	25	1	25	
Controllo di torsione	15	1	15	
			70	



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



**LOTTO N. 113****Lotto 113. Introduuttori armati con pallone per occlusione**

Catetere guida 8F, pallone distale mm 10xmm10 per blocco di flusso durante procedure di ictus ischemico acuto. Dotato di valvola ad una via, 2 valvole a Y e catetere angiografico lungo 125 cm. Compatibile con tutti gli stent carotidei esistenti sul mercato. Lunghezza 85 e 95 cm

Quantità: 20**Importo a base d'asta: € 800**

- Efficacia occlusione vaso	punti 10
- Supporto	punti 20
- Facilità di inserimento	punti 25
- Controllo di torsione	punti 15
	Totale punti 70

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Efficacia occlusione vaso	10	1	10	
Supporto	20	1	20	
Facilità di inserimento	25	1	25	
Controllo di torsione	15	1	15	
			70	

MEDTRONIC ITALIA SPA				
NON CONFORME AI REQUISITI DI GARA: NON CATETERE ANGIOGRAFICO 125 CM PER CATETERISMO DEI VASI EPIAORTICI				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Efficacia occlusione vaso	10			
Supporto	20			
Facilità di inserimento	25			
Controllo di torsione	15			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Nanutech Srl	NON CONFORME AI REQUISITI DI GARA: NON CATETERE ANGIOGRAFICO 125 CM PER CATETERISMO DEI VASI EPIAORTICI			
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Efficacia occlusione vaso	10			
Supporto	20			
Facilità di inserimento	25			
Controllo di torsione	15			

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



LOTTO N. 116

Lotto 116. A.Q. Sistemi intrasacculari per l'embolizzazione di aneurismi cerebrali

- Sistema intrasacculare, costituito da almeno una rete di maglie di Nitinol e dotato di marker, indicato per l'embolizzazione endovascolare di aneurismi intracranici sacciformi.
- Compatibile con microcateteri con diametro interno da almeno 0.021" ad almeno 0.027"
- Il sistema deve essere ricatturabile.
- Distaccabile mediante sistema elettrolitico.
- Eventualmente fornito con microcatetere compatibile

Quantità: 10

Importo a base d'asta: € 10000

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Presenza di microcatetere | punti 10 |
| - Navigabilità | punti 20 |
| - Trackability | punti 20 |
| - Facilità di riposizionamento | punti 20 |
| - | Totale punti 70 |

BALT ITALY				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Trackability	20	1	20	
Facilità di riposizionamento	20	1	20	
			70	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

IMPLEMED ITALIA S.R.L.					
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni	
Presenza di microcatetere	10	0	0	Non offre il microcatetere	
Navigabilità	20	1	20		
Trackability	20	1	20		
Facilità di riposizionamento	20	1	20		
			60		

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



**LOTTO N. 117****Lotto 117. AQ Stent autoespandibile per utilizzo intracranico**

Stent autoespandibile per utilizzo intracranico, a celle chiuse o aperte, per stenosi o remodelling di aneurismi.

Compatibile con microcateteri.

Diametri da almeno 3 a almeno 4 mm.

Eventualmente Fornito con microcatetere compatibile.

Quantità: 10

Importo a base d'asta: € 3000

- Presenza di microcatetere	punti 10
- Gamma diametri e lunghezze	punti 10
- Navigabilità	punti 20
- Compatibilità con microcateteri	punti 20
- Radiopacità	punti 10
-	Totale punti 70

BALT ITALY				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	1	10	
Gamma diametri e lunghezze	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Compatibilità con microcateteri	20	1	20	
Radiopacità	10	1	10	
			70	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

ENDOVASCULAR SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	0	0	Non offre microcatetere
Gamma diametri e lunghezze	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Compatibilità con microcateteri	20	1	20	
Radiopacità	10	0,50	5	DISCRETA VISIBILITA' SOLO A LIVELLO DEI MARKER
			55	

H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	0	0	
Gamma diametri e lunghezze	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Compatibilità con microcateteri	20	1	20	
Radiopacità	10	0,50	5	DISCRETA VISIBILITA' SOLO A LIVELLO DEI MARKER
			55	

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA				
NON RISPONDE AI REQUISITI DI GARA: UNICO DIAMETRO DISPONIBILE 4 MM, NON DIAMETRI ALMENO 3 MM COME RICHIESTO				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10			
Gamma diametri e lunghezze	10			



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

lunghezze				
Navigabilità	20			
Compatibilità con microcateteri	20			
Radiopacità	10			

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	0	0	
Gamma diametri e lunghezze	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Compatibilità con microcateteri	20	1	20	
Radiopacità	10	0,50	5	DISCRETA VISIBILITA' SOLO A LIVELLO DEI MARKER
			55	

MEDTRONIC ITALIA SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	0	0	Non offre microcatetere
Gamma diametri e lunghezze	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Compatibilità con microcateteri	20	0,25	5	MINIMO CATETERE LUME INTERNO 0,021"
Radiopacità	10	0,50	5	DISCRETA VISIBILITA' SOLO A LIVELLO DEI MARKER
			40	

Phenox Italy Srl				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	0	0	Non offre microcatetere
Gamma diametri e lunghezze	10	0,50	5	DISPONIBILE IN SOLI 2 DIAMETRI
Navigabilità	20	1	20	

AS

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Compatibilità con microcateteri	20	1	20	
Radiopacità	10	0,50	5	DISCRETA VISIBILITA' SOLO A LIVELLO DEI MARKER
			50	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Navigabilità	20	0,50	10	NON OTTIMALE IN ANATOMIE TORTUOSE
Radiopacità	20	0,50	10	BUONA VISIBILITA' SOLO A LIVELLO DEI 3 MARKER
Non raggiunge soglia di sbarramento			25	

Cardiovascular Devices Srl				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	0	0	Non offre microcatetere
Gamma conformazione e lunghezze	20	0,25	5	SOLO STENT CHIUSI NELL'ESTREMITA' DISTALE E COMPATIBILI MINIMO CON MICROCATETERI 0.021"
Navigabilità	20	0,50	10	NON OTTIMALE IN ANATOMIE TORTUOSE E STENT PUO' ANDARE INCONTRO A KINKING DURANTE LA FASE DI RETRIEVER
Radiopacità	20	0,50	10	BUONA VISIBILITA' SOLO A LIVELLO DEI 2 MARKER
Non raggiunge soglia di sbarramento			25	

H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	0	0	Non offre microcatetere
Gamma conformazione e lunghezze	20	1	20	
Navigabilità	20	1	20	
Radiopacità	20	1	20	
			60	



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	1	10	
Gamma conformazione e lunghezze	20	0,25	5	SOLO 2 DIAMETRI DISPONIBILI E 3 LUNGHEZZE,
Navigabilità	20	0,50	10	COMPATIBILE MINIMO CON MICROCATETERI 0.021'', NAVIGABILITA' NON OTTIMALE IN ANATOMIE TORTUOSE
Radiopacità	20	0,50	10	OTTIMALE SOLO A LIVELLO DEI MARKER
Non raggiunge soglia di sbarramento			35	

KARDIA Srl				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	0	0	Non offre microcatetere
Gamma conformazione e lunghezze	20	0,25	5	DISPONIBILE SOLO UNA LUNGHEZZA PER OGNI DIAMETRO
Navigabilità	20	0,25	5	STENT DI DIFFICILE GESTIONE PER LA PRESENZA DI UN MANIPOLO INGOMBRANTE CHE RENDE COMPLESSA LA NAVIGAZIONE PER UN SINGOLO OPERATORE
Radiopacità	20	0,50	10	OTTIMALE SOLO A LIVELLO DEI MARKER
Non raggiunge soglia di sbarramento			20	

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	1	10	
Gamma conformazione e lunghezze	20	1	20	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Navigabilità	20	1	20	
Radiopacità	20	1	20	
			70	

MEDTRONIC ITALIA SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	1	10	
Gamma conformazione e lunghezze	20	0,50	10	DISPONIBILI SOLAMENTE 2 DIAMETRI
Navigabilità	20	1	20	
Radiopacità	20	0,50	10	OTTIMALE SOLO A LIVELLO DEI MARKER
			50	

Nanutech Srl				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	1	10	
Gamma conformazione e lunghezze	20	0,50	10	MASSIMA LUNGHEZZA SUGLI STENT 6 MM 30 MM
Navigabilità	20	0,50	10	COMPATIBILE SOLAMENTE CON MICROCATETERI 0,21 /0,27 CHE COMPROMETTONO LA NAVIGABILITA' OTTIMALE IN VASI TORTUOSI
Radiopacità	20	0,50	10	OTTIMALE SOLO A LIVELLO DEI MARKER
			40	



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Phenox Italy Srl				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	1	10	
Gamma conformazione e lunghezze	20	1	20	
Navigabilità	20	1	20	
Radiopacità	20	0,50	10	OTTIMALE SOLO A LIVELLO DEI MARKER
			60	

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

ENDOVASCULAR SERVICE				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	0	0	NON OFFRE MICROCATETERE
Gamma misure	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Compatibilità con microcat	20	1	20	
Radiopacità	10	1	10	
			60	

H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	1	10	
Gamma misure	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Compatibilità con microcat	20	1	20	
Radiopacità	10	0,50	5	NON OTTIMALE PER L'ASSENZA DI REPERI E FILAMENTI CHIARAMENTE RADIO-OPACHI
			65	

KASTER S.R.L.				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	0	0	Non offre microcatetere
Gamma misure	10	1	10	
Navigabilità	20	0,50	10	NON OTTIMALE IN ANATOMIE TORTUOSE
Compatibilità con microcat	20	0,25	5	MICROCATETERE CON MINIMO LUME DI 0,027"



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Radiopacità	10	0,50	5	NON OTTIMALE PER L'ASSENZA DI REPERI E FILAMENTI CHIARAMENTE RADIO-OPACHI
Non raggiunge soglia di sbarramento			30	

MEDTRONIC ITALIA SPA				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	1	10	
Gamma misure	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Compatibilità con microcat	20	1	20	
Radiopacità	10	0,50	5	NON OTTIMALE PER L'ASSENZA DI REPERI E FILAMENTI CHIARAMENTE RADIO-OPACHI
			65	

Phenox Italy Srl				
CRITERIO	P.MAX	Giudizio	Punteggio	Motivazioni
Presenza di microcatetere	10	1	10	
Gamma misure	10	1	10	
Navigabilità	20	1	20	
Compatibilità con microcat	20	1	20	
Radiopacità	10	0,50	5	NON OTTIMALE PER L'ASSENZA DI REPERI E FILAMENTI CHIARAMENTE RADIO-OPACHI
			65	



Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici necessari alla Radiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni suddivisa in n. 119 lotti

Giudizio	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Non adeguato
Valore V(a)i preliminare assegnato K	1,00	0,75	0,50	0,25	0,00

AD

PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, SUDDIVISA IN N. 119 LOTTI – DURATA 24 MESI – PER LE AZIENDE SANITARIE/OSPEDALIERE ADERENTI ALL'UNIONE DI ACQUISTO:

1. A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA (Azienda Capofila)_Importo biennale a base d'asta € 4.622.400,00 (IVA esclusa) pari ad € 5.639.328,00 (IVA inclusa)
2. A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I_ Importo biennale a base d'asta € 10.153.800,00 (IVA esclusa) pari ad € 12.387.636,40 (IVA inclusa)

VERBALE N. 7 DEL 16/03/2023

Il giorno 16 Marzo alle ore 10,30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 si è riunita in seduta pubblica la Commissione nominata con Deliberazione n. 996 dell'8 novembre 2022, per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici necessari alla UOC di Radiologia Interventistica.

La Commissione è così composta:

Dott. Simone Vagnarelli	Dirigente medico Responsabile UOSD Radiologia Interventistica	Presidente
Dott. Antonuccio Enzo Gabriele Maria	Dirigente Medico c/o UOSD Radiologia Interventistica	Componente
Dott.ssa Palumbo Agata Santina	Dirigente medico c/o UOC Farmacia	Componente
Sig.ra Scoppetti Barbara	Collaboratore Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria
Sig.ra Christiana Carciofali	Assistente Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria aggiunta

Il Presidente accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione dispone l'avvio della seduta pubblica.

La Commissione registra sul Sistema per gli acquisti telematici della Regione Lazio (STELLA) i punteggi qualità complessivi assegnati per i lotti nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24,25,27,28,26,29,31,32,33,34,35,36,37,38,48,49,51,57,61,62,64,65,66,67,70,71,76,80,81,82,83,87,88,89, 96,97,98,106,108,109, 111, 115, 119 alle concorrenti ed esclude dalla partecipazione alla valutazione

economica per le motivazioni dettagliatamente riportate nelle schede di valutazione le Ditte elencate nella tabella sotto riportata, limitatamente ai lotti ivi indicati:

Ragione Sociale	Stato Riga	Lotto	DESCRIZIONE LOTTO
SVAS BIOSANA S.P.A.	Escluso	1	Kit per esami interventistici
ab medica spa	Escluso	1	Kit per esami interventistici
TAU MEDICA S.R.L.	Escluso	1	Kit per esami interventistici
TECNOSTIM	Escluso	2	Set per micropuntura
BETATEX S.P.A.	Escluso	3	Kit con guaina sterile per copertura sonde ecografiche
Biocommerciale Srl	Escluso	3	Kit con guaina sterile per copertura sonde ecografiche
essepi s.r.l service and partners	Escluso	3	Kit con guaina sterile per copertura sonde ecografiche
BIOPSYBELL	Escluso	5	Set per vertebroplastica
HD Hospital Device S.r.l.	Escluso	5	Set per vertebroplastica
BIOPSYBELL	Escluso	5	Set per vertebroplastica
Vertical	Escluso	6	. Sistema per discectomia
H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	Escluso	6	. Sistema per discectomia
Theras Lifetech S.r.l	Escluso	6	. Sistema per discectomia
BIOPSYBELL	Escluso	7	Ago coassiale per biopsia ossea
HD Hospital Device S.r.l.	Escluso	7	Ago coassiale per biopsia ossea
BIOPSYBELL	Escluso	7	Ago coassiale per biopsia ossea
BIOPSYBELL	Escluso	11	Sistema automatico per biopsia
HD Hospital Device S.r.l.	Escluso	11	Sistema automatico per biopsia
TECNOSTIM	Escluso	11	Sistema automatico per biopsia
H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	Escluso	11	Sistema automatico per biopsia
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	Escluso	15	Sistema di introduzione coassiale di drenaggio
H.S. HOSPITAL SERVICE	Escluso	15	Sistema di introduzione coassiale di drenaggio
TECNOSTIM	Escluso	15	Sistema di introduzione coassiale di drenaggio
ENDOASCULAR SERVICE	Escluso	15	Sistema di introduzione coassiale di drenaggio
COOK ITALIA SRL	Escluso	15	Sistema di introduzione coassiale di drenaggio
VIOLATECH SRL	Escluso	18	Dispositivo per il rientro arterioso
Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	Escluso	24	Introduttori vascolari
MEDTRONIC ITALIA SPA	Escluso	24	Introduttori vascolari
KASTER S.R.L.	Escluso	24	Introduttori vascolari
TAU MEDICA S.R.L.	Escluso	24	Introduttori vascolari
VIOLATECH SRL	Escluso	25	Introduttori vascolari con guida idrofilica
VIOLATECH SRL	Escluso	25	Kit introduttori vascolari corto
VIOLATECH SRL	Escluso	25	Kit introduttori vascolari lungo
BARD SRL	Escluso	26	Introduttori armati da 4 a 12 Fr
KASTER S.R.L.	Escluso	29	Introduttori peel away
TECNOSTIM	Escluso	32	Guide idrofile rette e angolate in nickel
B.BRAUN MILANO SPA	Escluso	34	Cateteri angiografici per aortografia
TECNOSTIM	Escluso	34	Cateteri angiografici per aortografia



TECNOSTIM	Escluso	36	Cateteri angiografici ad alto flusso
TECNOSTIM	Escluso	37	Catetere angiografico ad alto flusso idrofilico
TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL	Escluso	72	Microcateteri per cateterismi superselettivi arteriosi
ENDOASCULAR SERVICE	Escluso	72	Microcateteri per cateterismi superselettivi arteriosi
KASTER S.R.L.	Escluso	73	Microcatetere a palloncino per occlusione del flusso arterioso
TECNOSTIM	Escluso	74	Particelle embolizzanti a rilascio di farmaco controllato
ab medica spa	Escluso	74	Particelle embolizzanti a rilascio di farmaco controllato
TECNOSTIM	Escluso	75	Particelle per embolizzazione non riassorbibili
KASTER S.R.L.	Escluso	75	Particelle per embolizzazione non riassorbibili
VIOLATECH SRL	Escluso	75	Particelle per embolizzazione non riassorbibili
H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	Escluso	81	Spirali in platino rigide per embolizzazioni periferiche
GADA ITALIA S.P.A.	Escluso	100	Microguide con anima in nitinol
Phenox Italy Srl	Escluso	100	Microguide con anima in nitinol
GADA ITALIA S.P.A.	Escluso	100	Microguide con anima in nitinol
Phenox Italy Srl	Escluso	100	Microguide con anima in nitinol
MEDTRONIC ITALIA SPA	Escluso	101	Microguide con anima in acciaio nitinol
Phenox Italy Srl	Escluso	102	Microcateteri rilascio spirali e stent per uso intracranico
H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	Escluso	102	Microcateteri rilascio spirali e stent per uso intracranico
MEDTRONIC ITALIA SPA	Escluso	103	Microcateteri con trattamento idrofilico
MEDTRONIC ITALIA SPA	Escluso	104	Spirali embolizzanti in ambito cerebrale
H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	Escluso	104	Spirali embolizzanti in ambito cerebrale
VIOLATECH SRL	Escluso	104	Spirali embolizzanti in ambito cerebrale
TECNOSTIM	Escluso	115	Siringa per aspirazione forzata
KASTER S.R.L.	Escluso	119	Sistemi per embolizzazione di aneurismi tipo flow-diverter

La seduta si chiude alle ore 13,26.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dott. Simone Vagnarelli fto

Componente Dott. Enzo Gabriele Maria Antonuccio fto

Componente Dott.ssa Palumbo Agata Santina fto

SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Barbara Scoppetti

fto

SEGRETARIA AGGIUNTA
Christiana Carciofali

fto

PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, SUDDIVISA IN N. 119 LOTTI – DURATA 24 MESI – PER LE AZIENDE SANITARIE/OSPEDALIERE ADERENTI ALL'UNIONE DI ACQUISTO:

1. A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA (Azienda Capofila)_Importo biennale a base d'asta € 4.622.400,00 (IVA esclusa) pari ad € 5.639.328,00 (IVA inclusa)
2. A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I_ Importo biennale a base d'asta € 10.153.800,00 (IVA esclusa) pari ad € 12.387.636,40 (IVA inclusa)

VERBALE N. 8 DEL 22/03/2023

Il giorno 22 Marzo alle ore 10,20 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 si è riunita in seduta pubblica la Commissione nominata con Deliberazione n. 996 dell'8 novembre 2022, per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici necessari alla UOC di Radiologia Interventistica.

La Commissione è così composta:

Dott. Simone Vagnarelli	Dirigente medico Responsabile UOSD Radiologia Interventistica	Presidente
Dott. Antonuccio Enzo Gabriele Maria	Dirigente Medico c/o UOSD Radiologia Interventistica	Componente
Dott.ssa Palumbo Agata Santina	Dirigente medico c/o UOC Farmacia	Componente
Sig.ra Scoppetti Barbara	Collaboratore Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria
Sig.ra Christiana Carciofali	Assistente Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria aggiunta

Il Presidente accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione dispone l'avvio della seduta pubblica.

La Commissione registra sul Sistema per gli acquisti telematici della Regione Lazio (STELLA) i punteggi qualità complessivi assegnati per i lotti nn. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 63, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110, 112, 113, 116, 117, 118, 105 alle concorrenti ed esclude dalla partecipazione alla valutazione economica per le motivazioni

dettagliatamente riportate nelle schede di valutazione, le Ditte elencate nella tabella sotto riportata, limitatamente ai lotti ivi indicati:

Ragione Sociale	Stato Riga	Lotto	DESCRIZIONE LOTTO
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	Escluso	40	Cateteri per trombolisi
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	Escluso	41	Cateteri a laccio per recupero
ab medica spa	Escluso	41	Cateteri a laccio per recupero
TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL	Escluso	42	Cateteri a palloncino OTW per angioplastica
KASTER S.R.L.	Escluso	42	Cateteri a palloncino OTW per angioplastica
MEDI CORP SRL	Escluso	43	Cateteri a palloncino OTW dual layer
GADA ITALIA S.P.A.	Escluso	44	Cateteri a palloncino OTW per dilatazione
COOK ITALIA SRL	Escluso	44	Cateteri a palloncino OTW per dilatazione
H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	Escluso	44	Cateteri a palloncino OTW per dilatazione
ab medica spa	Escluso	44	Cateteri a palloncino OTW per dilatazione
VIOLATECH SRL	Escluso	44	Cateteri a palloncino OTW per dilatazione
SINTEC SRL	Escluso	47	Catetere per PTA con palloncino ricoperto
B.BRAUN MILANO SPA	Escluso	47	Catetere per PTA con palloncino ricoperto
GADA ITALIA S.P.A.	Escluso	47	Catetere per PTA con palloncino ricoperto
H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	Escluso	47	Catetere per PTA con palloncino ricoperto
NEOVASC	Escluso	47	Catetere per PTA con palloncino ricoperto
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	Escluso	55	Rubinetto antireflusso ad Y
MEDTRONIC ITALIA SPA	Escluso	56	Stent periferico in nitinol autoespandibile
VIOLATECH SRL	Escluso	56	Stent periferico in nitinol autoespandibile
BARD SRL	Escluso	58	Stent periferico in nitinol autoespandibile ad alta flessibilità
H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	Escluso	58	Stent periferico in nitinol autoespandibile ad alta flessibilità
TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL	Escluso	68	Sistema di protezione cerebrale temporaneo distale
Abbott Medical Italia S.r.l.	Escluso	68	Sistema di protezione cerebrale temporaneo distale
Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	Escluso	69	Filtri Cavali Definitivi Rimovibili
TECNOSTIM	Escluso	77	Materiale embolico riassorbibile
VIOLATECH SRL	Escluso	79	Materiale embolico adesivo
KASTER S.R.L.	Escluso	91	Stent per drenaggio ureterale a lunga permanenza
TAU MEDICA S.R.L.	Escluso	91	Stent per drenaggio ureterale a lunga permanenza
MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	Escluso	93	Sistema per ablazione a radiofrequenza
BARD SRL	Escluso	94	Sistema di radiofrequenza bipolare per sclerosi percutanea delle vene safene
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Escluso	99	Microguide con anima in acciaio
KARDIA Srl	Escluso	99	Microguide con anima in acciaio
MEDTRONIC ITALIA SPA	Escluso	105	Microcateteri a palloncino per remodelling
Nanutech Srl	Escluso	107	Microcateteri a palloncino per stenosi intracraniche
Phenox Italy Srl	Escluso	107	Microcateteri a palloncino per stenosi intracraniche
Bioquantek	Escluso	110	Cateteri intermedi per accessi distali ad ampio lume
ENDOVASCULAR SERVICE	Escluso	110	Cateteri intermedi per accessi distali ad ampio lume
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Escluso	112	Introduttori armati in acciaio
H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	Escluso	112	Introduttori armati in acciaio

KARDIA Srl	Escluso	112	Introduttori armati in acciaio
Nanutech Srl	Escluso	113	Introduttori armati con pallone per occlusione
MEDTRONIC ITALIA SPA	Escluso	113	Introduttori armati con pallone per occlusione
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Escluso	117	Stent autoespandibile per utilizzo intracranico
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	Escluso	118	Stent retriever per ictus ischemico
Bioquantek	Escluso	118	Stent retriever per ictus ischemico
Cardiovascular Devices Srl	Escluso	118	Stent retriever per ictus ischemico
KARDIA Srl	Escluso	118	Stent retriever per ictus ischemico

Successivamente alla chiusura della valutazione tecnica, la Commissione apre le buste economiche presentate dalle ditte concorrenti attraverso la piattaforma telematica e approva l'aggiudicazione della fornitura generata dal sistema, il cui rank è riportato nel prospetto allegato al presente verbale che ne forma parte integrante e sostanziale (all.:1).

La Commissione prende atto della posizione di ex aequo rilevata in corrispondenza del lotto n. 55, di seguito precisata:

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	P.tot	P.tec.	P.eco.	Valore offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
55	Abbott Medical Italia S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	8.400,00	11200	25,00	2800
55	MEDTRONIC ITALIA SPA	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	8.400,00	11200	25,00	2800

In conformità a quanto previsto all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi vengono rilevate dal calcolo dell'anomalia le seguenti offerte:

Lotto	Fornitore	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
69	B.BRAUN MILANO SPA	1	86,73	62,50	24,23	194.700,00	240.000,00	18,875	45300
42	Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	1	100,00	70,00	30,00	86.400,00	96.000,00	10,00	9600
14	H.S. HOSPITAL SERVICE	2	94,48	70,00	24,48	10.279,40	18540	44,55556	8260,6
93	H.S. HOSPITAL SERVICE	1	95,00	65,00	30,00	46.400,00	80.000,00	42,00	33600
13	KASTER S.R.L.	1	95,69	70,00	25,69	5.850,00	7.500,00	22,00	1650
39	KASTER S.R.L.	2	94,49	70,00	24,49	23.100,00	31500	26,66667	8400
78	KASTER S.R.L.	1	100,00	70,00	30,00	299.600,00	340.000,00	11,88235	40400
54	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	1	100,00	70,00	30,00	19.122,00	30.500,00	37,30492	11378
93	MEDTRONIC ITALIA SPA	2	90,35	65,00	25,35	56.000,00	80000	30,00	24000
52	SVAS BIOSANA S.P.A.	1	100,00	70,00	30,00	2.124,00	3.600,00	41,00	1476
14	TAU MEDICA S.R.L.	1	100,00	70,00	30,00	6.138,80	18.540,00	66,88889	12401,2
41	TECNOSTIM	2	96,37	70,00	26,37	231.000,00	350000	34,00	119000
72	TECNOSTIM	1	87,50	57,50	30,00	198.000,00	286.000,00	30,76923	88000
39	TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL	1	100,00	70,00	30,00	18.900,00	31.500,00	40,00	12600
41	TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL	1	100,00	70,00	30,00	196.000,00	350.000,00	44,00	154000
10	VIOLATECH SRL	1	100,00	70,00	30,00	900,00	5.000,00	82,00	4100
28	VIOLATECH SRL	1	100,00	70,00	30,00	2.970,00	11.000,00	73,00	8030
53	VIOLATECH SRL	1	87,50	57,50	30,00	20.250,00	30.000,00	32,50	9750

La Commissione decide di rimandare ad una successiva seduta la richiesta di offerta migliorativa per gli operatori economici risultati in posizione di ex aequo in relazione al lotto n. 55.

La seduta si chiude alle ore 14,20.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente	Dott. Simone Vagnarelli	fto
Componente	Dott. Enzo Gabriele Maria Antonuccio	fto
Componente	Dott.ssa Palumbo Agata Santina	fto

SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Barbara Scoppetti

fto

SEGRETARIA AGGIUNTA
Christiana Carciofali

fto

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
1	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	85,38	70,00	15,38	115.620,00	121000	4,44628	5380
1	BETATEX S.P.A.	II Classificato	2	80,00	50,00	30,00	100.540,00	121000	16,90909	20460
2	COOK ITALIA SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	2.700,00	4500	40,00	1800
3	KASTER S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	85,30	70,00	15,30	18.040,00	20900	13,68421	2860
3	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	II Classificato	2	82,50	52,50	30,00	9.900,00	20900	52,63158	11000
3	H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.		3	79,49	70,00	9,49	19.800,00	20900	5,26316	1100
3	H.S. HOSPITAL SERVICE		4	63,48	37,50	25,98	12.650,00	20900	39,47368	8250
4	TECNOSTIM	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	39.200,00	42000	6,66667	2800
4	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	II Classificato	2	76,71	70,00	6,71	41.860,00	42000	0,33333	140
5	STRYKER ITALIA	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	36.000,00	40000	10,00	4000
6	STRYKER ITALIA	Aggiudicatario proposto	1	92,36	70,00	22,36	24.000,00	27000	11,11111	3000
6	HD Hospital Device S.r.l.	II Classificato	2	85,00	55,00	30,00	21.600,00	27000	20,00	5400
7	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	4.800,00	9600	50,00	4800
8	TECNOSTIM	Aggiudicatario proposto	1	77,81	70,00	7,81	18.240,00	19200	5,00	960
8	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	II Classificato	2	75,52	70,00	5,52	18.720,00	19200	2,50	480
8	COOK ITALIA SRL	II Classificato	2	75,52	70,00	5,52	18.720,00	19200	2,50	480
8	H.S. HOSPITAL SERVICE		4	70,00	40,00	30,00	5.040,00	19200	73,75	14160
9	COOK ITALIA SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	10.140,00	10400	2,50	260
10	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	900,00	5000	82,00	4100
10	Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	II Classificato	2	93,43	70,00	23,43	2.500,00	5000	50,00	2500
10	TECNOSTIM		3	86,89	70,00	16,89	3.700,00	5000	26,00	1300
10	COOK ITALIA SRL		4	84,82	70,00	14,82	4.000,00	5000	20,00	1000
10	TAU MEDICA S.R.L.		5	71,95	42,50	29,45	1.050,00	5000	79,00	3950
10	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		6	71,46	42,50	28,96	1.180,00	5000	76,40	3820
10	SVAS BIOSANA S.P.A.		7	69,90	42,50	27,40	1.580,00	5000	68,40	3420
10	BETATEX S.P.A.		8	68,16	42,50	25,66	2.000,00	5000	60,00	3000
10	ab medica spa		9	63,97	42,50	21,47	2.900,00	5000	42,00	2100
11	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	80.820,00	81000	0,22222	180
12	BARO SRL	Aggiudicatario proposto	1	91,59	70,00	21,59	32.450,00	55000	41,00	22550
12	DAVI MEDICA SRL	II Classificato	2	85,00	55,00	30,00	11.462,00	55000	79,16	43538
12	H.S. HOSPITAL SERVICE		3	84,43	55,00	29,43	13.090,00	55000	76,20	41910
12	TAU MEDICA S.R.L.		4	84,08	55,00	29,08	14.091,00	55000	74,38	40909
12	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		5	82,80	55,00	27,80	17.600,00	55000	68,00	37400
12	H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.		6	77,37	55,00	22,37	30.800,00	55000	44,00	24200

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
12	BIOPSYBELL		7	75,71	47,50	28,21	16.500,00	55000	70,00	38500
12	HD Hospital Device S.r.l.		8	72,84	55,00	17,84	39.600,00	55000	28,00	15400
12	TECNOLOGIC S.r.l.		9	70,08	55,00	15,08	44.000,00	55000	20,00	11000
12	KAster S.R.L.		10	69,61	47,50	22,11	31.350,00	55000	43,00	23650
13	KAster S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	95,69	70,00	25,69	5.850,00	7500	22,00	1650
13	H.S. HOSPITAL SERVICE	II Classificato	2	89,29	70,00	19,29	6.570,00	7500	12,40	930
13	BIOPSYBELL		3	77,50	47,50	30,00	5.250,00	7500	30,00	2250
13	DAVI MEDICA SRL		4	70,11	47,50	22,61	6.222,00	7500	17,04	1278
14	TAU MEDICA S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	6.138,80	18540	66,88889	12401,2
14	H.S. HOSPITAL SERVICE	II Classificato	2	94,48	70,00	24,48	10.279,40	18540	44,55556	8260,6
14	BIOPSYBELL		3	92,87	70,00	22,87	11.330,00	18540	38,88889	7210
14	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		4	91,18	70,00	21,18	12.360,00	18540	33,33333	6180
14	DAVI MEDICA SRL		5	90,61	70,00	20,61	12.689,60	18540	31,55556	5850,4
14	HD Hospital Device S.r.l.		6	88,34	70,00	18,34	13.905,00	18540	25,00	4635
14	KAster S.R.L.		7	80,94	70,00	10,94	16.892,00	18540	8,88889	1648
15	KAster S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	156.600,00	216000	27,50	59400
16	COOK ITALIA SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	92.800,00	104400	11,11111	11600
16	KAster S.R.L.	II Classificato	2	91,21	70,00	21,21	98.600,00	104400	5,55556	5800
18	Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	108.000,00	120000	10,00	12000
19	esepi s.r.l service and partners	Aggiudicatario proposto	1	92,48	70,00	22,48	226.200,00	464000	51,25	237800
19	Coloplast	II Classificato	2	70,00	40,00	30,00	40.600,00	464000	91,25	423400
21	BARd SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	318.500,00	325000	2,00	6500
22	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	38.999,74	39000	0,00067	0,26
23	ab medica spa	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	16.520,00	19600	15,71429	3080
24	GADA ITALIA S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	38.400,00	48000	20,00	9600
25	GADA ITALIA S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	44.000,00	46000	4,34783	2000
26	COOK ITALIA SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	33.600,00	36000	6,66667	2400
27	MEDTRONIC ITALIA SPA	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	30.800,00	70000	56,00	39200
27	KAster S.R.L.	II Classificato	2	54,82	45,00	9,82	65.800,00	70000	6,00	4200
28	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	2.970,00	11000	73,00	8030
28	Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	II Classificato	2	85,70	70,00	15,70	8.800,00	11000	20,00	2200
28	GADA ITALIA S.P.A.	II Classificato	2	85,70	70,00	15,70	8.800,00	11000	20,00	2200
28	TECNOSTIM		4	77,02	70,00	7,02	10.560,00	11000	4,00	440
29	COOK ITALIA SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	55.180,00	55800	1,11111	620

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
31	KAster S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	183.960,00	228000	19,31579	44040
32	GADA ITALIA S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	855.400,00	908800	5,87588	53400
33	TECNOSTIM	Aggiudicatario proposto	1	94,49	70,00	24,49	110.200,00	114000	3,33333	3800
33	ab medica spa	II Classificato	2	70,00	40,00	30,00	108.300,00	114000	5,00	5700
34	Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	71.400,00	76500	6,66667	5100
35	TECNOSTIM	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	21.600,00	26400	18,18182	4800
36	Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	14.000,00	15000	6,66667	1000
37	Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	27.000,00	54000	50,00	27000
37	GADA ITALIA S.P.A.	II Classificato	2	57,50	57,50	0,00	54.000,00	54000	0,00	0
38	KAster S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	89,64	70,00	19,64	28.000,00	40000	30,00	12000
38	MEDTRONIC ITALIA SPA	II Classificato	2	80,00	50,00	30,00	12.000,00	40000	70,00	28000
39	TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	18.900,00	31500	40,00	12600
39	KAster S.R.L.	II Classificato	2	94,49	70,00	24,49	23.100,00	31500	26,66667	8400
39	VIOLATECH SRL		3	91,56	70,00	21,56	24.990,00	31500	20,66667	6510
39	COOK ITALIA SRL		4	87,32	70,00	17,32	27.300,00	31500	13,33333	4200
40	TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	42.000,00	47600	11,76471	5600
41	TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	196.000,00	350000	44,00	154000
41	TECNOSTIM	II Classificato	2	96,37	70,00	26,37	231.000,00	350000	34,00	119000
41	VIOLATECH SRL		3	91,21	70,00	21,21	273.000,00	350000	22,00	77000
42	Cardinal Health Italy 509 S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	86.400,00	96000	10,00	9600
42	COOK ITALIA SRL	II Classificato	2	80,61	70,00	10,61	94.800,00	96000	1,25	1200
42	Abbott Medical Italia S.r.l.		3	70,00	70,00	0,00	96.000,00	96000	0,00	0
43	BARD SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	56.880,00	64800	12,22222	7920
44	TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	39.000,00	46800	16,66667	7800
45	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	15.480,00	21600	28,33333	6120
45	GADA ITALIA S.P.A.	II Classificato	2	70,00	70,00	0,00	21.600,00	21600	0,00	0
47	TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL	Aggiudicatario proposto	1	90,38	70,00	20,38	64.800,00	72000	10,00	7200
47	BARD SRL	II Classificato	2	88,61	70,00	18,61	66.000,00	72000	8,33333	6000
47	ab medica spa		3	77,50	47,50	30,00	56.400,00	72000	21,66667	15600
47	VIOLATECH SRL		4	75,88	70,00	5,88	71.400,00	72000	0,83333	600
48	BARD SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	13.500,00	13800	2,17391	300
49	KAster S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	97.960,00	98800	0,8502	840
51	ab medica spa	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	6.360,00	6600	3,63636	240
52	SVAS BIOSANA S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	2.124,00	3600	41,00	1476

Numero Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
52	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	II Classificato	2	82,83	70,00	12,83	3.330,00	3600	7,50	270
52	MULTIMEDICAL SRL		3	80,48	70,00	10,48	3.420,00	3600	5,00	180
53	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	1	87,50	57,50	30,00	20.250,00	30000	32,50	9750
53	KASTER S.R.L.	II Classificato	2	81,77	70,00	11,77	28.500,00	30000	5,00	1500
53	B.BRAUN MILANO SPA		3	79,00	52,50	26,50	22.395,00	30000	25,35	7605
53	TAU MEDICA S.R.L.		4	76,87	57,50	19,37	25.935,00	30000	13,55	4065
53	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.		5	66,57	40,00	26,57	22.350,00	30000	25,50	7650
53	BARO SRL		6	64,27	52,50	11,77	28.500,00	30000	5,00	1500
53	ab medica spa		7	61,91	47,50	14,41	27.750,00	30000	7,50	2250
53	NEOVASC		8	61,05	40,00	21,05	25.200,00	30000	16,00	4800
53	TECNOSTIMI		9	59,27	47,50	11,77	28.500,00	30000	5,00	1500
54	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	19.122,00	30500	37,30492	11378
54	SVAS BIOSANA S.P.A.	II Classificato	2	91,71	70,00	21,71	24.544,00	30500	19,52787	5956
54	TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL		3	91,05	70,00	21,05	24.900,00	30500	18,36066	5600
55	Abbott Medical Italia S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	8.400,00	11200	25,00	2800
55	MEDTRONIC ITALIA SPA	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	8.400,00	11200	25,00	2800
55	TECNOSTIMI		3	91,21	70,00	21,21	9.800,00	11200	12,50	1400
56	BARO SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	118.400,00	120000	1,33333	1600
57	KASTER S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	133.000,00	140000	5,00	7000
58	Abbott Medical Italia S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	110.000,00	120000	8,33333	10000
61	KASTER S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	382.080,00	384000	0,50	1920
62	KASTER S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	343.000,00	350000	2,00	7000
63	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	121.000,00	143000	15,38462	22000
63	ENDOVASCULAR SERVICE	II Classificato	2	95,98	70,00	25,98	126.500,00	143000	11,53846	16500
64	H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	9.600,00	12000	20,00	2400
65	ENDOVASCULAR SERVICE	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	32.500,00	36400	10,71429	3900
66	ENDOVASCULAR SERVICE	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	15.000,00	16800	10,71429	1800
67	ESSEDUE GROUP	Aggiudicatario proposto	1	70,00	70,00	0,00	60.000,00	60000	0,00	0
68	KASTER S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	53.940,00	78000	30,84615	24060
69	B.BRAUN MILANO SPA	Aggiudicatario proposto	1	86,73	62,50	24,23	194.700,00	240000	18,875	45300
69	BARO SRL	II Classificato	2	80,80	70,00	10,80	231.000,00	240000	3,75	9000
69	COOK ITALIA SRL		3	76,24	70,00	6,24	237.000,00	240000	1,25	3000
69	ab medica spa		4	70,00	40,00	30,00	170.550,00	240000	28,9375	69450
70	GADA ITALIA S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	216.000,00	240000	10,00	24000

Numero	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
71	Abbott Medical Italia S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	70,00	70,00	0,00	258.400,00	258400	0,00	0
72	TECNOSTIM	Aggiudicatario proposto	1	87,50	57,50	30,00	198.000,00	286000	30,76923	88000
72	KAster S.R.L.	II Classificato	2	74,74	70,00	4,74	283.800,00	286000	0,76923	2200
72	GADA ITALIA S.P.A.		3	52,50	52,50	0,00	286.000,00	286000	0,00	0
72	VIOLATECH SRL		4	47,12	45,00	2,12	285.560,00	286000	0,15385	440
73	GADA ITALIA S.P.A.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	156.000,00	260000	40,00	104000
74	KAster S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	345.000,00	391000	11,76471	46000
74	GADA ITALIA S.P.A.	II Classificato	2	79,49	70,00	9,49	386.400,00	391000	1,17647	4600
75	ab medica spa	Aggiudicatario proposto	1	92,91	70,00	22,91	84.800,00	96000	11,66667	11200
75	GADA ITALIA S.P.A.	II Classificato	2	88,75	58,75	30,00	76.800,00	96000	20,00	19200
76	KAster S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	182.850,00	184000	0,625	1150
78	KAster S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	299.600,00	340000	11,88235	40400
78	ab medica spa	II Classificato	2	91,53	70,00	21,53	319.200,00	340000	6,11765	20800
78	TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL		3	83,35	70,00	13,35	332.000,00	340000	2,35294	8000
79	ESSEDUE GROUP	Aggiudicatario proposto	1	70,00	70,00	0,00	14.000,00	14000	0,00	0
80	TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	672.000,00	1050000	36,00	378000
81	H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.				70,00		226.800,00	172800	-31,25	-54000
82	TMD TALENT MEDICAL DEVICES SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	273.000,00	315000	13,33333	42000
83	Abbott Medical Italia S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	200.100,00	207000	3,33333	6900
84	essepri s.r.l service and partners	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	6.400,00	9600	33,33333	3200
84	H.S. HOSPITAL SERVICE	II Classificato	2	65,10	40,00	25,10	7.360,00	9600	23,33333	2240
85	COOK ITALIA SRL	Aggiudicatario proposto	1	76,71	70,00	6,71	376.200,00	380000	1,00	3800
85	KAster S.R.L.	II Classificato	2	66,25	36,25	30,00	304.000,00	380000	20,00	76000
86	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	11.700,00	18000	35,00	6300
86	TECNOSTIM	II Classificato	2	90,70	70,00	20,70	15.000,00	18000	16,66667	3000
87	COOK ITALIA SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	14.700,00	15000	2,00	300
88	H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	16.620,00	19200	13,4375	2580
89	COOK ITALIA SRL	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	97.300,00	98000	0,71429	700
91	ESSEDUE GROUP	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	16.620,00	19200	13,4375	2580
91	essepri s.r.l service and partners	II Classificato	2	84,47	70,00	14,47	18.600,00	19200	3,125	600
92	essepri s.r.l service and partners	Aggiudicatario proposto	1	83,98	70,00	13,98	13.800,00	15000	8,00	1200
92	ESSEDUE GROUP	II Classificato	2	75,71	70,00	5,71	14.800,00	15000	1,33333	200
92	TAU MEDICA S.R.L.		3	70,00	40,00	30,00	9.471,00	15000	36,86	5529
93	H.S. HOSPITAL SERVICE	Aggiudicatario proposto	1	95,00	65,00	30,00	46.400,00	80000	42,00	33600

Numero	Fornitore	Stato Offerta	Rank	Punteggio Totale	Punteggio Tecnico	Punteggio Economico	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
93	MEDTRONIC ITALIA SPA	II Classificato	2	90,35	65,00	25,35	56.000,00	80000	30,00	24000
93	KASTER S.R.L.		3	89,09	70,00	19,09	66.400,00	80000	17,00	13600
93	H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.		4	76,55	70,00	6,55	78.400,00	80000	2,00	1600
93	VIOLATECH SRL		5	71,71	65,00	6,71	78.320,00	80000	2,10	1680
93	ab medica spa		6	64,86	60,00	4,86	79.120,00	80000	1,10	880
93	HD Hospital Device S.r.l.		7	58,54	42,50	16,04	70.400,00	80000	12,00	9600
93	CARDIOTECH SRL		8	55,43	37,50	17,93	68.000,00	80000	15,00	12000
94	MEDTRONIC ITALIA SPA	Aggiudicatario proposto	1	85,00	70,00	15,00	22.800,00	24000	5,00	1200
94	KASTER S.R.L.	II Classificato	2	82,50	52,50	30,00	19.200,00	24000	20,00	4800
95	H.D. HEALTH DEFENCE S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	88,57	70,00	18,57	203.200,00	240000	15,33333	36800
95	MED-ITALIA BIOMEDICA S.r.l.	II Classificato	2	87,75	70,00	17,75	206.400,00	240000	14,00	33600
95	H.S. HOSPITAL SERVICE		3	85,00	55,00	30,00	144.000,00	240000	40,00	96000
95	VIOLATECH SRL		3	85,00	70,00	15,00	216.000,00	240000	10,00	24000
95	GADA ITALIA S.P.A.		5	76,21	55,00	21,21	192.000,00	240000	20,00	48000
95	MEDTRONIC ITALIA SPA		6	73,87	70,00	3,87	238.400,00	240000	0,66667	1600
96	KASTER S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	114.180,00	118800	3,88889	4620
97	SANIFARM	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	39.000,00	60000	35,00	21000
98	KASTER S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	11.400,00	12000	5,00	600
99	KASTER S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	339.700,00	344000	1,25	4300
100	ENDOVASCULAR SERVICE	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	70.200,00	72000	2,50	1800
101	BALT ITALY	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	550.800,00	567000	2,85714	16200
102	MEDTRONIC ITALIA SPA	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	44.550,00	72000	38,125	27450
102	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	II Classificato	2	92,40	70,00	22,40	56.700,00	72000	21,25	15300
102	Nanutech Srl		3	91,11	70,00	21,11	58.410,00	72000	18,875	13590
102	ENDOVASCULAR SERVICE		4	77,68	70,00	7,68	70.200,00	72000	2,50	1800
102	KASTER S.R.L.		4	77,68	70,00	7,68	70.200,00	72000	2,50	1800
102	IMPLEMED ITALIA S.R.L.		4	77,68	70,00	7,68	70.200,00	72000	2,50	1800
103	BALT ITALY	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	18.300,00	19000	3,68421	700
104	BALT ITALY	Aggiudicatario proposto	1	88,97	70,00	18,97	191.700,00	202500	5,33333	10800
104	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	II Classificato	2	77,50	47,50	30,00	175.500,00	202500	13,33333	27000
104	KASTER S.R.L.		3	76,71	70,00	6,71	201.150,00	202500	0,66667	1350
105	KASTER S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	16.100,00	16800	4,16667	700
106	ENDOVASCULAR SERVICE	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	18.400,00	19200	4,16667	800
107	KASTER S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	15.600,00	16000	2,50	400

PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I, ESPLETATA IN FORMA AGGREGATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NECESSARI ALLA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, SUDDIVISA IN N. 119 LOTTI – DURATA 24 MESI – PER LE AZIENDE SANITARIE/OSPEDALIERE ADERENTI ALL'UNIONE DI ACQUISTO:

1. A.O. SAN GIOVANNI ADDOLORATA (Azienda Capofila)_Importo biennale a base d'asta € 4.622.400,00 (IVA esclusa) pari ad € 5.639.328,00 (IVA inclusa)
2. A.O.U. POLICLINICO UMBERTO I_ Importo biennale a base d'asta € 10.153.800,00 (IVA esclusa) pari ad € 12.387.636,40 (IVA inclusa)

VERBALE N. 9 DEL 17/04/2023

Il giorno 17 Aprile alle ore 14,00 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 si è riunita in seduta riservata la Commissione nominata con Deliberazione n. 996 dell'8 novembre 2022, per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici necessari alla UOC di Radiologia Interventistica.

La Commissione è così composta:

Dott. Simone Vagnarelli	Dirigente medico Responsabile UOSD Radiologia Interventistica	Presidente
Dott. Antonuccio Enzo Gabriele Maria	Dirigente Medico c/o UOSD Radiologia Interventistica	Componente
Dott.ssa Palumbo Agata Santina	Dirigente medico c/o UOC Farmacia	Componente
Sig.ra Scoppetti Barbara	Collaboratore Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria
Sig.ra Christiana Carciofali	Assistente Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi	Segretaria aggiunta

Il Presidente accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione dispone l'avvio della seduta volta alla richiesta di offerta migliorativa, tramite apposita funzionalità del Sistema per gli acquisti telematici della Regione Lazio (STELLA), in relazione alla posizione di ex aequo rilevata nel rank finale in corrispondenza del lotto n. 55

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Rank	P.tot	P.tec.	P.eco.	Valore offerta	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso
55	Abbott Medical Italia S.r.l.	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	8.400,00	11200	25,00	2800
55	MEDTRONIC ITALIA SPA	Aggiudicatario proposto	1	100,00	70,00	30,00	8.400,00	11200	25,00	2800

Il Presidente della Commissione pertanto attiva la richiesta sopra indicata consentendo agli operatori economici Abbott Medical Italia S.r.l. e MEDTRONIC ITALIA SPA di caricare a sistema un'offerta economica migliorativa entro il 27 Aprile 2023.

La seduta si chiude alle ore 14,20.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente	Dott. Simone Vagnarelli	fto
Componente	Dott. Enzo Gabriele Maria Antonuccio	fto
Componente	Dott.ssa Palumbo Agata Santina	fto

SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Barbara Scoppetti

fto

SEGRETARIA AGGIUNTA
Christiana Carciofali

fto