

PROT.

DEL

#### U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

**Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse alla procedura negoziata sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lazio S.TEL.LA, per la FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI PR L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI TOSSICOLOGICI DI I LIVELLO IN URGENZA SU MATRICE EMATICA, necessari alla UOC Patologia Clinica**

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma intende procedere alla fornitura in oggetto avente le caratteristiche e per i quantitativi specificati nel capitolato tecnico allegato (all.:1).

Durata: 36 mesi

Importo triennale: € 150.000,00

I soggetti economici interessati potranno inoltrare richiesta di partecipazione alla gara stessa, alla casella di posta certificata: [ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it](mailto:ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06/08/2022 indicando l'oggetto del presente avviso:

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI SISTEMI MACCHINA REAGENTI PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI TOSSICOLOGICI DI I LIVELLO IN URGENZA SU MATRICE EMATICA

Le Ditte dovranno essere registrate sul Mercato Elettronico di Regione Lazio (ME.LA). La categoria merceologica interessata è la seguente:

W01 - REAGENTI DIAGNOSTICI

**Prima di inoltrare le richieste di partecipazione, si chiede agli Operatori economici di verificare che la richiesta di abilitazione al ME.LA sia avvenuta correttamente.**

La procedura di scelta del contraente avverrà ai sensi dell'art. 1 co.2 lett.b) del D.Lgs. 76/2020 convertito con L. 120/2020.

Il criterio di aggiudicazione ai sensi dell' art. 95 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Dal ricevimento della manifestazione di interesse per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata non conseguirà alcun obbligo ad invitare alla selezione.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e-mail [acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it](mailto:acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it).

F.TO Il Direttore f.f.  
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi  
(Dott. Paolo Cavallari)

**LOTTO DROGHE D'ABUSO SU MATRICE EMATICA –decreto regionale n.288 del  
 27/09/2016**

**1. Oggetto della fornitura**

Sistema macchina-reagenti comprensivo di tutto il materiale di consumo occorrente e necessario per l'esecuzione degli esami tossicologici (sostanze d'abuso) di I livello in urgenza su matrice ematica, in attuazione del decreto regionale n°288 del 27/09/2016, come riportato nella Tabella "Specifiche test".

**2. REQUISITI MINIMI**

	<b>Sistema strumentazione</b>
1	Strumentazione nuova, di ultima generazione con gruppo di continuità;
2	Analizzatore stand-alone e random access <u>completamente automatico</u> ;
3	Riconoscimento provetta primaria tramite barcode
4	Dispensazione da provetta primaria in maniera totalmente automatica senza nessuna manipolazione da parte dell'operatore;
5	Capacità di esecuzione di analisi tossicologiche (sostanze d'abuso) su matrice ematica ed eventualmente anche urine;
6	Strumentazione completamente aperta per eventuali implementazioni di nuove metodiche, droghe/farmaci/immunospressori;
7	La strumentazione deve possedere un software dedicato alla tracciabilità analitica che, per singolo analita, identifichi: lotti di reagenti, calibratori e controlli relativi al campione testato nonché curva di reazione dell'analita e curve di calibrazione dei test e andamento del controllo di qualità.
8	Certificato CE IVD per il sistema macchina-reagenti;
9	Interfacciato con LIS di Laboratorio;
10	Pannello completo degli esami richiesti con metodiche certificate CE IVD;
11	Lo Strumento dovrà essere sempre pronto, 365 giorni all'anno con calibrazioni valide e controlli che verranno effettuati giornalmente su due livelli
12	Iscrizione a programma VEQ, se presente sul mercato, a carico della ditta fornitrice per tutta la durata della fornitura
13	Intervento tecnico e/o specialistico in situ entro massimo 8 ore lavorative dalla chiamata
14	Formazione di tutti gli operatori coinvolti nel settore con rilascio di attestato

### 3. Tabella Specifiche Test

Sono richiesti i reagenti, controlli e calibrazioni necessari per la determinazione delle sostanze stupefacenti/psicotrope su matrice ematica sotto elencate:

<b>ANALITI</b>	<b>N° TEST ANNUI SU MATRICE EMATICA comprensivi di test per calibrazioni e controlli</b>	
Oppiacei e/o metaboliti	1500	730 test CTR Sangue + 500 test calibrazioni
Cocaina e/o metaboliti	1500	730 test CTR Sangue + 500 test calibrazioni
Amfetamina e derivati anfetaminici	1500	730 test CTR Sangue + 500 test calibrazioni
MDMA	1500	730 test CTR Sangue + 500 test calibrazioni
Metadone e /o metaboliti	1500	730 test CTR Sangue + 500 test calibrazioni
Cannabinoidi	1500	730 test CTR Sangue + 600 test calibrazioni

Base d'asta: 50.000euro/anno IVA esclusa