

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 523/2023 del 09/06/2023

STRUTTURA PROPONENTE
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER L'ACQUISIZIONE DI SISTEMI DIAGNOSTICI E REAGENTI OCCORRENTI ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI. DURATA 36 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIORI 12 MESI. IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE (36 MESI) €1.122.750,00 (IVA ESCLUSA) PARI AD € 1.369.755,00 (IVA INCLUSA).

Proposta di delibera: 1077/23 del: 05/06/2023

L'Estensore: CARCIOFALI CHRISTIANA

Data 05/06/2023

Il Responsabile del Procedimento: CAVALLARI PAOLO

Data

Il Dirigente della U.O.: CAVALLARI PAOLO firmato digitalmente in data 06/06/2023

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:

I Costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti economici ivi indicati e sono ricompresi nel budget dell'esercizio corrente.

FERRARI PASQUALE firmato digitalmente in data 06/06/2023

Il Direttore Amministrativo

Parere Favorevole

FIORE ALBERTO firmato digitalmente in data 08/06/2023

Il Direttore Sanitario

Parere Favorevole

MAGRINI PATRIZIA firmato digitalmente in data 08/06/2023

Il Direttore Generale:

FRITTELLI TIZIANA firmato digitalmente in data 08/06/2023

Il Direttore f.f. della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

VISTI

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

PREMESSO

che il Dott. Paolo Cavallari, Direttore ff della UOC Acquisizione Beni e Servizi, nonché Responsabile del Procedimento, con la firma in calce al presente provvedimento, dichiara di aver accertato:

che con Deliberazione n. 718 del 29/7/2022 è stato autorizzato l'avvio di una procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi per l'acquisizione in service di sistemi diagnostici e reagenti occorrenti alla UOC Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, suddivisa in n. 4 lotti. Durata 36 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi. Importo complessivo (36+12) €2.160.000,00 (IVA esclusa) pari ad € 2.635.200,00 (IVA inclusa);

che la procedura è stata interamente svolta attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (STELLA – Registro di Sistema Bando n. PI148762-22);

che, come stabilito nel bando di gara, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al 01/11/2022 alle ore 12:00;

che entro il termine sopra indicato hanno presentato offerta attraverso il portale STELLA gli operatori economici di seguito elencati:

| Ragione Sociale | Registro di Sistema | Data ricezione |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| BECTON DICKINSON ITALIA | PI129130-22 | 27/10/2022 09:59:46 |
| DiaSorin Italia S.p.A. | PI129247-22 | 27/10/2022 10:56:04 |
| Beckman Coulter | PI130023-22 | 28/10/2022 10:47:58 |
| THE BINDING SITE SRL | PI131140-22 | 31/10/2022 11:12:26 |
| MEDICAL SYSTEMS | PI131142-22 | 31/10/2022 11:13:54 |
| SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | PI131345-22 | 01/11/2022 10:53:57 |

che con Deliberazione n. 1188 del 22/12/2022 in esito alla verifica della documentazione amministrativa effettuata dal Seggio di Gara, come previsto nella lex specialis, tutti i concorrenti sono stati ammessi al prosieguo della procedura di che trattasi;

che con Deliberazione n. 111 del 09/02/2022 è stata nominata la Commissione incaricata

della valutazione tecnico economica delle offerte nella seguente composizione:

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| Dott.ssa Fiorella Bottan | Dirigente medico c/o UOC Patologia Clinica | Presidente |
| Dott.ssa Carlotta Maida | Dirigente medico c/o UOC Patologia Clinica | Componente |
| Dott.ssa Tiziana Pisani | Dirigente medico c/o UOC Patologia Clinica | Componente |
| Sig.ra Christiana Carciofali | Assistente Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi | Segretaria |
| Sig.ra Scoppetti Barbara | Collaboratore Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi | Segretaria aggiunta |

che per il tramite della Segretaria verbalizzante, il Presidente della Commissione giudicatrice ha trasmesso al RUP, Dott. Paolo Cavallari, i verbali delle sedute dirette alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli Operatori Economici concorrenti come di seguito specificati ed allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale (all.:1):

- > Verbale n. 1 del 03/03/2023;
- > Verbale n. 2 del 29/03/2023;
- > Verbale n. 3 del 03/04/2023,
- > Verbale n. 4 del 26/04/2023;
- > Verbale n. 5 del 27/04/2023;
- > Verbale n. 6 del 05/05/2023;

che dai succitati verbali emerge quanto segue:

- sono escluse dalla fase di valutazione economica le sottoelencate offerte per le motivazioni meglio precisate nei verbali n. 3 e n. 4:

| Ragione Sociale | Lotto | DESCRIZIONE LOTTO |
|--------------------|-------|--|
| MEDICAL SYSTEMS | 2 | Sistema analitico automatizzato per esami ematologici |
| SIEMENS HEALTHCARE | | |
| THE BINDING SITE | 3 | Sistema automatizzato per lo studio delle proteine in vari liquidi biologici |

che l'operato della Commissione è da approvare in quanto legittimo nella forma e nell'iter logico procedurale;

che ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, ai fini della determinazione dell'anomalia, la congruità delle offerte è effettuata ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre ovvero nel caso che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (ultimo periodo comma 6);

che le offerte presentate risultano congrue;

che, in base a quanto sopra esposto, si propone l'aggiudicazione come da rank allegato n. 2 al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale per un importo complessivo triennale di €1.122.750,00 (IVA esclusa) pari ad € 1.369.755,00 (IVA inclusa),

come di seguito riassunto:

LOTTO N. 1 DITTA BECKMAN COULTER srl

“Sistema automatico di rilevazione in citofluorimetria immunologica ed oncoematologica”

Importo triennale € 942.900,00 (IVA esclusa) pari ad € 1.150.338,00 (IVA inclusa);

LOTTO N. 4 DITTA DIASORIN ITALIA spa

“Sistema automatico per l’esecuzione di quantiferon, parametri immunometrici vari e test di conferma”

Importo triennale € 179.850,00 (IVA esclusa) pari ad € 219.417,00 (IVA inclusa);

che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli relativo al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti;

che nei confronti degli operatori economici risultati aggiudicatari è stato avviato il procedimento di verifica dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

che per il lotto n. 1 per il quale risulta presentata più di un’offerta trova applicazione il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 mentre per il lotto n. 4 trova applicazione il comma 10 lettera a) del medesimo articolo;

che i sistemi diagnostici ed i reagenti oggetto della fornitura costituiscono materiali indispensabili allo svolgimento delle attività ospedaliere e la loro acquisizione rappresenta un improcastinabile adempimento;

che ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi la presente aggiudicazione dovrà essere notificata all’aggiudicatario ed a tutti i concorrenti;

che l’incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti che verranno stipulati con le ditte fornitrici è individuato nella persona del Dott.ssa Stefania Durantini RIOP presso la UOC Patologia Clinica;

che in riferimento ai lotti n. 2 e n. 3 risultati non aggiudicabili, si procederà ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.a) all’individuazione di un nuovo contraente mediante nuova procedura previa consultazione di mercato;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare gli atti e la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione nominata con Deliberazione n. 111 del 09/02/2022 relativi alla *“Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi per l’acquisizione di Sistemi diagnostici e reagenti occorrenti alla UOC Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera S.Giovanni Addolorata, suddivisa in n. 4 lotti. Durata 36 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi”*, di cui ai verbali allegati al presente provvedimento (all:1);
- di aggiudicare alle Ditte sotto indicate i lotti riportati di seguito, come da rank allegato n.2 al presente provvedimento, per l’importo complessivo triennale di € 1.122.750,00 (IVA esclusa) pari ad € 1.369.755,00 (IVA inclusa):

LOTTO N. 1 DITTA BECKMAN COULTER srl

“Sistema automatico di rilevazione in citofluorimetria immunologica ed oncoematologica”

Importo triennale € 942.900,00 (IVA esclusa) pari ad € 1.150.338,00 (IVA inclusa);

LOTTO N. 4 DITTA DIASORIN ITALIA spa

“Sistema automatico per l’esecuzione di quantiferon, parametri immunometrici vari e test di conferma”

Importo triennale € 179.850,00 (IVA esclusa) pari ad € 219.417,00 (IVA inclusa);

- di dare atto che non si procede ad aggiudicazione per i lotti n. 2 e n. 3 per le motivazioni riportate nei verbali n. 3 e n. 4;
- di differire a successivo provvedimento l’affidamento della fornitura subordinandone l’efficacia alla verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi fermo restando ove previsto lo spirare del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del Codice;
- di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto di questa Azienda Ospedaliera nella persona della Dott.ssa Stefania Durantini RIOP della UOC Patologia Clinica;
- di notificare ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi la presente aggiudicazione agli aggiudicatari ed a tutti i concorrenti;

L’onere derivante dall’adozione del presente provvedimento per complessivi € 1.369.755,00 (IVA inclusa) così come individuato nel dispositivo, trova riferimento nei sotto conti e negli esercizi 2023/2024/2025 e 2026 secondo il seguente schema:

ESERCIZIO 2023

conto 501010317 Reagenti per € 181.932,50

conto 504020101 Canoni di noleggio € 46.360,00

ESERCIZIO 2024

conto 501010317 Reagenti per € 363.865,00
conto 504020101 Canoni di noleggio € 92.720,00

ESERCIZIO 2025

conto 501010317 Reagenti per € 363.865,00
conto 504020101 Canoni di noleggio € 92.720,00

ESERCIZIO 2026

conto 501010317 Reagenti per € 181.932,50
conto 504020101 Canoni di noleggio € 46.360,00

La UOC Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione contabile del valore economico riferito agli Esercizi 2024, 2025 e 2026

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.02.2021;
- PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L.69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 7 pagine, compreso il frontespizio, nonché da n. 2 allegati così composti:

- allegato 1 _ Verbali _ composto da n.19 pagine:
Verbale n. 1 del 03/03/2023, n. 3 pagine;

Verbale n. 2 del 29/03/2023, n. 3 pagine;
Verbale n. 3 del 03/04/2023, n. 3 pagine;
Verbale n. 4 del 26/04/2023, n. 3 pagine;
Verbale n. 5 del 27/04/2023, n. 4 pagine;
Verbale n. 6 del 05/05/2023, n. 3 pagine;

- allegato 2 _ Rank aggiudicazione _composto da n. 1 pagina.

PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER L'ACQUISIZIONE IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI E REAGENTI OCCORRENTI ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI

VERBALE N. 1 DEL 03/03/2023

Il giorno 3 Marzo 2023 alle ore 13,30 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione nominata con Deliberazione n. 111 del 9/2/2023, per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici e reagenti occorrenti alla UOC di Patologia Clinica, suddivisa in n.4 lotti.

La Commissione è così composta:

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| Dott.ssa Fiorella Bottan | Dirigente medico c/o UOC Patologia Clinica | Presidente |
| Dott.ssa Carlotta Maida | Dirigente medico c/o UOC Patologia Clinica | Componente |
| Dott.ssa Tiziana Pisani | Dirigente medico c/o UOC Patologia Clinica | Componente |
| Sig.ra Christiana Carciofali | Assistente Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi | Segretaria |
| Sig.ra Scoppetti Barbara | Collaboratore Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi | Segretaria aggiunta |

Alle ore 13,32 il Presidente, verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori.

Preso atto che:

- con Deliberazione n. 718 del 29/7/2022 è stato autorizzato l'avvio di una Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi per l'acquisizione in service di Sistemi diagnostici e reagenti occorrenti alla UOC Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliera S.Giovanni Addolorata, suddivisa in n. 4 lotti. Durata 36 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi. Importo complessivo (36+12) €2.160.000,00 (IVA esclusa) pari ad € 2.635.200,00 (IVA inclusa);
- la procedura è stata interamente svolta attraverso il Sistema per gli Acquisti telematici della Regione Lazio (STELLA);

- entro il termine previsto nel bando, fissato alle ore 12,00 del giorno 01/11/2022 sono state rilevate sul portale telematico STELLA le seguenti offerte:

| Ragione Sociale | Registro di Sistema | Data ricezione |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| BECTON DICKINSON ITALIA | PI129130-22 | 27/10/2022 09:59:46 |
| DiaSorin Italia S.p.A. | PI129247-22 | 27/10/2022 10:56:04 |
| Beckman Coulter | PI130023-22 | 28/10/2022 10:47:58 |
| THE BINDING SITE SRL | PI131140-22 | 31/10/2022 11:12:26 |
| MEDICAL SYSTEMS | PI131142-22 | 31/10/2022 11:13:54 |
| SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | PI131345-22 | 01/11/2022 10:53:57 |

- con Deliberazione pubblicata nell'albo pretorio aziendale al n. 1188 del 22/12/2022 tutti gli operatori economici sopra riportati sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione dell'offerta;
- che in data 23/12/2022 si è provveduto a darne notifica a tutti i concorrenti attraverso il sistema telematico STELLA;
- che i partecipanti per ogni lotto sono i seguenti:

| LOTTO | | OPERATORE ECONOMICO |
|-------|---|---------------------------|
| 1 | Sistema automatico di rilevazione in citofluorimetria immunologica ed oncoematologica | BECTON DICKINSON ITALIA |
| | | Beckman Coulter |
| 2 | Sistema analitico automatizzato per esami ematologici | MEDICAL SYSTEMS |
| | | SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. |
| 3 | Sistema automatizzato per le studio delle proteine in vari liquidi biologici | THE BINDING SITE SRL |
| 4 | Sistema automatico per l'esecuzione di quantiferon, parametri immunometrici vari e test di conferma | DiaSorin Italia S.p.A. |

- che in data 28/02/2023 si è provveduto tramite il portale di negoziazione STELLA a comunicare a tutti i concorrenti la data prevista per l'apertura della documentazione tecnica in seduta pubblica telematica;

Il Presidente alle ore 13,32 dà inizio ai lavori attivando la seduta virtuale sul portale.

Si provvede quindi all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica caricate a sistema dalle ditte concorrenti allo scopo di constatare la presenza di tutta la documentazione richiesta nei documenti di gara, riservandosi di verificare la completezza e l'esattezza ai fini dell'ammissibilità degli operatori economici successivamente.

La seduta si chiude alle ore 13,52

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente Dott.ssa Fiorella Bottan FTO

Componente Dott.ssa Carlotta Maida FTO

Componente Dott.ssa Tiziana Pisani FTO

SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Christiana Carciofali

FTO

SEGRETARIA AGGIUNTA
Scopetti Barbara

FTO

| | | |
|------------|-------------------------|-----|
| Componente | Dott.ssa Carlotta Maida | fto |
| Componente | Dott.ssa Tiziana Pisani | fto |

SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Christiana Carciofali

fto

SEGRETARIA AGGIUNTA
Scopetti Barbara

fto

| CRITERI DI VALUTAZIONE | | P.MAX | Formula | DIASORIN | |
|------------------------|--|-------|---------|----------|--------------|
| 1 | Accesso random: Si:5p No: 0p | 5 | B | 5 | |
| 2 | Utilizzo di puntali monouso per la prevenzione del carry-over: 5p No: 0p | 5 | B | 5 | |
| 3 | PTH di III generazione (documentare) Si: 5p No: 0p | 5 | B | 5 | |
| 4 | Utilizzo di quattro tubi contenenti antigeni specifici, ESAT 6 e CFP10, per il M. Tuberculare in grado di stimolare la produzione dell'IFN gamma sia da parte dei CD4 che dei CD8 10p No: 0p | 10 | B | 10 | |
| 5 | Riconoscimento automatico dei campioni con barcode Si: 4p No: 0p | 4 | B | 4 | |
| 6 | Riconoscimento automatico dei reagenti tramite bar code o tecnologia equivalente Si: 4p No: 0p | 4 | B | 4 | |
| 7 | Monitoraggio continuo dei reagenti e consumabili a bordo Si: 5p No: 0p | 5 | B | 5 | |
| 8 | Completezza del pannello offerto: indicare n. di tipologia analiti offerti | 8 | A | 8 | |
| 9 | n. campioni caricabili a bordo strumento in un'unica seduta analitica | 10 | A | 10 | |
| 10 | produttività oraria per singolo apparecchio | 5 | A | 5 | |
| 11 | Possibilità di eseguire tutti i parametri offerti su unico strumento Si:5p No:0p | 5 | B | 5 | |
| 12 | Assistenza tecnica e specialistica: descrivere sinteticamente | 2 | E | 1,5 | buono (0,75) |
| 13 | Possibilità di intervento tecnico e assistenza anche da remoto | 3 | E | 2,25 | buono (0,75) |

| | |
|-----------|---|
| Formula A | $PT_{criterio\ i-esimo} = PT_{MAX} \times (Val\ i-esimo / Val\ max)$ |
| Formula B | Presenza del requisito_ attribuzione punteggio max/Assenza del requisito_ punteggio 0 |
| Formula E | $PT_{criterio\ i-esimo} = PT_{MAX} \times K$ (k= coefficiente attribuito collegialmente e discrezionalmente dai commissari) Ottimo:1; Buono:0,75; Discreto:0,50; Sufficiente:0,25 Non adeguato:0 |

PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER L'ACQUISIZIONE IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI E REAGENTI OCCORRENTI ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI

VERBALE N. 3 DEL 03/04/2023

Il giorno 3 Aprile 2023 alle ore 14.00 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 si è riunita in seduta riservata la Commissione nominata con Deliberazione n. 111 del 9/2/2023, per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici e reagenti occorrenti alla UOC di Patologia Clinica, suddivisa in n.4 lotti.

La Commissione è così composta:

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| Dott.ssa Fiorella Bottan | Dirigente medico c/o UOC Patologia Clinica | Presidente |
| Dott.ssa Carlotta Maida | Dirigente medico c/o UOC Patologia Clinica | Componente |
| Dott.ssa Tiziana Pisani | Dirigente medico c/o UOC Patologia Clinica | Componente |
| Sig.ra Christiana Carciofali | Assistente Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi | Segretaria |
| Sig.ra Scoppetti Barbara | Collaboratore Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi | Segretaria aggiunta |

Il Presidente accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione dispone l'avvio della seduta riservata.

La Commissione procede quindi alla lettura ed all'analisi delle offerte tecniche presentate dalle Ditte MEDICAL SYSTEMS e SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. in riferimento al lotto n. 2 _ Sistema analitico automatizzato per esami ematologici, al fine di assegnare i relativi punteggi di qualità secondo quanto prescritto nella lex specialis di gara.

La Commissione evidenzia nel merito quanto di seguito dettagliatamente riportato:

MEDICAL SYSTEMS:

sono stati evidenziati i seguenti scostamenti rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara:

- 1) Mancata offerta del CQI relativo ai liquidi biologici; al punto 18 dei requisiti minimi è espressamente richiesta l'offerta dei CQI per Liquor.

L'azienda ha dichiarato di avere disponibile un controllo di qualità specifico per il monitoraggio dei parametri relativi ai fluidi biologici comprensivi di Liquor, tuttavia non risulta presente nell'offerta

tecnica secondo lo schema previsto dall'ente. Inoltre era prevista la certificazione del controllo per il Liquor, confermata anche dal chiarimento dell'ente tramite la risposta PI 127379-22 al quesito PI 119314-22, verifica che la commissione non ha potuto effettuare in quanto tra la documentazione tecnica presentata dalla Ditta Medical System non risulta essere presente alcuna scheda relativa ai CQI per il Liquor.

Pertanto considerando indispensabile la fornitura di tali controlli, come riportato nei requisiti minimi, l'offerta della Ditta Medical System risulta non conforme alle specifiche minime.

- 2) In aggiunta l'offerta risulta essere incongrua per il numero di test offerti relativamente al parametro Reticolociti infatti, ai 3000 test annuali richiesti bisognava aggiungere i test necessari per eseguire giornalmente i controlli su tre livelli e sui due analizzatori offerti (Oggetto della Fornitura) per un totale di 2190 controlli che sommati ai 3000 test richiesti portano ad un totale di 5190 test a fronte dei 3920 offerti dalla Ditta. Si precisa che i test mancanti riguardano quelli necessari per l'esecuzione dei CQI, infatti nella specifica colonna dell'allegato 9.2 schema offerta tecnica sono stati riportati solo 490 test per i CQI anziché 2190, valore corretto come da indicazioni del capitolato di gara.
- 3) Infine, l'offerta risulta essere incongrua anche per i test relativi ai liquidi biologici ed emocromi, in quanto sui diluenti M6FD DYE, M6LD LYSE, M6LN LYSE e M6FN DYE la Ditta avrebbe dovuto offrire 122.690 test a fronte dei 122.299 offerti.

L'offerta presentata dalla Ditta Medical System non soddisfa i requisiti minimi del capitolato e risulta numericamente incongrua per le quantità offerte.

SIEMENS HEALTHCARE:

L'offerta della Ditta Siemens non può essere presa in considerazione poiché all'interno della documentazione di cui alla busta B (offerta tecnica) si rilevano inequivocabilmente riferimenti diretti all'offerta economica.

La Commissione pertanto esclude entrambe le ditte concorrenti per le motivazioni sopra esposte alla successiva fase di gara.

La seduta si chiude alle ore 16.00

Letto, approvato e sottoscritto:

| | | |
|------------|--------------------------|-----|
| Presidente | Dott.ssa Fiorella Bottan | fto |
| Componente | Dott.ssa Carlotta Maida | fto |
| Componente | Dott.ssa Tiziana Pisani | fto |

SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Christiana Carciofali

fto

SEGRETARIA AGGIUNTA
Scoppetti Barbara

fto

PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER L'ACQUISIZIONE IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI E REAGENTI OCCORRENTI ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI

VERBALE N. 4 DEL 26/04/2023

Il giorno 26 Aprile 2023 alle ore 11.00 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 si è riunita in seduta riservata la Commissione nominata con Deliberazione n. 111 del 9/2/2023, per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici e reagenti occorrenti alla UOC di Patologia Clinica, suddivisa in n.4 lotti.

La Commissione è così composta:

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| Dott.ssa Fiorella Bottan | Dirigente medico c/o UOC Patologia Clinica | Presidente |
| Dott.ssa Carlotta Maida | Dirigente medico c/o UOC Patologia Clinica | Componente |
| Dott.ssa Tiziana Pisani | Dirigente medico c/o UOC Patologia Clinica | Componente |
| Sig.ra Christiana Carciofali | Assistente Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi | Segretaria |
| Sig.ra Scoppetti Barbara | Collaboratore Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi | Segretaria aggiunta |

Il Presidente accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione dispone l'avvio della seduta riservata.

La Commissione procede quindi alla lettura ed all'analisi dell'offerta tecnica presentata dalla Ditta THE BINDING SITE SRL in riferimento al lotto n. 3 _ Sistema automatizzato per le studio delle proteine in vari liquidi biologici, al fine di assegnare i relativi punteggi di qualità secondo quanto prescritto nella lex specialis di gara.

La Commissione evidenzia nel merito quanto di seguito dettagliatamente riportato:

1. In merito alla postilla presente nell'offerta tecnica di Binding Site che prevede: "Eventuale ulteriore materiale necessario per l'esecuzione degli esami, vi sarà fornito gratuitamente a titolo di sconto merce, dietro vostra specifica richiesta", la Commissione ritiene che sia inapplicabile in quanto non è in grado di stabilire se gli stessi materiali siano stati quotati nell'offerta economica e quindi non possono essere accettati come fornitura in sconto merce.

SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Christiana Carciofali

fto

SEGRETARIA AGGIUNTA
Scoppetti Barbara

fto

Componente Dott.ssa Carlotta Maida fto

Componente Dott.ssa Tiziana Pisani fto

SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Christiana Carciofali

fto

SEGRETARIA AGGIUNTA
Scoppetti Barbara

fto

| CRITERI DI VALUTAZIONE | | P.MAX | Formula | BECKMAN COULTER | Motivazione | BECTON DICKINSON ITALIA | Motivazione |
|------------------------|--|-------|---------|-----------------|---|-------------------------|--|
| 1 | Specificare il numero di fluorescenze con marcatura CE-IVD degli analizzatori per diagnostica avanzata | 8 | A | 8 | 13 parametri di fluorescenza | 7,3846 | 12 parametri di fluorescenza |
| 2 | Descrivere le caratteristiche del sistema di rilevazione per gli analizzatori di diagnostica avanzata | 5 | E | 5 | ottimo (1)_ Lettura con fotodiodi che permettono una capacità di risoluzione del segnale elettrico in un più ampio range di linearità anche su lunghezze d'onda elevate | 3,75 | buono (0,75)_ Lettura con fotomoltiplicatori |
| 3 | Volume minimo del campione in ml su analizzatori di diagnostica avanzata | 4 | C | 0,4 | Volume minimo 0,01 ml | 4 | Volume minimo 0,001 ml |
| 4 | Indicare la potenza dei laser sugli analizzatori di diagnostica avanzata di tutte le lunghezze d'onda espressa in mW | 6 | A | 6 | Potenze: 50 (su 488); 50(su 640); 80 (su 405) | 3,33 | Potenze: 20 (su 488); 40(su 640); 40 (su 405) |
| 5 | Velocità di flusso espressa in ml/secondo sugli analizzatori diagnostica avanzata | 4 | A | 2,08 | Velocità di flusso: 10 30 60 | 4 | Velocità di flusso: 12 60 120 |
| 6 | Indicare numero dei canali di fluorescenza sugli analizzatori diagnostica avanzata | 5 | A | 5 | il n. di canali di fluorescenza riportati sulle schede sono 16.777.216 | 0,078125 | il n. di canali di fluorescenza riportati sulle schede sono 262.144 |
| 7 | Caratteristiche dello strumento dedicato all'analisi Immunofenotipo di base con preparazione a bordo dei campioni | 4 | E | 4 | ottimo (1) | 4 | ottimo (1) |
| 8 | Connessione degli strumenti dedicati alla routine dell'Immunofenotipo di base diretta al LIS senza utilizzo di middleware Si: 3p No 0p | 3 | B | 3 | Connessione diretta al Lis | 0 | Connessione mediata da middleware |
| 9 | Descrivere le modalità di misura della conta assoluta per immunofenotipo di base TBNK | 8 | E | 6 | buono (0,75) _ conta cellula/microlitro | 8 | ottimo (1) _ L'utilizzo di biglie dedicate consente il calcolo delle sottopopolazioni per unità di volume di campione biologico utilizzato |
| 10 | Preparatore per campioni di diagnostica avanzata con integrato un modulo di lavaggio dei campioni Si:5p No:0p | 5 | B | 5 | | 0 | Non ha modulo di lavaggio integrato |
| 11 | Descrivere il flusso di lavoro da preparatore ad analizzatore | 8 | E | 8 | ottimo (1) | 8 | ottimo (1) |
| 12 | Disponibilità di miscele essiccate/ liofilizzate customizzabili a 8—10 colori per la diagnostica avanzata Si: 3p No:0p | 3 | B | 3 | | 3 | |
| 13 | Tempi di intervento tecnico migliorativi rispetto a quanto richiesto come requisito minimo | 3 | C | 3 | tempo intervento tecnico entro 8 ore | 1 | tempo intervento tecnico entro 24 ore |
| 14 | Modalità con cui verrà erogato il servizio di assistenza tecnica e manutenzione | 2 | E | 2 | ottimo (1) | 2 | ottimo (1) |
| 15 | Modalità con cui verrà erogato il servizio di formazione e supporto specialistico | 2 | E | 2 | ottimo (1) | 2 | ottimo (1) |
| | | | | | 62,48 | 50,542725 | |

Formula A $PT_{criterio} = PT_{MAX} \times (Val_{iesimo} / Val_{max})$

| CRITERI DI VALUTAZIONE | | P.MAX | Formula | BECKMAN COULTER | Motivazione | BECTON DICKINSON ITALIA | Motivazione |
|------------------------|--|-------|---------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Formula B | Presenza del requisito_ attribuzione punteggio max/Assenza del requisito_ punteggio 0 | | | | | | |
| Formula C | Ptcriterio iesimo= PTMAX X (Val min/Val iesimo) | | | | | | |
| Formula E | Ptcriterio iesimo=PTMAX X K (k= coefficiente attribuito collegialmente e discrezionalmente dai commissari) Ottimo:1; Buono:0,75; Discreto:0,50; Sufficiente:0,25 Non adeguato:0 | | | | | | |

PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER L'ACQUISIZIONE IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI E REAGENTI OCCORRENTI ALLA UOC PATOLOGIA CLINICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI ADDOLORATA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI

VERBALE N. 6 DEL 05/05/2023

Il giorno 5 Maggio 2023 alle ore 11.06 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, Via dell'Amba Aradam, 9 si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione nominata con Deliberazione n. 111 del 9/2/2023, per l'esame delle offerte relative alla procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici e reagenti occorrenti alla UOC di Patologia Clinica, suddivisa in n.4 lotti.

La Commissione è così composta:

| | | |
|------------------------------|--|---------------------|
| Dott.ssa Fiorella Bottan | Dirigente medico c/o UOC Patologia Clinica | Presidente |
| Dott.ssa Carlotta Maida | Dirigente medico c/o UOC Patologia Clinica | Componente |
| Dott.ssa Tiziana Pisani | Dirigente medico c/o UOC Patologia Clinica | Componente |
| Sig.ra Christiana Carciofali | Assistente Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi | Segretaria |
| Sig.ra Scoppetti Barbara | Collaboratore Amministrativo c/o UOC Acquisizione Beni e Servizi | Segretaria aggiunta |

Il Presidente accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione dispone l'avvio della seduta riservata.

La Commissione registra sul Sistema per gli acquisti telematici della Regione Lazio (STELLA) i punteggi qualità complessivi assegnati per i lotti n. 1 e n. 4 alle ditte concorrenti ed esclude dalla partecipazione alla valutazione economica, per le motivazioni dettagliatamente riportate nei verbali n. 3 e n. 4, le ditte elencate nella tabella sotto riportata, limitatamente ai lotti ivi indicati:

LOTTO N. 2 _MEDICAL SYSTEMS
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.

LOTTO N. 3_ THE BINDING SITE SRL

Successivamente alla chiusura della valutazione tecnica, la Commissione apre le buste economiche presentate dalle Ditte concorrenti attraverso la piattaforma telematica e approva l'aggiudicazione della

fornitura generata dal sistema il cui rank è riportato nel prospetto allegato al presente verbale che ne forma parte integrante e sostanziale (all.:1).

La seduta si chiude alle ore 12.21

Letto, approvato e sottoscritto:

| | | |
|------------|--------------------------|-----|
| Presidente | Dott.ssa Fiorella Bottan | fto |
| Componente | Dott.ssa Carlotta Maida | fto |
| Componente | Dott.ssa Tiziana Pisani | fto |

SEGRETARIA VERBALIZZANTE
Christiana Carciofali

fto

SEGRETARIA AGGIUNTA
Scoppetti Barbara

fto

| Numero Lotto | Stato Lotto | Fornitore | Stato Offerta | Rank | Punteggio Totale | Punteggio Tecnico | Punteggio Economico | Valore Offerta | Base d'asta | Ribasso % | Ribasso |
|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 4 | Valutato | DiaSorin Italia S.p.A. | Aggiudicatario proposto | 1 | 100,00 | 70,00 | 30,00 | 179.850,00 | 180000 | 0,08333 | 150 |
| 1 | Valutato | Beckman Coulter | Aggiudicatario proposto | 1 | 94,88 | 70,00 | 24,88 | 942.900,00 | 1050000 | 10,20 | 107100 |
| 1 | Valutato | BECTON DICKINSON ITALIA | II Classificato | 2 | 86,62 | 56,62 | 30,00 | 894.300,00 | 1050000 | 14,82857 | 155700 |

| Numero Lotto | Stato Lotto | Fornitore | Stato Offerta | Rank | Punteggio Totale | Punteggio Tecnico | Punteggio Economico | Valore Offerta | Base d'asta | Ribasso % | Ribasso |
|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|---------|
| 4 | Valutato | DiaSorin Italia S.p.A. | Aggiudicatario proposto | 1 | 100,00 | 70,00 | 30,00 | 179.850,00 | 180000 | 0,08333 | 150 |
| 1 | Valutato | Beckman Coulter | Aggiudicatario proposto | 1 | 94,88 | 70,00 | 24,88 | 942.900,00 | 1050000 | 10,20 | 107100 |
| 1 | Valutato | BECTON DICKINSON ITALIA | II Classificato | 2 | 86,62 | 56,62 | 30,00 | 894.300,00 | 1050000 | 14,82857 | 155700 |