

UOSD Ingegneria Clinica HTA

## AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Affidamento del Servizio di fornitura e installazione di n.4 sorgenti di iridio all'anno per due anni sul sistema per Brachiterapia Varian in uso presso la UOC Radioterapia Oncologica dell'A.O. San Giovanni Addolorata di Roma

Con riferimento all'avviso in oggetto si precisa quanto segue:

- la sorgente è attiva a 10 Ci pari a 370 GBq;
- > la forma viene definita come "Special form";
- > il servizio richiesto comprende anche il ritiro e lo smaltimento della vecchia sorgente

Il Dirigente Ing. Stefano LAZZARI