



UOSD Ingegneria Clinica

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**Fornitura n.1 Fantoccio 3D per la verifica dei piani di trattamento, per le esigenze della UOSD Fisica Medica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata**

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, intende procedere all'effettuazione di una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, al fine di individuare le aziende in grado di fornire n.1 Fantoccio 3D per la verifica dei piani di trattamento per le esigenze della UOSD Fisica Medica.

Stante la necessità di avviare nel breve periodo le attività di *commissioning* di un nuovo acceleratore lineare, detta consultazione ha come finalità l'avvio di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii così come modificato temporaneamente dall'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, con base d'asta pari a €90.000,00 + IVA, nel più breve tempo possibile.

La tecnologia dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- 1) Adatto per piani IMRT e VMAT
- 2) Adatto per fasci di fotoni con e senza flattering filter
- 3) Verifica della dose con confronto fra la distribuzione di dose 3D su fantoccio calcolata dal TPS e quella misurata
- 4) Acqua equivalente
- 5) Dimensione del campo radiante misurato almeno 20 cm x 20 cm
- 6) Sistema che effettua misure di dose assoluta
- 7) Sistema con almeno 1000 punti di acquisizione
- 8) Completo di carrello per la movimentazione
- 9) Completo di SW e PC dedicato
- 10) Completo di interfaccia con la rete aziendale e applicativo Aria

Le aziende interessate possono inviare entro le ore 13:00 del 24/02/2023 alla casella di posta certificata ao_sga@pec.hsangiovanni.roma.it, e al seguente indirizzo e-mail slazzari@hsangiovanni.roma.it citando il protocollo di cui al presente avviso, i seguenti allegati:

- Proposta di preventivo
- Tempi di consegna (i quali dovranno essere i più rapidi possibili)
- Adeguata documentazione tecnica (schede tecniche, manuali d'uso, ecc.) che comprovi la rispondenza ai requisiti minimi sopra elencati
- Dichiarazione esplicita di rispondenza ai requisiti minimi sopra indicati

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare la UOSD di Ingegneria Clinica tel. 06.77053508/3505, e-mail slazzari@hsangiovanni.roma.it cdanna@hsangiovanni.roma.it

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'espletamento della consultazione preliminare di mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi.

L'Azienda Ospedaliera avrà cura di pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo aziendale ove viene pubblicato il presente avviso, eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione all'indagine conoscitiva: se ne consiglia pertanto la consultazione quotidiana.

Il Dirigente
Ing. Stefano LAZZARI