



## AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

**Fornitura n.1 Fantoccio 3D per la verifica dei piani di trattamento, per le esigenze della UOSD Fisica Medica dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata**

### CHIARIMENTI

**Q1:** *In riferimento alla procedura in oggetto e in relazione ai requisiti minimi indicati, si chiede di confermare che siano accettate soluzioni alternative, ma idonee ad eseguire la stessa funzione, secondo il principio di equivalenza, art. 68 d.lgs. n. 50/2016*

**R1:** Si conferma che ai sensi dell'art.68 comma 7 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, che "... le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche."

**Q2:** *In riferimento al punto "10) Completo di interfaccia con la rete aziendale e applicativo ARIA", si chiede di specificare la tipologia di interfaccia richiesta, in particolare se si riferisce ad una comunicazione del sistema offerto con la rete aziendale ed i sistemi ad essa collegati o altro.*

**R2:** Il sistema deve poter importare nella maniera quanto più automatica possibile i file DICOM inseriti nelle cartelle condivise presenti nella rete aziendale

Il Dirigente

Ing. Stefano LAZZARI