

RIF.TO	FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE NECESSARI PER LA GESTIONE DEI FARMACI SPERIMENTALI
1	SISTEMA A SCAFFALATURA: Struttura componibile in metallo a ripiani a ripiani regolabili dimensioni: larghezza 390 cm circa - altezza max 220 cm - profondità max 60cm struttura senza ante
2	SISTEMA A SCAFFALATURA: Struttura componibile in metallo a ripiani regolabili dimensioni: larghezza 400 cm circa - altezza max 220 cm - profondità max 50 cm struttura senza ante
3	FRIGORIFERO FARMACI: Campo Temperatura +2 / +15 °C; Dimensioni d'ingombro (L x P x H) cm 150 circa x 83 x 207; Porta n.2 porte in vetro temprato; Allestimento n.6 ripiani circa; Allarmi: Acustico-visivi per temperature e guasti, con registrazione automatica Termostato di sicurezza; Registrazione dati ed eventi su sd card; flash memory. Grafico temperature visibile a display. Connettività: Porte USB-SD-SIM. Cassetto estraibile in alluminio con divisori. Serratura elettronica. Batterie a Tampon. Monitor. Modulo GSM. Modulo Wi-fi. Garanzia come da documento "Capitolato prestazionale standard"
4	ARMADIO PER FARMACI CHEMIOTERAPICI: dimensioni esterne dell'armadio circa: larghezza 150 cm , profondità 60 cm, altezza 200 cm; deve essere costruito totalmente in acciaio, in grado di impedire la fuoriuscita di gas o liquidi contenuti nel suo interno; deve essere dotato di ante scorrevoli o a battente con vetri di sicurezza a doppio strato, complete di maniglie con chiusura di sicurezza e serratura; l'apertura adeguata della/e porta/e se a battente deve permettere l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare; deve essere dotato di 3 ripiani di ritenzione in acciaio inox, ad altezza regolabile e con uno spessore che consenta il contenimento dei liquidi in caso di rottura o di spandimenti dai contenitori; l'armadio deve essere provvisto di piedini alla base per la corretta messa a livello; deve essere dotato di aspiratore, filtro assoluto HEPA e filtro a carbone ad elevata superficie filtrante; l'armadio deve essere conforme alla normativa vigente EN 61010-1 CEI 66-5 e ai DPR 303/56 e DPR 577/82 e deve possedere il marchio CE.