

VERBALE N. 2

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Lenti Intraoculari, viscoelastici e fili di sutura occorrenti alla UOC Oculistica dell'A.O. San Giovanni Addolorata suddivisa in 19 lotti. Durata ventiquattro mesi (24). Importo biennale a base d'asta Euro 873.531,54 IVA esclusa, pari a Euro 942.048,4837IVA inclusa (di cui Euro 714.480,00con Iva al 4%

L'anno **duemila ventitre** il giorno **28** del mese di **luglio** alle ore 08:30, nella sala gare presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si è riunita la Commissione per l'esame della valutazione delle offerte tecniche relativa alla procedura di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto in favore dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, per la durata di mesi 24.

La Commissione, nominata con Delibera n. 472.DG del 25.05.2023, è così composta:

Dott. Augusto Pocobelli	Direttore U.O.C. Oculistica	Presidente
Dott.ssa Agata Santina Palumbo	Dirigente Farmacista c/o la UOC Farmacia	Componente
Dott.ssa Sabrina Travain	CPSI C.O. OCULISTICA	Componente
Dott.ssa E. Alexandra Preda	Assistente Amministrativo c/o U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 08.50 il Presidente verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione prende atto della ricezione della campionatura trasmessa dalle ditte di seguito elencate, che è stata valutata in sala operatoria:

DITTA	LOTTO
TEC MED SRL	9 – 10 – 15 – 16 – 17 – 18 - 19
ALCON ITALIA SPA	10 – 13 – 16 – 17 - 19
BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD	10
DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L.	10 – 13 – 15 – 17 - 18
FELICI SRL	15 – 17 – 18 - 19
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	15 – 16 – 17 – 18 – 19
OPTARISTON OFTALMOLOGIA	17 – 18 - 19
Elemed Srl	14 – 15 – 16 – 17 – 18 - 19
Bio Sud Medical Systems srl	14 – 15 – 16 – 17 – 18 - 19
B.BRAUN MILANO SPA	15 – 16 - 17
FIDIA FARMACEUTICI	10

La Commissione procede i lavori esaminando le schede tecniche dei lotti n. 1 e 2 assegnando relativi punteggi di qualità secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di Gara, dettagliatamente riportati nelle

schede di valutazione qualitativa allegate al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La Commissione evidenzia nel merito quanto di seguito dettagliatamente riportato:

1. **LOTTO 2:** *Lente intraoculare da camera posteriore per facoemulsificazione, acrilica idrofoba, pieghevole monomateriale, asferica, filtro UV ottica 6,0 mm, lung. tot. 13.0 mm, range diottrico da +6 a + 30 (incremento 0,5 dpt) Precaricata in iniettore con movimento sia a vite che a pressione, per incisioni non superiore a 2 mm . L'aggiudicatario dovrà fornire in comodato gratuito N° 1 Biometro ottico.*

a) DITTA ALCON ITALIA SPA: La lente offerta presenta un diametro di incisione minimo di ≥ 2.2 mm, pertanto non corrispondente a quanto richiesto nel Capitolato tecnico.

L'offerta presentata dalla ditta Alcon Italia spa non soddisfa i requisiti minimi del capitolato.

La Commissione pertanto esclude la concorrente Alcon Italia spa per le motivazioni sopra esposte alla successiva fase di gara.

La seduta riservata si chiude alle ore 10:20.

Letto, approvato e sottoscritto:

- Dott. Augusto Pocobelli - Presidente _____
- Dott.ssa Agata Santina Palumbo - Componente _____
- Dott.ssa Sabrina Travain - Componente _____
- Dott.ssa E. Alexandra Preda – Il segretario _____

<p>Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura</p> <p style="text-align: center;">VERBALE 2</p>													<p style="text-align: center;">ALCON ITALIA SPA Milano (MI), Viale Luigi Sturzo nr. 43 P.iva IT07435060152 PEC: gare@alcon-pec.it Registro di Sistema offerta: PIO49468-23</p>		
N. Lotto	Nome e descrizione del lotto	APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO E CONFEZIONAMENTO	U.M.	fabbr. annuo	Q.tà 24 mesi	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTECIPANTI	CRIT.	P.MAX	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico
1	Lente intraoculare da camera posteriore per faecoemulsificazione, acrilica idrofoba, pieghevole 3 pezzi, filtro UV ottica 6,0 mm, anse PMMA ang. 10°, lung. tot. 13.0 mm, range diottrico da -5,00 a + 5,00 (incremento 1 dpt) e da +6 a + 30 (incremento 0,5 dpt). <u>Dovranno essere forniti iniettori pluriuso/monouso e se necessari cartridge senza nessun ulteriore onere rispetto al prezzo offerto per la lenti. In caso di iniettori monouso il rapporto è di 1 a 1 (una lente e un iniettore monouso). In caso di iniettori pluriuso la dotazione verrà concordata successivamente con la struttura.</u>		pz	100	200	75,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00	9660296871	ALCON ITALIA SPA	A		AcrySof® 3pezzi cod. MA60MA e MA60AC e relativi accessori, Cartuccia "B" (viola) cod. 8065977758 e Iniettore Monarch® III cod. 8065977773:		
	Qualità del prodotto: Materiali costituenti il prodotto, leggerezza, resistenza, trasparenza, caratteristiche tecniche, innovazioni tecniche sotto il profilo rischi/beneficio con particolare riguardo al sistema di iniezione.										A	30	Non presenta innovazioni tecniche	0,75	22,50
	Caratteristiche funzionali: scorrevolezza, resistenza meccanica della lente, facilità d'inserzione e posizionamento, elasticità delle anse, sicurezza e precisione dell'impianto, tecnologia utile al corretto e sicuro impiego										A	20		1	20,00
	Qualità del confezionamento: facilità di apertura, accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio, istruzioni per l'uso, etichettatura.										A	10		1	10,00
	Letteratura (prodotta in data non anteriore al 2015) relativa al dispositivo presentato o ai suoi analoghi precedenti. La commissione attribuirà il punteggio con riferimento alla numerosità della casistica, impact factor della rivista, disegno dello studio, durata del follow-up, complessità della popolazione studiata etc.										A	10		1	10,00
Totale valutazione qualitativa												70			62,50
MOTIVAZIONI															

VERBALE 2													a cura della ditta concorrente			a cura della ditta concorrente			
Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura													ALCON ITALIA SPA Milano (MI), Viale Luigi Sturzo nr. 43 P.iva IT07435060152 PEC: gare@alcon-pec.it Registro di Sistema offerta: PI049468-23			OPTARISTON OFTALMOLOGIA ROMA in Via Modena n. 26 (00184) P.iva IT03751551007 PEC: ufficio.gare@pec.optariston.com Registro di Sistema offerta: PI049766-23			
N. Lotto	Nome e descrizione del lotto	APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO E CONFEZIONAMENTO	U.M.	labb. annuo	Q.tà 24 mesi	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTECIPANTI	CRIT.	P.MAX	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	
2	Lente intraoculare da camera posteriore per facemulsificazione, acrilica idrofoba, pieghevole monomateriale, asferica, filtro UV ottica 6,0 mm, lung. tot. 13,0 mm, range diottrico da +6 a +30 (incremento 0,5 dpt) Pre-caricata in iniettore con movimento sia a vite che a pressione, per incisioni non superiore a 2 mm. L'aggiudicatario dovrà fornire in comodato gratuito N°1 Biometro ottico	L'aggiudicatario dovrà fornire in comodato d'uso gratuito 1 biometro ottico	pz	2.000	4.000	95,00	€ 190.000,00	€ 380.000,00	96603125A6		A		AcrySof® IQ Clear UltraSert® cod. ACU0T0 Argos® Biometro cod. 8065000006 Tavolo Argos® cod. 8065000247			Lente intraoculare Nanex™ multiSert+™ Hoya Codice: NC1-SP (Clear)/NY1-SP (Yellow) Strumento in comodato d'uso: Biometro ottico mod. OA-2000 Tomey			
	Qualità del prodotto: Materiali costituenti il prodotto, leggerezza, resistenza, trasparenza, caratteristiche tecniche, innovazioni tecniche sotto il profilo rischi/beneficio con particolare riguardo al sistema di iniezione.											30	ESCLUSA				1	30	
	Caratteristiche funzionali: scorrevolezza, resistenza meccanica della lente, facilità d'inserzione e posizionamento, elasticità delle anse, sicurezza e precisione dell'impianto, tecnologia utile al corretto e sicuro impiego											20						1	20
	Qualità del confezionamento: facilità di apertura, accorgimenti per il mantenimento della sterilità in campo operatorio, istruzioni per l'uso, etichettatura											10						1	10
	Letteratura (prodotta in data non anteriore al 2015) relativa al dispositivo presentato o ai suoi analoghi precedenti. La commissione attribuirà il punteggio con riferimento alla numerosità della casistica, impact factor della rivista, disegno dello studio, durata del follow-up, complessità della popolazione studiata etc.											10						1	10
Totale valutazione qualitativa											70,00							70	
MOTIVAZIONI													Per l'utilizzo clinico è necessaria un'incisione a 2.2 mm. La richiesta è per incisione non superiore a 2 mm.						