

## VERBALE N. 4

**Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Lenti Intraoculari, viscoelastici e fili di sutura occorrenti alla UOC Oculistica dell'A.O. San Giovanni Addolorata suddivisa in 19 lotti. Durata ventiquattro mesi (24). Importo biennale a base d'asta Euro 873.531,54 IVA esclusa, pari a Euro 942.048,4837IVA inclusa (di cui Euro 714.480,00 con Iva al 4%)**

L'anno **duemila ventitre** il giorno **04** del mese di **agosto** alle ore 08:40, presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si è riunita la Commissione per l'esame della valutazione delle offerte tecniche relativa alla procedura di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto in favore dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, per la durata di mesi 24.

La Commissione, nominata con Delibera n. 472.DG del 25.05.2023, è così composta:

Dott. Augusto Pocobelli	Direttore U.O.C. Oculistica	Presidente
Dott.ssa Agata Santina Palumbo	Dirigente Farmacista c/o la UOC Farmacia	Componente
Dott.ssa Sabrina Travain	CPSI C.O. OCULISTICA	Componente
Dott.ssa E. Alexandra Preda	Assistente Amministrativo c/o U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 08.40 il Presidente verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione ha valutato in sala operatoria i campioni relativi ai lotti 14,15 e 16.

La Commissione procede i lavori esaminando le schede tecniche dei lotti n. 14, 15 e 16 al fine di assegnare i relativi punteggi di qualità secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di Gara, dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione allegate al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La Commissione evidenzia nel merito quanto di seguito dettagliatamente riportato:

1. LOTTO 14 *“Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata AGO CAL 6/0 C/A 8MM CILINDRICO LUNGHEZZA 45 CM CND= H010101020201 ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO MONTATO”*
  - a) DITTA BIO SUD MEICAL SYSTEMS SRL: Come specificato nei chiarimenti Registro di Sistema Quesito n. PI034953-23 e n. PI030121-23 le tipologie di ago richieste erano due : curvatura 1/2 cerchio e curvatura 1/4 cerchio. La ditta ha presentato esclusivamente ago 1/4 cerchio, pertanto non corrispondente a quanto richiesto;
  - b) DITTA ELEMED SRL: Come specificato nei chiarimenti Registro di Sistema Quesito n. PI034953-23 n. PI030121-23 le tipologie di ago richieste erano due : curvatura 1/2 cerchio e curvatura 1/4 cerchio. La ditta ha presentato esclusivamente ago 1/2 cerchio, pertanto non corrispondente a quanto richiesto;

Le offerte presentate dalle ditte Bio Sud Medical Systems srl e Elemed srl non soddisfano i requisiti minimi del capitolato.

2. LOTTO 15: “Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata AGO CAL 7/0 C/A 17MM CILINDRICO LUNGHEZZA 45 CM CND= H010101020201 ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO MONTATO”
- a) DITTA ELEMED SRL : A parità di codice la scheda tecnica riporta un filo di lunghezza 45 cm. La campionatura di prova (medesimo codice) riporta 30 cm. Pertanto si esclude per difetto del filo e incongruità con la scheda tecnica;
  - b) DITTA DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL: Le dimensioni dell’ago proposto non corrispondono a quanto richiesto: richiesto ago 6,5 mm (chiarimento registro di sistema quesito n. PI034953-23 e chiarimento registro di sistema quesito n. PI030125-23) presentato ago 6 mm;
  - c) DITTA TEC MED SRL: Le dimensioni dell’ago proposto non corrispondono a quanto richiesto: richiesto ago 6,5 mm cerchio 3/8 (chiarimento registro di sistema quesito n. PI034953-23 e chiarimento registro di sistema quesito n. PI030125-23) presentato ago 8 mm cerchio ½;
  - d) DITTA FELICI SRL: Le dimensioni dell’ago proposto non corrispondono a quanto richiesto. Richiesto ago 6,5 mm (chiarimento registro di sistema quesito n. PI034953-23 e chiarimento registro di sistema quesito n. PI030125-23) presentato ago 6 mm;

Le offerte presentate dalle ditte ELEMED SRL, DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL, FELICI SRL, TEC MED srl non soddisfano i requisiti richiesti.

3. LOTTO 16: “Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata AGO CAL 10/0 DOPPIO 16MM CND= H010201010401 POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA”
- a) DITTA ALCON ITALIA SPA: Non corrispondente a quanto richiesto. Richiesto (Chiarimenti Registro Sistema Quesito n. PI034953-23, N. PI030134-23, N. PI031796-23) 2 aghi retti, presentato 1 ago retto e 1 ago curvo

L’offerta presentata dalla ditta Alcon Italia spa non soddisfa i requisiti richiesti.

La Commissione pertanto esclude le concorrenti elencate per le motivazioni sopra esposte alla successiva fase di gara.

La seduta riservata si chiude alle ore 11:25.

Letto, approvato e sottoscritto:

- Dott. Augusto Pocobelli - Presidente \_\_\_\_\_
- Dott.ssa Agata Santina Palumbo - Componente \_\_\_\_\_
- Dott.ssa Sabrina Travain - Componente \_\_\_\_\_
- Dott.ssa E. Alexandra Preda – Il segretario \_\_\_\_\_

<b>Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura</b>													a cura della ditta concorrente			a cura della ditta concorrente		
													Bio Sud Medical Systems srl			ELEMED SRL		
													Modugno (BA) - Via Dei Fabbri, 23/25 - Zona Artig. ASI			NAPOLI, Via GRAMSCI, n.13 80122		
													P.iva IT03225090723			P.iva IT08462901003		
													PEC: biosudbari@pec.it			PEC: elemedpec@pec.elemed.it		
Registro di Sistema offerta: PI049222-23													Registro di Sistema offerta: PI049222-23					
N. Lotto	Nome e descrizione del lotto	APPARECCHIATURA IN CONDOCATO D'USO GRATUITO E CONFEZIONAMENTO	U.M.	Isob. annuo	Q.tà 24 mesi	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTECIPANTI	CRIT.	P.MAX	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIE NTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFIC IENTE	Punteggio tecnico
14	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata AGO CAL 6/0 C/A 8MM CILINDRICO LUNGHEZZA 45 CM CND= H010101020201 ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO MONTATO			132	264	6,31	€ 833,05	€ 1.666,10	96613405F8		C		BIOCRYL - CODICE: BC9E6CVD - Sutura Biocryl VZ 8 USP 6-0 45 cm Viola Double Armed			nome comm: SURGICRYL 910: cod prod: O910061		
	Proprietà fisico - meccaniche e biologiche del filo da sutura										C	30	ESCLUSA			ESCLUSA		
	Proprietà fisico - meccaniche e biologiche dell'ago										C	30						
	Funzionalità della confezione										C	5						
	Servizio post - vendita										C	5						
	<b>Totale valutazione qualitativa</b>											70,00						
	<b>MOTIVAZIONI</b>												Come specificato nei chiarimenti Registro di Sistema Quesito n. PI034953-23 e n. PI030121-23 dovevano essere offerte due tipologie di ago: 1/2 cerchio e 1/4 cerchio. La ditta ha presentato esclusivamente ago 1/4 cerchio			Come specificato nei chiarimenti Registro di Sistema Quesito n. PI034953-23 e n. PI030121-23 dovevano essere offerte due tipologie di ago: 1/2 cerchio e 1/4 cerchio. La ditta ha presentato esclusivamente ago 1/2 cerchio		

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura													A cura della ditta concorrente			A cura della ditta concorrente			A cura della ditta concorrente			A cura della ditta concorrente				
													Bio Sud Medical Systems srl Mediagene (BA) - Via. De' Fabbrini, 23/25 - Zona Artia. AS P.iva 0703225067023 PEC: biosudbari@pec.it Registro di Sistema offerta: P049222-23			ELEMED SRL NAPOLI, Via GRAMSCI, n.13 80122 P.iva 0706262061003 PEC: elemedpec@pec.elemed.it Registro di Sistema offerta: P049222-23			DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL LOCATE DI TRIVULZI (MI), Via. PELLUZZA DA VOLPEDO 109 P.iva 071873802154 PEC: DIEMME.DISPOSITIVI@LEGALMAIL.IT Registro di Sistema offerta: P048260-21			TEC MED SRL In Roma, Via Ippolito Nievo n.4 P.iva 070162341007 e c.f. 06859310581 PEC: tecmed@legalmail.it Registro di Sistema offerta: P049242-23				
N. LOTTO	Nome e descrizione del lotto	APPARECCHIATURA IN CONDOTTO DISSO GIBRISTO E CONFEZIONAMENTO	U.M.	Ind. Anni	Q.tà 24 mesi	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTICIPANTI	CRIT.	P.MAX	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico		
15	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata AGO CAL 7/0 C/A 17MM CLINDRICO LUNGHEZZA 45 CM CND+ H010101020201 ACIDO POLIGLUCOLICO CON AGO LATTICO MONTATO			420	840	13,58	€ 5.703,60	€ 11.407,20	966130E39		C		GLYCO - CODICE: GY9A7CVD - Sutura Glyco DZ 6,5 USP 7- Ø 45 cm Viola Double Armed			nome comm: SURGICRYL 910: cod prod: 0910061			CODICE: 0910072 SUTURE SURGICRYL® 910 Polyglytine. Sutura chirurgica multi-filamento, intrecciata, rivestita, riassorbibile, sterile			Sutura chirurgica cod. 091007				
	Proprietà fisico - meccaniche e biologiche del filo di sutura										C	30			1,00	30	ESCLUSA			ESCLUSA			ESCLUSA			
	Proprietà fisico - meccaniche e biologiche dell'ago										C	30			1,00	30										
	Funzionalità della confezione										C	5			1,00	5										
	Servizio post - vendita										C	5	RELAZIONE SERVIZIO POST VEDITA SCARNA		0,25	1,25										
	Totale valutazione qualitativa											70,00														
	MOTIVAZIONI															A parità di codice la scheda tecnica riporta un filo di lunghezza 45 cm. La campimatura di prova (medesima codice) riporta 30 cm. Pertanto si esclude per difetto del filo e incongruità con la scheda tecnica			DIMENSIONI AGO PROPOSTO NON CORRISPONDE A QUANTO RICHIESTO. RICHIESTO AGO 6,5 MM (Chiarimento Registro di Sistema questo n. P034953-23 e chiarimento registro di sistema questo n. P030125-23) PRESENTATO AGO 6 MM			DIMENSIONI AGO PROPOSTO NON CORRISPONDE A QUANTO RICHIESTO. RICHIESTO AGO 6,5 MM CERCHIO 3/8 (Chiarimento Registro di Sistema questo n. P034953-23 e chiarimento registro di sistema questo n. P030125-23) PRESENTATO AGO 8 MM CERCHIO 1/2				

**Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura**

												a cura della ditta concorrente			a cura della ditta concorrente			a cura della ditta concorrente			
												B.BRAUN MILANO SPA Milano, Via Vincenzo da Sereqno 14 P.iva IT00674840152 PEC: bbraun-mi@requisitopen.it Registro di Sistema offerta: PIG48055-23			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA POMEZIA (RM), Via DEL MARE N. 56 P.iva IT08082461008 PEC: johnsonjohnsonmedical@postecert.it Registro di Sistema offerta: PIG49496-23			FELICI SRL - AVV.FAM SRL AFFILE (RM), Via B. TITOCCI 3 P.iva 02145931008 e C.F. 86001740587 PEC:FELICISRL@PEC.IT Registro di Sistema offerta: PIG49663-23			
N. Lotto	Nome e descrizione del lotto	APPARECCHIATURA IN CONDATO D'USO GRATUITO E CONFEZIONAMENTO	U.M.	fabbr. anno	Q.10 24 mesi	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTECIPANTI	CRIT.	P.MAX	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico
15	Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdita di resistenza tensile rivestita e premontata AGO CAL 7/0 C/A 17MM CLINDRICO LUNGHEZZA 45 CM CND= H0103101602001 ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO MONTATO			420	840	13,58	€ 5.703,60	€ 11.407,20	9661350E39		C		NOVOSYN VIOLA7/0(0,5)45CM2XDLM6S200M-COD. 60068711			VICRYL - sutura sintetica assorbibile, copolimero ac. glicolico ac. lattico (Polyglactin 910), rivestita, medio assorbimento, intrecciato viola 45cm EP05 US97-0 doppio ago spatola MICRO-POINT 3/8c 137° 200 microns 6,5mm GS-9 - codice prodotto V546G			SURGICRYL910 codice: O910072		
	Proprietà fisico - meccaniche e biologiche del filo da sutura										C	30		1,00	30,00		1,00	30,00	ESCLUSA		
	Proprietà fisico - meccaniche e biologiche dell'ago										C	30		1,00	30,00		1,00	30,00			
	Funzionalità della confezione										C	5		1,00	5,00		1,00	5,00			
	Servizio post - vendita										C	5		1,00	5,00		1,00	5,00			
	<b>Totale valutazione qualitativa</b>											70,00			70,00			70,00			
	<b>MOTIVAZIONI</b>																		DIMENSIONI AGO PROPOSTO NON CORRISPONDE A QUANTO RICHIESTO. RICHIESTO AGO 6,5 MM(Charimento Registro di Sistema questo n. PIG4953-23 e Chiarimento registro di sistema questo n. PIG30125-23) PRESENTATO AGO 6 MM		

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura

VERBALE 4

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura													a cura della ditta concorrente			a cura della ditta concorrente			a cura della ditta concorrente		
													Bio Sud Medical Systems srl Modugno (BA) - Via Dei Fabbri, 23/25 - Zona Artig. ASI P.iva IT03225090723 PEC: biosudbarri@pec.it Registro di Sistema offerta: P1049222-23			ELEMED SRL NAPOLI, Via GRAMSCI, n.13 80122 P.iva IT08462901003 PEC: elemedpec@pec.elemed.it Registro di Sistema offerta: P1049222-23			TEC MED SRL in Roma, Via Ilaria Alpi n.4 P.iva IT01632541007 e C.F. 06859310580 PEC: tecmed@tecmol.it Registro di Sistema offerta: P1049242-23		
N. Lotto	Nome e descrizione del lotto	APPARECCHIATURA IN CONDOTTO D'USO GRATUITO E CONFEZIONAMENTO	U.M.	fabbr. anno	Q. 33 24 mesi	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTECIPANTI	CRIT.	P.MAX	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico
16	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata AGO CAL 10/0 DOPPIO 16MM CND= H010201010401 POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA			144	288	21,96	€ 3.162,24	€ 6.324,48	96613638F5		C		BIOLENE - CODICE: BE9DXQBD - Sutura Biolene GZ 16 USP 10-0-20 cm Blue Double Armed			nome comm: polypropilene; cod prod: OPP101			Sutura chirurgica cod. OPP101		
	Proprietà fisico - meccaniche e biologiche del filo da sutura										C	30		1	30		1	30		1	30
	Proprietà fisico - meccaniche e biologiche dell'ago										C	30		1	30		1	30		1	30
	Funzionalità della confezione										C	5		1	5		1	5		1	5
	Servizio post - vendita										C	5	Documentazione presentata scarna	0,25	1,25	Il servizio post - vendita non è valutabile	0	0	Documentazione presentata scarna	0,25	1,25
	Totale valutazione qualitativa											70,00			66,25			65			66,25
	MOTIVAZIONI																				

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura

**Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura**

													a cura della ditta concorrente			a cura della ditta concorrente			a cura della ditta concorrente		
													B.BRAUN MILANO SPA			JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA			ALCON ITALIA SPA		
													Milano, Via Vincenzo da Seregnio 14			POMEZIA (RM), Via DEL MARE N. 56			Milano (MI), Viale Luigi Sturzo nr. 43		
													P.iva IT00674840152			P.iva IT08082461008			P.iva IT07435060152		
													PEC: bbraun-mi@regisiterpec.it			PEC: johnson@johnsonmedical.com			PEC: ga@alcon-pec.it		
													Registro di Sistema offerta: PI048055-23			Registro di Sistema offerta: PI049496-23			Registro di Sistema offerta: PI049468-23		
N. Lotto	Nome e descrizione del lotto	APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO E CONFEZIONAMENTO	U.M.	fabbr. anno	Q.13 24 mesi	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTECIPANTI	CRIT.	P.MAX	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico
16	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in polipropilene premontata AGO CAL 10/0 DOPPIO 16MM CND: H010201010401 POLIPROPILENE MONTATO PER CHIRURGIA APERTA			144	288	21,96	€ 3.162,24	€ 6.324,48	96613638FS		C		OPTILENE 10/0(0,2)23CM 2XGLM16 150MIBLT-COD. G3095480			PROLENE - sutura sintetica non assorbibile, polipropilene, monofilo, blu 20cm SP0,2 USP10-0 doppio ago spatola MICRO-POINT retto 150 microns 16mm STC-6 codice prodotto 1713G			SC-5/AUM-5 polipropilene blu 10-0 sgd. 8065304901		
	Proprietà fisico – meccaniche e biologiche del filo da sutura										C	30		1	30		1	30	ESCLUSA		
	Proprietà fisico – meccaniche e biologiche dell'ago										C	30		1	30		1	30			
	Funzionalità della confezione										C	5		1	5		1	5			
	Servizio post – vendita										C	5		1	5		1	5			
	Totale valutazione qualitativa											70,00			70			70			
	MOTIVAZIONI																		Non corrispondente a quanto richiesto. Richiesto (Chiarimenti Registro Sistema Quesito n. PI034953-23, N. PI030134-23, N. PI031796-23) 2 aghi retti, presentato 1 ago retto e 1 ago curvo		