

VERBALE N. 5

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento della fornitura di Lenti Intraoculari, viscoelastici e fili di sutura occorrenti alla UOC Oculistica dell'A.O. San Giovanni Addolorata suddivisa in 19 lotti. Durata ventiquattro mesi (24). Importo biennale a base d'asta Euro 873.531,54 IVA esclusa, pari a Euro 942.048,4837IVA inclusa (di cui Euro 714.480,00con Iva al 4%

L'anno **duemila ventitre** il giorno **08** del mese di **settembre** alle ore 08:50, presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, si è riunita la Commissione per l'esame della valutazione delle offerte tecniche relativa alla procedura di gara per l'affidamento della fornitura in oggetto in favore dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, per la durata di mesi 24.

La Commissione, nominata con Delibera n. 472.DG del 25.05.2023, è così composta:

Dott. Augusto Pocobelli	Direttore U.O.C. Oculistica	Presidente
Dott.ssa Agata Santina Palumbo	Dirigente Farmacista c/o la UOC Farmacia	Componente
Dott.ssa Sabrina Travain	CPSI C.O. OCULISTICA	Componente
Dott.ssa E. Alexandra Preda	Assistente Amministrativo c/o U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi	Segretario

Alle ore 08.50 il Presidente verificata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dà inizio ai lavori in seduta riservata.

La Commissione ha valutato in sala operatoria i campioni relativi ai lotti 17,18 e 19.

La Commissione procede i lavori esaminando le schede tecniche dei lotti n. 17, 18 e 19 al fine di assegnare i relativi punteggi di qualità secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di Gara, dettagliatamente riportati nelle schede di valutazione allegate al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La Commissione evidenzia nel merito quanto di seguito dettagliatamente riportato:

1. LOTTO 17 *"Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata AGO CAL 0/0 CND H0102010101 POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO"*
 - a) DITTA ALCON ITALIA SPA: Come specificato nei chiarimenti Registro di Sistema Quesito n. PI034953-23, n. PI031796-23, PI031088-23, PI030136-23, la lunghezza di ago richiesta è di 6,5 mm. La Ditta ha offerto un ago da 6,19 mm, pertanto non corrispondente a quanto richiesto;
 - b) DITTA BIO SUD MEDICAL SYSTEMS SRL ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 20,00;
 - c) DITTA ELEMED SRL ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 16,25;
 - d) DITTA DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 16,25;
 - e) DITTA TEC MED SRL ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 16,25;
 - f) DITTA FELICI SRL ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 16,25.

L'offerta presentata dalle ditte ALCON ITALIA SPA non soddisfa i requisiti richiesti. Le Ditte BIO SUD MEDICAL SYSTEMS SRL, ELEMED SRL, DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL, TEC MED SRL e FELICI SRL non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti (Disciplinare di gara – ARTICOLO 10).

La Commissione di gara ritenuto necessario, incarica la segretaria di richiedere delucidazioni alla ditta B.BRAUN MILANO SPA in merito al documento "Dichiarazione di conformità CE" in quanto tra i codici elencati non è presente quello offerto.

2. LOTTO 18: "Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata AGO CAL 10/0 CND H010201010101 POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO"
- a) DITTA BIO SUD MEDICAL SYSTEMS SRL ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 20,00;
 - b) DITTA ELEMED SRL ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 16,25;
 - c) DITTA DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 16,25;
 - d) DITTA TEC MED SRL ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 16,25;
 - e) DITTA FELICI SRL ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 16,25;

Le Ditte BIO SUD MEDICAL SYSTEMS SRL, ELEMED SRL, DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL, TEC MED SRL e FELICI SRL non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti (Disciplinare di gara – ARTICOLO 10).

3. LOTTO 19: "Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta montata CAL 8/0 H010202020301 SETA MONTATA"
- a) DITTA OPTARISTON OFTALMOLOGIA SRL : Come specificato nei chiarimenti Registro di Sistema Quesito n. PI034953-23, n. PI031796-23, PI031088-23, PI030138-23, la lunghezza di ago richiesta è di 6,5 mm. La Ditta ha offerto un ago da 6,15 mm, pertanto non corrispondente a quanto richiesto;
 - b) DITTA BIO SUD MEDICAL SYSTEMS SRL ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 20,00;
 - c) DITTA ELEMED SRL ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 16,25;
 - d) DITTA TEC MED SRL ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 31,25;
 - e) DITTA FELICI SRL ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 16,25;

L'offerta presentata dalla ditta OPTARISTON OFTALMOLOGIA SRL non soddisfa i requisiti minimi richiesti. Le Ditte BIO SUD MEDICAL SYSTEMS SRL, ELEMED SRL, DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL, TEC MED SRL e FELICI SRL non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti (Disciplinare di gara – ARTICOLO 10).

La Commissione pertanto esclude le concorrenti elencate per le motivazioni sopra esposte alla successiva fase di gara.

La seduta riservata si chiude alle ore 11:50.

Letto, approvato e sottoscritto:

- Dott. Augusto Pocobelli - Presidente _____
- Dott.ssa Agata Santina Palumbo - Componente _____
- Dott.ssa Sabrina Travain - Componente _____
- Dott.ssa E. Alexandra Preda – Il segretario _____

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura VERBALE 5 E 7 B BRAJN

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura:											a cura del Fornitore		a cura del Fornitore		a cura del Fornitore								
											ELENCO SV		ELENCO SV		ELENCO SV								
											Modugno (BA) - Via Dei Fabbri, 23/25 - Zona Artig. Al		NAPOLI Via GRAMSCI, n.13 80122		LOCATE DI TRIULZI (MI), Via PELLUZZA DA VOLPEDO 109								
											P.iva IT03225090721		P.iva IT08462901003		P.iva IT11873880154								
											P.C. itenaid@idpce.it		P.C. itenaidp@pce.edemad.it		P.C. DIENEME.DISPOSITIVI@LEGALMAIL.IT								
											Registro di Sistema offerto: P1049222-21		Registro di Sistema offerto: P1049222-21		Registro di Sistema offerto: P1048260-21								
N. Lotto	cod. azie	Nome e descrizione del lotto	OFFERTA C/CHAT UNA IN COMPO AGG.	U.M.	Vol. anno	U.S. 30 med.	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTECIPANTI	CRIT.	P.MAX	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggi tecnic	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggi tecnic	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare e cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggi tecnic	
17		Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premonatata AGO CAL Q/D CND H010201010101 POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO			732	1,464	18,90	€ 13.834,80	€ 27.669,60	96613828A3		C		NYLON - CODICE: NYBAXTNZ - Sutura Nylon DZ 6,5 USP 10-0 10 cm Black			Dadon Nylon. CODICE ON1011			CODICE: ON1011 Nylon nero 10/0 lunghezza filo 15 cm lunghezza ago 8 mm spatolato curvo 3/8 di cerchio			
		Proprietà fisico - meccaniche e biologiche del filo di sutura										C	30	La qualità del filo non risulta corrispondente all'utilizzo richiesto (si stacca facilmente)	0,5	15	La qualità del filo non risulta corrispondente all'utilizzo richiesto (si stacca facilmente)	0,5	15	La qualità del filo non risulta corrispondente all'utilizzo richiesto (si stacca facilmente)	0,5	15	
		Proprietà fisico - meccaniche e biologiche dell'ago										C	30	Il meccanismo di accoppiamento del filo con l'ago non è adeguato. Si stacca facilmente	0	0	Il meccanismo di accoppiamento del filo con l'ago non è adeguato. Si stacca facilmente	0	0	Il meccanismo di accoppiamento del filo con l'ago non è adeguato. Si stacca facilmente	0	0	
		Funzionalità della confezione										C	5	Poco agevole il peel open	1	5	Poco agevole il peel open	0,25	1,25	Poco agevole il peel open	0,25	1,25	
		Servizio post - vendita										C	5	Non E' stata fornita documentazione	0	0	Non è valutabile	0	0	Non è valutabile	0	0	
		Totale valutazione qualitative												70,00		20			16,25			16,25	
		MOTIVAZIONI												Così come riportato nel Disciplinare di gara - ART.10 - Sono escluse dalle fasi successive di gara le offerte che non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti			Così come riportato nel Disciplinare di gara - ART.10 - Sono escluse dalle fasi successive di gara le offerte che non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti			Così come riportato nel Disciplinare di gara - ART.10 - Sono escluse dalle fasi successive di gara le offerte che non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura VERBALE 5 E 7 B BRAUN

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura													a cura della ditta concorrente		a cura della ditta concorrente				
													TEC MED SRL		B. BRAUN MILANO SPA				
													in Roma, Via Ilario Alpi n.4		Milano, Via Vincenzo da Serego 14				
													P.iva IT01632541007 e C.F. 06859310580		P.iva IT00674840152				
													PEC: tecmed@legaimail.it		PEC: bbraun-mi@regjsterpec.it				
													Registro di Sistema offerta: PI049242-23		Registro di Sistema offerta: PI048055-23				
N. Lotto	cod. azie	Nome e descrizione del lotto	APPREZZAMENTO CCHATURA IN COMODAZIONE	U.M.	fabbr. annuo	Q.19.24 mesi	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTECIPANTI	CRIT.	P.MAX	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico
17		Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata AGO CAL 0/0 CND H010201010101 POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO			732	1.464	18,90	€ 13.834,80	€ 27.669,60	96613828A3		C		Sutura chirurgica DACLON NYLON. CODICE ON1011			DAFILON NERO 10/0 (0.2) 15CM DLM6-COD. G1118722		
		Proprietà fisico – meccaniche e biologiche del filo da sutura										C	30	La qualità del filo non risulta corrispondente all'utilizzo richiesto (si stacca facilmente)	0,5	15	La maneggevolezza del filo risulta parzialmente adeguata (Rigidità)		0,5
		Proprietà fisico – meccaniche e biologiche dell'ago										C	30	Il meccanismo di accoppiamento del filo con l'ago non è adeguato. Si stacca facilmente	0	0	ESCLUSA		1
		Funzionalità della confezione										C	5	Poco agevole il peel open	0,25	1,25			1
		Servizio post – vendita										C	5	Le informazioni presentate sono insufficienti per poter essere valutate	0	0			1
		Totale valutazione qualitativa														16,25			55
		MOTIVAZIONI												Così come riportato nel Disciplinare di gara - ART.10 - Sono escluse dalle fasi successive di gara le offerte che non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti			ESCLUSA. Nella " Dichiarazione di conformità CE" tra i codici elencati non è presente quello offert. Alla ditta sono state richieste delucidazioni mediante la piattaforma S.TEL.LA. Non ha dato riscontro		

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura											a cura della ditta concorrente		a cura della ditta concorrente						
											JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA POMEZIA (RM), Via DEL MARE N. 56 P.iva IT08082461008 PEC: johnsonejohnsonmedical@postcert.it Registro di Sistema offerta: PI049496-23		FELICI SRL - AVV.FAM SRL AFFILE (RM), Via B. TITOCCHI 3 P.iva 02145931008 e C.F. 86001740587 PEC:FELICISRL@PEC.IT Registro di Sistema offerta: PI049663-23						
N. Lotto	cod. azie	Nome e descrizione del lotto	APPARECCHIATURA IN COMODATO	U.M.	fabbr. annuo	Q.tà 24 mesi	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTECIPANTI	CRIT.	P.MAX	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico
17		Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata AGO CAL 0/0 CND H010201010101 POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO			732	1.464	18,90	€ 13.834,80	€ 27.669,60	96613828A3		C		ETHILON - sutura sintetica non assorbibile, nylon poliammide, monofil. nera 10cm EPQ,2 USP10-0 ago spatola ULTIMA 3/8c 140° 150 microns 6,5mm CS140-6. codice 9060G			Sutura sintetica non assorbibile in poliammide. Codice ON1011		
		Proprietà fisico – meccaniche e biologiche del filo da sutura										C	30			1 30	La qualità del filo non risulta corrispondente all'utilizzo richiesto (si stacca facilmente)		0,5 15
		Proprietà fisico – meccaniche e biologiche dell'ago										C	30			1 30	Il meccanismo di accoppiamento del filo con l'ago non è adeguato. Si stacca facilmente		0 0
		Funzionalità della confezione										C	5			1 5	Poco agevole il peel open		0,25 1,25
		Servizio post – vendita										C	5			1 5	La documentazione non è presente		0 0
		Totale valutazione qualitativa											70,00			70			16,25
		MOTIVAZIONI															Così come riportato nel Disciplinare di gara - ART.10 - Sono escluse dalle fasi successive di gara le offerte che non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti		

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura												a cura della ditta concorrente			a cura della ditta concorrente				
												OPTARISTON OFTALMOLOGIA			ALCON ITALIA SPA				
												ROMA in Via Modena n. 26 (00184)			Milano (Mi), Viale Luigj Sturzo nr. 43				
												P.iva IT03751551007			P.iva IT07435060152				
												PEC: ufficio.gare@pec.optariston.com Registro di Sistema offerta: PI049766-23			PEC: gare@alcon-pec.it Registro di Sistema offerta: PI049468-23				
N. Lotto	cod. azle	Nome e descrizione del lotto	APPARECCHIATURA IN COMODATO	U.M.	fabbr. annuo	Q.tà 24 mesi	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTECIPANTI	CRIT.	P.MAX	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico
17		Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata AGO CAL 0/0 CND H010201010101 POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO			732	1.464	18,90	€ 13.834,80	€ 27.669,60	96613828A3		C		Sutura in Nylon 10/0 Sharpoint A2532N			AU-1 nylon nero 10-0. codice 8065710401		
		Proprietà fisico – meccaniche e biologiche del filo da sutura										C	30		1	30	ESCLUSA		
		Proprietà fisico – meccaniche e biologiche dell'ago										C	30		1	30			
		Funzionalità della confezione										C	5		1	5			
		Servizio post – vendita										C	5		1	5			
		Totale valutazione qualitativa											70,00		70				
		MOTIVAZIONI															Come specificato nei chiarimenti Registro di Sistema Quesito n. PI034953-23, n. PI031796-23, PI031088-23, PI030136-23, la lunghezza di ago richiesta è di 6,5 mm. La Ditta ha offerto un ago da 6,19 mm, pertanto non corrispondente a quanto richiesto.		

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura:												a cura della ditta concorrente			a cura della ditta concorrente			a cura della ditta concorrente					
												Bio Sud Medical Systems srl			ELEMED SRL			DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL					
												Modugno (BA) - Via Dei Fabbri, 23/25 - Zona Artig. AS P. via T0432-5090723			NAPOLI - Via GRAMSCI, n.3 80122 P. via T0846-901103			LOCATE DI TRIVULZI (MI) - Via PELLUZZA DA VOLPEDO 109 P. via T1187-3801154					
												PEC: biosudbari@pec.it Registro di Sistema offerta: P1049222-21			PEC: elemed@pec.it Registro di Sistema offerta: P1049222-21			PEC: DIEMME.DISP@PEM@LEGALMAIL.IT Registro di Sistema offerta: P1048260-21					
N. Lotto	cod. art.	Nome e descrizione del lotto	APPARECCHIATURA IN CONDOTTO D'USO GIUSTO E CONFEZIONAMENTO	U.M.	U.M. annuo	Q.14.14 mesi	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTECIPANTI	CRIT.	P.M.A X	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	
18		Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premonata AGO CAL 10/0 CND H010201010101 POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO			408	816	30,50	€ 12.444,00	€ 24.888,00	9661368BEF		- C		NYLON - CODICE: NY9AXAND - Sutura Nylon DZ 6,5 USP 10-0 30 cm Black Double Armed			Sutura sintetica assorbibile plurifilamento a media perdità di resistenza tensile rivestita e premonata AGO CAL 7/0 CIA 6,5 MM CLINURONIC LUNGHEZZA 48 CM CND- H010101020201 ACIDO POLIGLICOLICO CON ACIDO LATTICO MONTATO. CODICE 0910077			CODICE: ON105 Sutura chirurgica mono filamento, non riassorbibile, sterile			
		Proprietà fisico - meccaniche e biologiche del filo da sutura										C	30	La qualità del filo non risulta corrispondente all'utilizzo richiesto (si stacca facilmente)	0,5	15	La qualità del filo non risulta corrispondente all'utilizzo richiesto (si stacca facilmente)	0,5	15	La qualità del filo non risulta corrispondente all'utilizzo richiesto (si stacca facilmente)	0,5	15	
		Proprietà fisico - meccaniche e biologiche dell'ago										C	30	Il meccanismo di accoppiamento del filo con l'ago non è adeguato. Si stacca facilmente	0	0	Il meccanismo di accoppiamento del filo con l'ago non è adeguato. Si stacca facilmente	0	0	Il meccanismo di accoppiamento del filo con l'ago non è adeguato. Si stacca facilmente	0	0	
		Funzionalità della confezione										C	5		1	5	Poco agevole il peel open	0,25	1,25	Poco agevole il peel open	0,25	1,25	
		Servizio post - vendita										C	5	NON E' stata fornita documentazione	0	0	Non è valutabile	0	0	Non è valutabile	0	0	
		Totale valutazione qualitativa												70,00		20			16,25			16,25	
		MOTIVAZIONI												Così come riportato nel Disciplinare di gara - ART.10 - Sono escluse dalle fasi successive di gara le offerte che non avranno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti!			Così come riportato nel Disciplinare di gara - ART.10 - Sono escluse dalle fasi successive di gara le offerte che non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti!			Così come riportato nel Disciplinare di gara - ART.10 - Sono escluse dalle fasi successive di gara le offerte che non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti!			

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura												a cura della ditta concorrente		a cura della ditta concorrente						
												TEC MED SRL		JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA						
												in Roma, Via Ilaria Alpi n.4		POMEZIA (RM), Via DEL MARE N. 56						
												P.iva IT01632541007 e C.F. 06859310580		P.iva IT08082461008						
												PEC: tecmed@legalmil.it		PEC: johnsonejohnsonmedical@paste-cert.it						
												Registro di Sistema offerta: PI049242-23		Registro di Sistema offerta: PI049496-23						
N. Lotto	cod. azie	Nome e descrizione del lotto	APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO E CONFEZIONAMENTO	U.M.	fabbr. annuo	Q.tà 24 mesi	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTECIPANTI	CRIT.	P.MAX	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	
18		Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata AGO CAL 10/0 CND H010201010101 POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO			408	816	30,50	€ 12.444,00	€ 24.888,00	9661386BEF		C		Sutura chirurgica. CODICE ON101			ETHILON - sutura sintetica non assorbibile, nylon poliammide, monofil. nera 30cm EP0,2 USP10-0 doppio ago spatola ULTIMA 3/8c 140° 150 microns 6,5mm CS140-6. CODICE 7003G			
		Proprietà fisico – meccaniche e biologiche del filo da sutura										C	30	La qualità del filo non risulta corrispondente all'utilizzo richiesto (si stacca facilmente)	0,5	15			1	30
		Proprietà fisico – meccaniche e biologiche dell'ago										C	30	Il meccanismo di accoppiamento del filo con l'ago non è adeguato. Si stacca facilmente	0	0			1	30
		Funzionalità della confezione										C	5	Poco agevole il peel open	0,25	1,25			1	5
		Servizio post – vendita										C	5	Le informazioni presentate sono insufficienti per poter essere valutate	0	0			1	5
		Totale valutazione qualitativa											70,00			16,25				70
		MOTIVAZIONI												Così come riportato nel Disciplinare di gara - ART.10 - Sono escluse dalle fasi successive di gara le offerte che non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti						

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura													a cura della ditta concorrente			a cura della ditta concorrente						
													FELICI SRL - AVV.FAM SRL AFFILE (RM), Via B. TITOCCI 3 P.Iva 02145931008 e C.F. 86001740587 PEC:FELICISRL@PEC.IT Registro di Sistema offerta: PI049663-23			OPTARISTON OFTALMOLOGIA ROMA in Via Modena n. 26 (00184) P.Iva IT03751551007 PEC: ufficio.gare@pec.optariston.com Registro di Sistema offerta: PI049766-23						
N. Lotto	cod. azle	Nome e descrizione del lotto	APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO E CONFEZIONAMENTO	U.M.	fabb. annuo	Q.13 24 mesi	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTECIPANTI	CRIT.	P.MA X	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico			
18		Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide premontata AGO CAL 10/0 CND H010201010101 POLIAMMIDE MONOFILAMENTO MONTATO			408	816	30,50	€ 12.444,00	€ 24.888,00	9661386BEF			C	Sutura sintetica non assorbibile monofilamento in poliammide. CODICE ON105			Sutura in Nylon 10/0 Sharpoint Codice: A7718N					
		Proprietà fisico – meccaniche e biologiche del filo da sutura											C	30	La qualità del filo non risulta corrispondente all'utilizzo richiesto (si stacca facilmente)	0,5	15		1	30		
		Proprietà fisico – meccaniche e biologiche dell'ago												C	30	Il meccanismo di accoppiamento del filo con l'ago non è adeguato. Si stacca facilmente	0	0			1	30
		Funzionalità della confezione												C	5	Poco agevole il peel open	0,25	1,25			1	5
		Servizio post – vendita												C	5	La documentazione non è presente	0	0			1	5
		Totale valutazione qualitativa												70,00		16,25					70	
		MOTIVAZIONI												Così come riportato nel Disciplinare di gara - ART.10 - Sono escluse dalle fasi successive di gara le offerte che non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti								

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura													A cura della ditta concorrente				A cura della ditta concorrente				A cura della ditta concorrente			
													Bio Sudi Medical Systems srl Montagna (BO) - Via. De' Fostoni, 23/24 - Zona Artig. AD P. via IT016163141007-3 PEC: biosudis@pec.it Registro di Sistema offerte: PQ48322-23				ELEMED SRL NAPOLI - Via GARIBOLDI, n. 13 80122 P. via IT016163141007-3 PEC: elemed@pec.elemed.it Registro di Sistema offerte: PQ48322-23				TEC MED SRL In Roma, Via Dante Alighi n. 4 P. via IT016163141007-3 PEC: tecmed@pec.tecmed.it Registro di Sistema offerte: PQ48322-23			
N. Lotto	cod. asti	Nome e descrizione del lotto	APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO E CONVEGNAMENTO	U.M.	tot. ass. lotto	Q.TA. IN LOTTO	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTICIPANTI	CRIT	P.MAX	descrizione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	descrizione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	descrizione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico		
10		Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta montata CAL 8/0 HD10202020301 SETA MONTATA			96	192	21,23	€ 2.038,08	€ 4.076,16	9661402924		C		BOSLIK - CODICE SX3BACB0 - Sutura SILK DC 6,5 USP B-0 45 cm Blue Double Armed			Nome comm: SILK; cod prod: OS818			Sutura chirurgica cod. OS81				
		Proprietà fisico - meccaniche e biologiche del filo da sutura										C	30	La qualità del filo non risulta corrispondente all'utilizzo richiesto (si stacca facilmente)	0,5	15	La qualità del filo non risulta corrispondente all'utilizzo richiesto (si stacca facilmente)	0,5	15	Il meccanismo di accoppiamento del filo con l'ago non è adeguato. Si stacca facilmente	0	0		
		Proprietà fisico - meccaniche e biologiche dell'ago										C	30	Il meccanismo di accoppiamento del filo con l'ago non è adeguato. Si stacca facilmente	0	0	Il meccanismo di accoppiamento del filo con l'ago non è adeguato. Si stacca facilmente	0	0	Il meccanismo di accoppiamento del filo con l'ago non è adeguato. Si stacca facilmente	0	0		
		Funzionalità della confezione										C	5	Poco agevole il peel open	1	5	Poco agevole il peel open	0,25	1,25	Poco agevole il peel open	0,25	1,25		
		Servizio post - vendita										C	5	Non E' stata fornita documentazione	0	0	Non è valutabile	0	0	Le informazioni presentate sono insufficienti per poter essere valutate	0	0		
		Totale valutazione qualitativa														20						16,25		
		MOTIVAZIONI												Così come riportato nel Disciplinare di gara - ART.10 - Sono escluse dalle fasi successive di gara le offerte che non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti			Così come riportato nel Disciplinare di gara - ART.10 - Sono escluse dalle fasi successive di gara le offerte che non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti			Così come riportato nel Disciplinare di gara - ART.10 - Sono escluse dalle fasi successive di gara le offerte che non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti			31,25	

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura											a cura della ditta concorrente		a cura della ditta concorrente							
											JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA		FELICI SRL - AVV.FAM SRL							
											POMEZIA (RM), Via DEL MARE N. 56		AFFILE (RM), Via B. TITOCCHI 3							
											P.iva IT08082461008		P.iva 02145931008 e C.F. 86001740587							
											PEC: johnsonjohnsonmedical@postecert.it		PEC:FELICISRL@PEC.IT							
											Registro di Sistema offerta: P1049496-23		Registro di Sistema offerta: P1049663-23							
N. Lotto	cod. azie	Nome e descrizione del lotto	APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO E CONFEZIONAMENTO	U.M.	libb. annuo	Q.13 24 med	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTECIPANTI	CRIT.	P.MAX	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIE NTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICI ENTE	Punteggio tecnico	
19		Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta montata CAL 8/0 H010202020301 SETA MONTATA			96	192	21,23	€ 2.038,08	€ 4.076,16	9661402924		C		SETA - sutura naturale non assorbibile, fibra proteica naturale, vergine ritorta blu 45cm EP0,4 USP8-0 doppio ago spatola MICRO-POINT 3/8c 140° 200 microns 6,5mm TG140-8 codice prodotto W1819			Sutura in seta OS818			
		Proprietà fisico – meccaniche e biologiche del filo da sutura										C	30		1	30	La qualità del filo non risulta corrispondente all'utilizzo richiesto (si stacca facilmente)		0,5	
		Proprietà fisico – meccaniche e biologiche dell'ago										C	30		1	30	Il meccanismo di accoppiamento del filo con l'ago non è adeguato. Si stacca facilmente		0	
		Funzionalità della confezione										C	5		1	5	Poco agevole il peel open		0,25	
		Servizio post – vendita										C	5		1	5	La documentazione non è presente		0	
		Totale valutazione qualitativa											70,00			70			16,25	
		MOTIVAZIONI																		Così come riportato nel Disciplinare di gara - ART.10 - Sono escluse dalle fasi successive di gara le offerte che non hanno raggiunto un punteggio tecnico pari a 36 punti

Procedura aperta di carattere comunitario volta all'affidamento della fornitura di Lenti intraoculari, viscoelastici e fili di sutura

a cura della ditta concorrente

OPTARISTON OFTALMOLOGIA
ROMA in Via Modena n. 26 (00184)
P.iva IT03751551007
PEC: ufficio.gare@pec.optariston.com
Registro di Sistema offerta: PI049766-23

a cura della ditta concorrente

ALCON ITALIA SPA
Milano (MI), Viale Luigi Sturzo nr. 43
P.iva IT07435060152
PEC: gare@alcon-pec.it
Registro di Sistema offerta: PI049468-23

N. Lotto	cod. azle	Nome e descrizione del lotto	APPARECCHIATURA IN COMODATO D'USO GRATUITO E CONFEZIONAMENTO	U.M.	fabbr. annuo	Q.tà 24 mesi	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA	CIG	PARTECIPANTI	CRIT.	P.MAX	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico	denominazione commerciale e codice prodotto (da compilare a cura della ditta concorrente)	COEFFICIENTE	Punteggio tecnico				
19		Sutura naturale non assorbibile plurifilamento in seta montata CAL 8/0 H010202020301 SETA MONTATA			96	192	21,23	€ 2.038,08	€ 4.076,16	9661402924		C		Sutura in Seta Vergine blu 8/0 Sharpoint Codice: D2552N			C-3 Seta vergine blu 8-0 cod. 8065203801						
		Proprietà fisico – meccaniche e biologiche del filo da sutura										C	30	ESCLUSA					1	30			
		Proprietà fisico – meccaniche e biologiche dell'ago											C	30						1	30		
		Funzionalità della confezione											C	5							1	5	
		Servizio post – vendita											C	5								1	5
		Totale valutazione qualitativa											70,00										70
		MOTIVAZIONI												Come specificato nei chiarimenti Registro di Sistema Quesito n. PI034953-23, n. PI031796-23, PI031088-23, PI030138-23, la lunghezza di ago richiesta è di 6,5 mm La Ditta ha offerto un ago da 6,15 mm, pertanto non corrispondente a quanto richiesto;									