



UOSD Ingegneria Clinica

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**Servizio triennale di manutenzione full risk su n. 1 Acceleratore lineare e relative postazioni hardware e software di Aria ed Eclipse**

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma, intende procedere all'effettuazione di una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, volta a confermare l'esistenza dei presupposti che consentano il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e ssmmii, per l'affidamento triennale del servizio di manutenzione full risk su:

- n. 1 Acceleratore lineare di produzione Varian modello Clinac IX RapidArc
- n. 3 postazioni workstation Eclipse di calcolo,
- n. 1 postazione Eclipse di contornamento,
- n. 4 postazioni workstation di Aria,
- n. 1 T-Box Workstation,
- n. 1 Server e relative licenze

siti presso il PO Addolorata – UOC di Radioterapia. Le specifiche del servizio di manutenzione richiesto sono di seguito riassunte:

- manutenzione correttiva (su chiamata) illimitata;
- manutenzione preventiva secondo le periodicità fornite dal produttore;
- esecuzione di tutte le azioni necessarie al mantenimento dello standard qualitativo della apparecchiatura, anche sulla base dei controlli di qualità periodici eseguiti dal servizio interno di Fisica Sanitaria;
- esecuzione di tutte le azioni conseguenti a eventuali avvisi di sicurezza e procedure di Field Maintenance Instructions in ambito di sicurezza e/o funzionalità emessi dal produttore;
- sostituzione di tutte le parti di ricambio e materiali usurabili in originale (escluso soltanto il monouso);
- tempi di intervento entro 8 ore lavorative;
- tempi di risoluzione entro 3 gg lavorativi;
- servizio di teleassistenza tramite connessione remota via WLAN per l'esecuzione di controlli proattivi, diagnosi remota dei guasti e riparazione di eventuali problemi dei software;
- presenza di una struttura centralizzata di supporto tecnico, costituita da personale altamente specializzato in grado di ricevere richieste di assistenza telefonica, effettuare analisi delle problematiche e fornire supporto telefonico agli utilizzatori delle apparecchiature. Tale servizio dovrà essere garantito almeno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed in lingua italiana;
- fornitura, a titolo gratuito, degli aggiornamenti hardware e software rilasciati dal produttore nel campo della sicurezza;
- formazione in modalità remota relativa ai software applicativi senza limiti di ore.

L'importo stimato per il servizio richiesto è pari a 622.890,00 € oltre IVA come per legge per l'intero triennio.

L'A.O S. Giovanni Addolorata ha individuato un unico operatore in possesso della specifica tecnologia radioterapica e delle caratteristiche tecniche sopra richieste.

L'obiettivo del presente avviso è pertanto quello di verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato da questa Azienda Ospedaliera, che possano effettuare il servizio secondo le caratteristiche tecniche richieste dal presente avviso.

Eventuali altri operatori economici dovranno, in ogni caso, comprovare documentalmente il possesso della capacità e idoneità a svolgere il servizio richiesto sulle apparecchiature sopra evidenziate.

Le aziende interessate sono quindi invitate a manifestare a questa Azienda Ospedaliera, entro le ore 13:00 del 12/05/2023 alla casella di posta certificata ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it, e al seguente indirizzo e-mail slazzari@hsangiovanni.roma.it citando il protocollo di cui al presente avviso, l'interesse alla partecipazione alla procedura per l'affidamento del servizio richiesto, dichiarando e comprovando l'effettiva possibilità di esecuzione dello stesso, secondo le specifiche sopra indicate allegando quanto segue:

- dichiarazione di aver eseguito, nell'ultimo triennio, almeno n. 3 servizi di manutenzione e assistenza tecnica su apparecchiature analoghe a quelle per cui si concorre. In proposito si precisa che per servizi di manutenzione su apparecchiature analoghe devono intendersi: attività di manutenzione su apparecchiature della stessa tipologia di quelle indicate nel presente avviso. Non è necessario che il concorrente attesti di aver eseguito il servizio sullo specifico macchinario oggetto di gara (modello/marca), risultando bastevole la dimostrazione di aver espletato i servizi di manutenzione sulla specifica tipologia di macchinario (esempio, Acceleratore lineare, workstation di calcolo e contornamento, etc, anche se di marca e modello differente rispetto a quelli sopra citati);

Questa amministrazione procederà ad esaminare le manifestazioni di interesse pervenute, riservandosi la facoltà di procedere con approfondimenti in merito alle effettive possibilità dell'operatore economico di fornire quanto richiesto secondo le specifiche sopra indicate e, conseguentemente, di non accogliere quelle ritenute non idonee o non corrispondenti a quanto necessario.

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca l'unico operatore in grado di fornire il servizio richiesto, questa Azienda Ospedaliera procederà all'affidamento del contratto, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 2, del D.Lgs. n. 50/206, al predetto operatore economico.

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare la UOSD di Ingegneria Clinica tel. 06.77053508, e-mail slazzari@hsangiovanni.roma.it.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'espletamento della consultazione preliminare di mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi.

L'Azienda Ospedaliera avrà cura di pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo aziendale ove viene pubblicato il presente avviso, eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione all'indagine conoscitiva: se ne consiglia pertanto la consultazione quotidiana.

Il Dirigente
Ing. Stefano LAZZARI

