

UOSD Ingegneria Clinica
R.U.P. Dott. Fabrizio D'Ambrosio

Prot. _____

INDAGINE DI MERCATO

Per la fornitura, inclusa assistenza tecnica full-risk per n. 12 mesi, di n. 15 Aspiratori medici chirurgici per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

L'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, con la presente indagine di mercato, intende ottenere informazioni utili al fine di individuare l'operatore con cui negoziare, ai sensi del combinato disposto del comma 1 e comma 2 lettera a) dall'art.1 del DL 76/2020, convertito con legge n.120/2020 e ss.mm.ii., la fornitura di n. 15 Aspiratori medici chirurgici, completi di assistenza tecnica full risk, per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

L'offerta, che non dovrà essere superiore a € 15.00,00 I.V.A. esclusa, dovrà tener conto di quanto segue:

- Assistenza tecnica full risk su tutte le parti comprensiva anche della fornitura del materiale di consumo mono-paziente come ad esempio le sacche per 30 pazienti/anno per ciascun aspiratore elettrico, filtri per 20 pazienti/anno per ciascun aspiratore elettrico, n. 2 vasi modello Flovac vaso riutilizzabile da 2000 ml per ciascun aspiratore e quant'altro necessario per il loro corretto funzionamento durante i 12 mesi di garanzia;
- Formazione al personale utilizzatore;
- Tempi di consegna: entro 30 gg dall'ordine, o comunque data l'urgenza dovranno essere i più rapidi possibili.

Si indicano, qui di seguito, le caratteristiche tecniche di base minime di cui alla presente indagine di mercato:

- Flusso di almeno 80l/min.
- Aspirazione da almeno 675 mmHg
- Gli spazi che ospitano i contenitori rigidi dovranno essere preferibilmente regolabili per poter ospitarne di vari dimensioni e tipologie

Gli operatori economici interessati dovranno essere iscritti al MEPA e possono presentare la propria offerta economica distinta tra apparecchiatura e materiale di consumo, la dichiarazione di rispondenza ai requisiti richiesti e la relativa scheda tecnica del prodotto offerto alla casella di posta elettronica certificata: ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it, nonché al seguente indirizzo e-mail fdambrosio@hsangiovanni.roma.it,

entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30/06/2023, indicando il numero di protocollo del presente avviso, l'oggetto "INDAGINE DI MERCATO, ai sensi del combinato disposto del comma 1 e comma 2 lettera a) dall'art.1 del DL 76/2020, convertito con legge n.120/2020 e

ss.mm.ii, per la fornitura di n. 15 Aspiratori medici chirurgici per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata – UOSD INGEGNERIA CLINICA”, allegando:

- La propria migliore offerta;
- Adeguata documentazione tecnica (schede tecniche del prodotto, manuali d'uso, la dichiarazione di conformità, dichiarazione marchio CE, ecc...) a comprova che la soluzione proposta ottempera ai requisiti tecnici previsti nel presente avviso;
- Tempi di consegna.

Dal ricevimento della Vostra offerta, per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata non consegnerà alcun obbligo di procedere ad affidamento.

Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare la UOSD Ingegneria Clinica ai seguenti contatti: tel. 06.77053437 - 3628, e-mail: fdambrosio@hsangiovanni.roma.it.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'espletamento della consultazione di mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice.

L'Azienda Ospedaliera, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'avvio della successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno partecipato alla consultazione.

La stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo del Committente ove viene pubblicato il presente avviso, eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione all'indagine di mercato: se ne consiglia pertanto la consultazione quotidiana.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Fabrizio D'Ambrosio

