

VERBALE N. 4 DEL 10.10.2023

ALLEGATO 1

PROCEDURA DI GARA MEPA - RDO N. 3587875 DEL 29/05/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN SERVICE DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE, LA FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO ED IL PIANO DI MANUTENZIONE, PER LA DURATA DI 60 MESI, DI N. 4 LAVAENDOSCOPI PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI GASTROENTEROLOGIA E DELLA UOC MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 214.500,00 + IVA - CIG 98329631C4.

B: PARAMETRI QUANTITATIVI

Descrizione caratteristica	Valutazione/ Offerta	Punteggio assegnato
1. Offerta vaschette asincrone: <ul style="list-style-type: none"> ➢ N. 2 lavaendoscopi a doppio cestello asincrone; ➢ N. 1 lavaendoscopi a doppio cestello asincrone. 	>1	4
2. Modalità contatto con i prodotti chimici: immersione, a spruzzo, entrambi	Entrambi	2
3. Detergente tipo enzimatico in grado di agire su biofilm (Si, no)	Si	2
4. Possibilità di lavaggio-disinfezione anche di altra strumentazione accessoria (Si, No)	Si	2
5. Specificare se la modalità di apertura automatica di tipo hand free avviene senza alcuna tipologia di contatto fisico (es. tramite identificativo digitale)	No contatto	2
6. Dotazione di un sistema di filtraggio sul canale di ingresso acqua	Si	2
7. Controllo della durata dei filtri (tempo trascorso dall’ultimo cambio filtro e il tempo residuo)	Si	2
8. Controllo della data di scadenza delle taniche di disinfettante e del detergente utilizzati	No	0
9. Indicazione nella stampa del lotto e della scadenza dei chimici utilizzati	No	0
10. Indicazione nella stampa dei dati dei filtri (es. tempo trascorso dall’ultimo cambio filtro e il tempo residuo)	No	0
11. Possibilità di programmare la partenza del ciclo ad orario prestabilito	Si	3
12. Ciclo di auto sanificazione. Specificare se solo chimico o se chimico e termico	Chimico o termico	1
13. Sistema di asciugatura della camera di lavaggio e delle superficie esterne dell’endoscopio	No (Equivalente)	0
14. Dotato di sistema di tracciabilità automatico anche del chimico (individuazione della correttezza della tanica, etc...). descrivere	No	0

Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata

15. Specificare se le fasi previste ad esempio acquisizione dei dati utente, dei parametri dello strumento, dei dati del ciclo, della tracciabilità della chimica ove prevista, avviene mediante RFID, codice a barre, etc...	RFID	2
16. Sistema per la rimozione di residui del prodotto chimico nel caso di un'interruzione del ciclo in esecuzione in seguito a un allarme.	Si	2
17. Display completamente touch screen	>7"	3
18. Stampante integrata	Si	2
19. Ruote	Si	2
20. Assistenza remota tramite apposito collegamento VPN secondo le modalità previste dall'Azienda Ospedaliera	Si	4
21. Pompa o dispositivo analogo che renda automatiche tutte le fasi pre-detersione e/o lavaggio svolte ancora manualmente dall'operatore. In tale caso dovrà essere fornito tutto il necessario materiale di consumo (monouso o con scadenza) e usurabile (materiale pluriuso, senza scadenza)	Si	4
		Tot. 39

B: PARAMETRI QUALITATIVI

Descrizione caratteristica	Valutazione	Punteggio assegnato
1. Descrizione delle taniche dei chimici e del loro collegamento alla macchina, oltre che del cambio tanica in riferimento allo standard mandatorio di massima sicurezza senza manipolazione del chimico, senza versamenti o rabbocchi	Ottimo	5
2. Sistema di filtraggio acqua (numeri filtri e prefiltri, grado filtratura in micron, trattamento di auto disinfezione e/o sterilizzazione automatico del filtro se previsto). Descrivere	Ottimo	5
3. Differenziazione degli allarmi per rendere immediato da parte dell'operatore il riconoscimento della problematica e loro tracciabilità nella stampa del tiket. Descrivere	Buono	4
4. Descrivere le modalità di contenimento dei consumi di: <ul style="list-style-type: none">• Acqua per ciclo standard• Detergente per ciclo standard• Disinfettante/sterilizzante per ciclo standard	Buono	4
		Tot. 18

Punteggio Totale valutazione dell'Offerta Tecnica = 57/70