

ALLEGATO A – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I NON STERILE, REGISTRATI RISPETTO ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Rif. To 1: Maschere termoplastiche per il fabbisogno biennale del reparto di Radioterapia secondo le caratteristiche indicate in seguito:

- Nr. 120 Maschere termoplastiche per i trattamenti del distretto testa compatibili con base Type S VersaBoard Bionix. Perforazione uniforme e spessore minimo 2.4mm
- Nr. 100 Maschere termoplastiche per trattamenti del distretto testa collo spalle compatibili con base Type S VersaBoard Bionix. Perforazione uniforme e spessore minimo 2.4mm

Per la valutazione tecnica sarà richiesta la campionatura di questo dispositivo, con le modalità che saranno comunicate successivamente

Rif.to 2: Sistema modulare di posizionamento e immobilizzazione dei pazienti durante trattamenti SRS/SRT per il distretto cranio encefalico, di tipo non invasivo avente le seguenti caratteristiche:

- permetta di immobilizzare il paziente tramite l'utilizzo di una sola maschera;
- Completo di un set di n°3 poggiatesta specifici di forme differenti;

2a) N.50 maschere specifiche e rinforzate per il dispositivo frameless per SRS sopra descritto.

Per la valutazione tecnica sarà richiesta la campionatura di questo dispositivo, con le modalità che saranno comunicate successivamente

Rif.to 3: Accessori per la radioterapia

- N.6 poggiatesta tipo Silverman modello "A"
- N.6 poggiatesta tipo Silverman modello "B"
- N.6 poggiatesta tipo Silverman modello "C"
- N.6 poggiatesta tipo Silverman modello "F"
- N.4 barre di fissaggio per lettino con indicizzazione Varian con possibilità di traslazione laterale